



Prot. N 614/DA

Cefalù, li 29/03/2010

Spett.le **BOSTON SCIENTIFIC SPA**
VIA CASSANESE N. 224
20090 SEGRATE (MI)
FAX 010/6060268
P.IVA 11206730159

OGGETTO: Gara aperta per l'appalto di fornitura di dispositivi per la cardiostimolazione e la cardiologia interventistica per l'U.O. di Emodinamica/Cardiologia. N. GARA : 513796.- Richiesta chiarimenti.

In riferimento alla gara aperta in oggetto, e facendo seguito alla Vs richiesta di chiarimenti del 23/03/2010, con nota del responsabile dell'U.O. di Cardiologia si specifica quanto segue:

- **Lotto 3 – Kit impianto defibrillatore monocamerale alta fascia -** : Confermiamo che è stato commesso un errore materiale in quanto gli algoritmi non sono presenti in un dispositivo monocamerale (algoritmo per ridurre il pacing ventricolare)
- **Lotto 11 – Pacemaker monocamerale rate responsive -**: Confermiamo che è stato commesso un errore materiale in quanto gli algoritmi non sono presenti in un dispositivo monocamerale (algoritmo per ridurre la stimolazione ventricolare non necessaria basata sull'isteresi dell'intervallo A-V)

La presente nota verrà pubblicata sul sito della Fondazione.

Distinti saluti

RUP
D.ssa Angela Capuana

Dirigente Servizi Generali e Acquisti
D.ssa Leonarda Sausa