

CAPITOLATO DI GARA

STRISCE PER LA DETERMINAZIONE DELLA GLICEMIA

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente capitolato ha per oggetto l'appalto della fornitura di strisce reattive per la determinazione del glucosio del sangue.

Dovrà essere inclusa la fornitura, in comodato d'uso gratuito per l'intero rapporto contrattuale di tre anni, di glucometri per l'esecuzione dei test, nuovi di fabbrica, con caratteristiche di cui al successivo art. 2.

Fabbisogno triennale:

- N. 300.000 strisce per la determinazione della glicemia;
- N. 300.000 lancette pungidito in sconto merce;
- N. 100 riflettometri in comodato d'uso gratuito, e comunque tutti quelli che si renderanno necessari per coprire il fabbisogno di tutto il periodo contrattuale.

I prodotti richiesti, nonché i relativi quantitativi elencati, sono presuntivi del fabbisogno e sono suscettibili di variazioni in ragione delle esigenze operative.

Campionatura: N. 1 riflettometro, n. 100 strisce e n. 100 lancette pungidito, da fare pervenire in plico separato, unitamente alla busta d'offerta di cui alla lettera d'invito.

ART. 2 COMODATO D'USO DEGLI APPARECCHI

Si richiede la fornitura, in comodato d'uso gratuito per tutta la durata del contratto di fornitura dei prodotti, di glucometri per l'esecuzione dei test di che trattasi.

Alla prima consegna di strisce per determinazione della glicemia dovranno essere consegnati n. 50 glucometri, con eventuali successive al bisogno e sostituzione degli apparecchi difettosi e/o guasti.

A) CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DELLE APPARECCHIATURE
Principio di funzionamento elettrochimico
Tempo di lettura non superiore a 10 secondi
Intervallo di misura della glicemia 20 - 500 mg/dL
Quantità di sangue richiesta non superiore a 1,5 µl
Campionamento tramite aspirazione automatica per capillarità del quantitativo di campione necessario
Espulsione automatica della striscia
Assenza di interferenze da maltosio e galattosio

B) CONDIZIONI DI ASSISTENZA TECNICA
Assistenza tecnica Full Risk omnicomprensiva per tutta la durata della fornitura.
Almeno n. 2 giorni di training al personale utilizzatore e al personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica, da effettuare secondo le esigenze della Fondazione.
Per tutta la durata del contratto, la ditta dovrà garantire, senza alcun ulteriore aggravio di spesa per la Fondazione, l'aggiornamento tecnologico a fronte di modifiche migliorative hardware e/o software
Per tutta la durata del contratto, la ditta dovrà garantire almeno n. 2 controlli funzionali/controlli di qualità e comunque tutti quelli previsti dal costruttore (specificare il numero di controlli funzionali/controlli di qualità annui previsti dal costruttore)
Per tutta la durata del contratto, la ditta dovrà garantire almeno n. 2 manutenzioni preventive/anno e comunque tutte quelle previste dal costruttore (specificare il numero di manutenzioni preventive annue previste dal costruttore)
Per tutta la durata del contratto, la ditta dovrà garantire almeno n. 1 verifica di sicurezza/anno, secondo le normative vigenti (norme CEI)

Per ognuna delle voci di cui sopra si chiede di rispondere in modo chiaro e conciso, utilizzando la Scheda di presentazione dell'offerta tecnica (le risposte non chiare o non attinenti a quanto richiesto, saranno considerate non conformi o valutate con un punteggio pari a zero).

Le strumentazioni offerte devono possedere la marcatura CE, in particolare devono assolutamente rispondere in ogni loro parte alle normative vigenti in termini di sicurezza e funzionalità per l'uso a cui destinata (allegare certificazioni nella busta "C").

Tutti gli interventi di manutenzione correttiva, manutenzione preventiva e verifiche di sicurezza, durante il periodo contrattuale sono totalmente a carico della ditta fornitrice, la quale dovrà la sostituzione delle apparecchiature guaste, al fine di non interrompere le attività clinico-sanitarie.

La ditta fornitrice, ad avvenuta aggiudicazione, dovrà trasmettere al Servizio di Ingegneria Clinica, la programmazione delle attività periodiche (manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza elettrica, controlli di qualità, ecc.). Tale programmazione, dopo regolare accettazione da parte della Fondazione, dovrà essere garantita dalla ditta fornitrice, senza alcun onere per la Fondazione.

ART. 3 - DURATA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

L'appalto avrà la durata di 3 (tre) anni dalla nota di aggiudicazione definitiva.

ART. 4 - IMPORTO A BASE D'ASTA

L'importo posto a base d'asta complessivo triennale è di €. 60.000,00 IVA esclusa.

ART. 5 - AFFIDAMENTO DELL'APPALTO

L'appalto sarà aggiudicato in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.lgs 163/2006 e s.m.i..

ART. 6 - CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

- A)Punteggio massimo per le migliori caratteristiche tecnico-funzionali e cliniche Punti 50,00
 B)Punteggio massimo per la migliore offerta maggior ribasso percentuale Punti 50,00
 C) Valutazione Finale (A+B).

A) VALUTAZIONE TECNICO-FUNZIONALE E CLINICA (QUALITA'): MAX PUNTI 50

La commissione tecnica di gara, incaricata della valutazione tecnico-funzionale e clinica dell'offerta, valuterà la presenza delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature, riportate nell'art. 2 del presente Capitolato, ed attribuirà il punteggio secondo i criteri di seguito riportati:

OGGETTO DELLA VALUTAZIONE	METODO DI DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO	PUNTEGGIO MASSIMO
REQUISITI TECNICI	Caratteristiche tecnico-funzionali (Gli elementi da valutare sono quelli presenti nella seguente tabella	50
CONDIZIONI ASSISTENZA TECNICA	(Gli elementi da valutare sono quelli presenti presenti nella tabella art. 2A).	REQUISITI MINIMI
	TOTALE VALUTAZIONE	50

Per ogni oggetto della valutazione il punteggio relativo ai requisiti tecnici (50 punti) verrà così suddiviso:

Caratteristiche per l'attribuzione del punteggio tecnico	Punteggio Massimo
Interferenze eliminate documentate	10 punti
Assenza di calibrazione	6 punti
Range di misurazione	5 punti
Disponibilità di dispositivi utili per eliminare possibili rischi di contaminazione dell'operatore	5 punti
Controllo di qualità a tre livelli (basso, normale ed alto)	
Disponibilità di dispositivo per la trasmissione bidirezionale dei dati con il sistema informativo del Laboratorio Analisi (DNLAB di Noemalife).	8 punti
Stabilità reagenti	6 punti

Per ognuna delle caratteristiche tecniche riportate negli articoli 2 e 6 del presente Capitolato, si chiede alla ditta offerente di indicare nella colonna riportata nell'allegata scheda di presentazione dell'offerta tecnica, in modo chiaro e conciso, la relativa proposta.

La commissione Tecnica di gara attribuirà, per ognuno degli oggetti della valutazione, elencati nelle precedenti tabelle, un punteggio compreso tra 0 (zero) ed il massimo indicato, arrotondando al secondo decimale eventuali punteggi frazionali.

In caso di valutazioni difformi tra i componenti della Commissione, il punteggio da attribuire ad ogni oggetto della valutazione sarà rappresentato dalla media aritmetica dei punteggi attribuiti dai singoli componenti.

In caso di carenza di alcuni elementi necessari per la valutazione complessiva dell'offerta, la Commissione potrà chiedere chiarimenti alle Ditte interessate. I chiarimenti forniti verranno valutati sulla base di apprezzamenti di discrezionalità tecnica ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Le valutazioni tecniche e l'attribuzione del relativo punteggio da parte della Commissione Tecnica di gara sono insindacabili.

All'offerta che ha ottenuto il miglior punteggio complessivo per caratteristiche tecnico-funzionali e cliniche sarà attribuito l'intero punteggio disponibile per la qualità (punti 50,00) mentre alle altre saranno attribuiti punteggi linearmente decrescenti secondo la formula seguente:

$$Aq = Bq/Cq * 50 \quad \text{Dove:}$$

Aq = Punteggio di qualità da assegnare all'offerta valutata;

Bq = Punteggio complessivo di qualità dell'offerta valutata;

Cq = Punteggio complessivo di qualità dell'offerta più vantaggiosa;

Eventuali punteggi frazionali saranno arrotondati alla seconda cifra decimale.

B) VALUTAZIONE ECONOMICA: MAX PUNTI 50

La valutazione sarà effettuata con riferimento al costo complessivo dei prodotti di cui all'ART. 1 del presente Capitolato, derivante dall'applicazione della percentuale di ribasso offerta sull'importo indicato come base d'asta complessiva di €. 60.000,00 IVA esclusa.

All'offerta che ha presentato il prezzo complessivo più basso, sarà attribuito l'intero punteggio disponibile per il prezzo (punti 50,00) mentre alle altre saranno attribuiti punteggi linearmente decrescenti secondo la formula seguente:

$$Ap = Cp/Bp * 50 \quad \text{Dove:}$$

Ap = Punteggio da assegnare all'offerta valutata

Bp = Prezzo dell'offerta valutata

Cp = Prezzo dell'offerta più bassa

Eventuali punteggi frazionali saranno arrotondati alla seconda cifra decimale

C) VALUTAZIONE FINALE

La fornitura sarà aggiudicata alla Ditta che avrà ottenuto il punteggio più alto, derivante dalla somma aritmetica del punteggio di qualità Aq e del punteggio per l'offerta economica Ap .

In caso di parità prevarrà l'offerta con il punteggio di qualità superiore.

ART. 7 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA FORNITURA

La fornitura dei prodotti dovrà avvenire entro 5 giorni dalla data del ricevimento dell'ordine, e la fornitura delle relative apparecchiature in comodato d'uso gratuito entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva, previ accordi telefonici con il nostro Servizio di Ingegneria Clinica (tel. 0921/920517).

Le quantità necessarie dei prodotti saranno ordinate, di volta in volta, nel corso del rapporto contrattuale, dal Servizio di Farmacia di questa Fondazione; si precisa che non sussiste alcun obbligo a carico della Fondazione per l'acquisto di un quantitativo minimo predeterminato dei prodotti in questione, ma sussiste unicamente l'obbligo della ditta aggiudicataria di accettare gli ordinativi di fornitura, almeno fino a concorrenza dei quantitativi indicati nel Capitolato.

ART. 8 - COLLAUDO

La ditta fornitrice dovrà effettuare tutte le verifiche di sicurezza e i controlli funzionali, così come previsto dal produttore delle apparecchiature e/o dalle normative vigenti, al fine di redigere e consegnare alla Fondazione il relativo certificato di collaudo e di regolare esecuzione dei lavori.

ART. 9 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Questa Fondazione ha la facoltà di richiedere la risoluzione anticipata del contratto nei seguenti casi:

- In caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi delle condizioni contrattuali, non eliminate a seguito di diffida formale da parte di questa Fondazione;
- Nel caso di cessione d'azienda, di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- Nel caso dell'eventuale rinvio a giudizio, nel corso del rapporto contrattuale, del legale rappresentante o di uno dei dirigenti dell'impresa, per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, in rispetto dell'art. 2 comma 2 della Legge Regione Sicilia n. 15 del 20/11/08;
- In tutti gli altri casi previsti dalla legge.

La risoluzione di diritto del contratto comporterà l'incameramento del deposito cauzionale salvo il risarcimento per i maggiori danni.

ART. 10 - FORO COMPETENTE

In caso di controversia la competenza è del Foro di Termini Imerese.

Il Dirigente Servizi Generali ed Acquisti
D.ssa Leonarda Sausa