

CAPITOLATO DI GARA

APPARECCHI SOLLEVAMENTO PAZIENTI

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente capitolato ha per oggetto l'appalto della fornitura di n. 2 sistemi per il sollevamento dei pazienti necessari all'U.O. di Anestesia e Rianimazione e di Traumatologia e Ortopedia di questa Fondazione.

ART. 2 CARATTERISTICHE TECNICHE E CONDIZIONI GARANZIA ED ASSISTENZA

A) CARATTERISTICHE TECNICO- CLINICHE MINIME DELLE APPARECCHIATURE

- Barra bilanciata con 4 punti di sollevamento;
- Carico di lavoro di sicurezza: maggiore o uguale a Kg 200;
- Altezza massima da terra: maggiore o uguale a 1.600 mm;
- Altezza minima da terra: inferiore o uguale 300 mm;
- Ruote piroettanti con sistema frenante;
- Discesa di emergenza meccanica in caso di guasto dei comandi elettrici;
- Pulsante di arresto di emergenza;
- Indicatore sonoro e display per il controllo dello stato di carica della batteria (Indicare la durata della batteria e il tempo di carica);
- Sistema di sicurezza che non consente l'utilizzo in caso di carico troppo elevato;
- Dotato di comando a distanza per la movimentazione;
- Possibilità di apertura della base in modo da favorire la deambulazione e la movimentazione.
- Possibilità di utilizzo con Barelle a Cucchiaino, Imbracature di diverse dimensioni, ecc. (indicare tutti i dispositivi utilizzabili e le modalità di funzionamento);
- Bilancia elettronica con alloggiamento in posizione favorevole per la lettura;
- Fornito di imbracatura standard "in posizione seduto" per il sollevamento di pazienti adulti
- Fornito di imbracatura standard "" per il sollevamento di pazienti adulti
- Fornito di barre e accessori necessari alla deambulazione del paziente;

B) GARANZIA ED ASSISTENZA TECNICA MINIME

<u>Descrizione</u>	
1)	Garanzia non inferiore a 3 anni 1. Si considerano comprese nella garanzia tutte le attività di manutenzione: manutenzione correttiva, manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli funzionali, controlli di qualità e tutto quanto necessario a mantenere e garantire il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature 2. Si considerano comprese nella garanzia tutte le parti di ricambio senza esclusione alcuna 3. Si considerano comprese nella garanzia e a carico della ditta fornitrice la sostituzione di tutti gli eventuali consumabili legati alle apparecchiature senza esclusione alcuna.
2)	Tempo di risoluzione del problema (ripristino apparecchiatura o disponibilità di un muletto) non superiore alle 48 ore solari dalla chiamata.
3)	Almeno N° 2 giorni di training al personale utilizzatore e al personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica, da effettuare secondo le esigenze della Fondazione
4)	Almeno n. 1 verifica di sicurezza elettrica annuale secondo le normative vigenti
5)	Almeno n. 2 manutenzioni preventive/anno e comunque tutte quelle previste dal costruttore.
6)	Almeno n. 2 controlli funzionali/controlli di qualità e comunque tutti quelli previsti dal costruttore (specificare il numero di controlli funzionali/controlli di qualità annui previsti dal costruttore)
7)	La ditta fornitrice, ad avvenuta aggiudicazione, dovrà trasmettere al Servizio di Ingegneria Clinica, la programmazione delle attività periodiche (manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza elettrica, controlli di qualità, ecc.). Tale programmazione, dopo regolare accettazione da parte della Fondazione, dovrà essere garantita dalla ditta stessa.

Per ognuna delle voci di cui sopra si chiede di rispondere in modo chiaro e conciso, utilizzando la **“Scheda di presentazione dell’offerta tecnica”** (le risposte non chiare o non attinenti a quanto richiesto, saranno considerate non conformi).

Al fine di procedere ad una corretta valutazione del sistema offerto, questa Fondazione si riserva la possibilità di visionare, con dimostrazione pratica, i prodotti offerti in gara.

La strumentazione offerta dovrà assolutamente rispondere in ogni sua parte alle normative vigenti in termini di sicurezza e funzionalità per l’uso a cui destinata (es. marcatura CE, compatibilità elettromagnetica: **allegare certificazioni nella busta “C”**).

ART. 3 - IMPORTO PRESUNTO

La fornitura ha un importo presunto unitario di € 8.000,00 + IVA 20% (€ 16.000,00 + IVA 20% per n. 2 sistemi).

ART. 4 - AFFIDAMENTO DELL’APPALTO

L’appalto sarà aggiudicato in favore dell’offerta con il prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., tra le offerte ritenute conformi ai requisiti di cui all’art. 2 del presente Capitolato.

ART. 5 - CONSEGNA

La fornitura dei sistemi dovrà avvenire presso il Magazzino della Fondazione entro 15 giorni dalla nota di aggiudicazione.

ART. 6 - INSTALLAZIONE E COLLAUDO

La ditta fornitrice dovrà effettuare, prima della messa in funzione, tutte le verifiche di sicurezza e i controlli funzionali così come previsto dal produttore delle apparecchiature e/o dalle normative vigenti al fine di redigere e consegnare, alla Fondazione, il relativo certificato di collaudo e di regolare esecuzione dei lavori. Al fine di poter strutturare un'offerta tecnicamente valida, le ditte interessate potranno effettuare richiesta di sopralluogo entro 10 giorni dalla data di scadenza della presente procedura, previ accordi con questa Fondazione.

ART. 7 - CONDIZIONI POST-GARANZIA

Al termine della garanzia prevista (minimo tre anni), questa Fondazione si riserva la possibilità di stipulare un contratto di assistenza tecnica, per un periodo massimo di ulteriori tre anni, alle condizioni tecnico-economiche proposte dalla ditta aggiudicataria.

ART. 8 - PENALI

In caso di guasto o di fermo macchina, alla ditta che non interverrà entro i tempi richiesti al punto 2) delle "Condizioni di Garanzia e Assistenza Tecnica minime" di cui sopra, la Fondazione si riserva di addebitare, per ogni giorno solare di ritardo, a decorrere dalla chiamata, una penale di euro 100,00, su segnalazione da parte del Servizio di Ingegneria Clinica.

ART. 9 - FORO COMPETENTE

In caso di controversia la competenza è del Foro di Termini Imerese.

Il Dirigente Servizi Generali ed Acquisti
D.ssa Leonarda Sausa