



U.O. ENDOSCOPIA

Responsabile: Dr Dario Raimondo

Al Responsabile della farmacia
Dr C. di Giorgio
Fondazione San Raffaele G. Giglio di Cefalù


Sede

Oggetto: valutazione di conformità dei *Dispositivi medici per l' U.U.OO di Endoscopia Digestiva, 85 lotti.*
Gara n° 7519470.

	DITTA	Conforme	Non conforme (con motivazione)
LOTTO 1	AORTA	NO	Manca un distanziatore esterno
	BOSTON	SI	
	INNOVA MEDICA	NO	Il kit non contiene: forbici, pinza emostatica curva, 1 distanziale
LOTTO 2	BOSTON	SI	
LOTTO 3	AORTA	NO	Manca un distanziatore esterno
LOTTO 4	BOSTON	SI	
	AORTA	SI	
	INNOVA MEDICA	SI	
	MEDITALIA	SI	
LOTTO 5	NESSUNA OFFERTA PRESENTATA		
LOTTO 6	BOSTON	SI	
LOTTO 7	BOSTON	NO	Presente versione solo con 7 elastici
	COOK	SI	
	OLYMPUS	NO	Presente versione solo con 6 elastici
LOTTO8	EUROMEDICAL	NO	Non possibilità rotazione da 1° operatore, Non utilizzabile su endoscopio a visione laterale, non rimovibile dopo posizionamento
	HD Healthcare	NO	Non possibile rotazione da 1° operatore, La ditta non presenta una clip unica con apertura 11-16 ma due separate
	INNOVA MEDICA	NO	La ditta non presenta una clip unica con apertura 11-16 ma due separate
	LORENZATTO	NO	La ditta non presenta una clip unica con apertura 11-16 ma due separate Non possibile rotazione da 1° operatore, non rimovibile dopo posizionamento, Non utilizzabile su endoscopio a visione laterale.
	MEDITALIA	SI	
	NEOS MEDICA	NO	La ditta non presenta una clip unica con apertura 11-16 ma due separate, non rimovibile dopo posizionamento.
LOTTO 9	Emanuele FIORE MANCINI	NO	RDM "in corso di registrazione"



LOTTO 9	Emanuele FIORE MANCINI	NO	RDM "in corso di registrazione"
	EUROMEDICAL	NO	La ditta presenta clip con apertura da 13,5 mm
	INNOVA MEDICA	NO	La ditta presenta un prodotto con tre misure diverse (offerta plurima) nessuna delle quali risulta richiesta da capitolato ed in assenza di equivalenza dei prodotti presentati
	LORENZATTO	SI	
	MEDITALIA	SI	
	OLYMPUS	SI	
LOTTO 10	EUROMEDICAL	SI	
LOTTO 11	NESSUNA OFFERTA PRESENTATA		
LOTTO 12	COOK	SI	
	Emanuele FIORE MANCINI	NO	Nella scheda tecnica risulta mancante il diametro 23 G, inoltre non indica nessuna presenza di protezione punta
	EUROMEDICAL	SI	
	HD Healthcare	SI	
	INNOVA MEDICA	NO	Ago non retraibile sotto curvatura
	LORENZATTO	NO	Sotto curvatura difficoltà nella fuoriuscita dell'ago
	MEDIMAR	NO	Campionatura non pervenuta per cui non risulta possibile la valutazione complessiva e definitiva
LOTTO 13	BOSTON	SI	
LOTTO 14	COOK	SI	
LOTTO 15	LORENZATTO	SI	
LOTTO 16	ERBE	SI	
LOTTO 17	BOSTON	SI	
	Emanuele FIORE MANCINI	NO	RDM "in corso di registrazione"
	HD Healthcare	SI	
	INNOVA MEDICA	SI	
	OLYMPUS	SI	
LOTTO 18	BOSTON	SI	
	Emanuele FIORE MANCINI	NO	RDM "in corso di registrazione"
	INNOVA MEDICA	NO	Misure non corrispondenti a quelle richieste
	LORENZATTO	NO	La misura da 40 mm non prevede il filo guida incluso
LOTTO 19	EUROMEDICAL	SI	
	INNOVA MEDICA	SI	
	LORENZATTO	SI	
	MEDIMAR	NO	Campionatura non pervenuta per cui non risulta possibile la valutazione complessiva e definitiva
	OLYMPUS	SI	




LOTTO 20	BOSTON	NO	Clip non rotante
	MEDITALIA	SI	
LOTTO 21	Emanuele FIORE MANCINI	NO	RDM "in corso di registrazione"
	LORENZATTO	SI	
	MEDITALIA	SI	
LOTTO 22	BOSTON	NO	Copertura gommata delle valve non presente
LOTTO 23	Emanuele FIORE MANCINI	NO	RDM "in corso di registrazione"
	HD Healthcare	NO	Misure non conformi a quelle richieste
	OLYMPUS	SI	
LOTTO 24	OLYMPUS	SI	
LOTTO 25	COOK	NO	Non ruotanti
	EUROMEDICAL	SI	
	INNOVA MEDICA	no	Non mantiene la posizione ruotata, ruotazione a scatti
	LORENZATTO	no	Non ruotanti
LOTTO 26	NESSUNA OFFERTA PRESENTATA		
LOTTO 27	Emanuele FIORE MANCINI	NO	Campionatura non pervenuta per cui non risulta possibile la valutazione complessiva e definitiva
	EUROMEDICAL	SI	
	HD Healthcare	SI	
	MEDIMAR	SI	
LOTTO 28	BOSTON	SI	
	CANTEL	SI	
	CONMED	SI	
	Emanuele FIORE MANCINI	NO	Campionatura non pervenuta per cui non risulta possibile la valutazione complessiva e definitiva
	INNOVA MEDICA	SI	
	LORENZATTO	SI	
	MEDIMAR	SI	
	MEDITALIA	SI	
OLYMPUS	SI		
LOTTO 29	EUROMEDICAL	SI	
	LORENZATTO	SI	
	MEDIMAR	SI	
	MEDITALIA	SI	
	NEOS MEDICA	NO	Manca ago da sclerosi
LOTTO 30	LORENZATTO	SI	
LOTTO 31	LORENZATTO	SI	
LOTTO 32	MEDITALIA	SI	
LOTTO 33	OLYMPUS	SI	



LOTTO 34	BOSTON	SI	
	CONMED	NO	Manca triplolume 5,5 Fr e bilume 5 Fr con configurazione punta 5-4-3
	COOK	NO	Nell'offerta proposta sono presenti solo prodotti monoluma
LOTTO 35	BOSTON	SI	
LOTTO 36	COOK	NO	Nell'offerta proposta mancano punta da 9 cm e calibro 0,038 inc
	INNOVAMEDICA	NO	Nell'offerta proposta manca calibro 0,038 inc
	MEDITALIA	SI	
LOTTO 37	OLYMPUS	SI	
LOTTO 38	OLYMPUS	SI	
LOTTO 39	COOK	SI	
	LORENZATTO	NO	Assenza calibro 8,5
LOTTO 40	BOSTON	SI	
	COOK	NO	Misura 0,25 non presente sia nella documentazione sia nella campionatura
LOTTO 41	OLYMPUS	SI	
LOTTO 42	COOK	NO	Nell'offerta manca filo guida da 0,21 integrato
LOTTO 43	OLYMPUS	SI	
LOTTO 44	LORENZATTO	NO	Catetere non trilume
	OLYMPUS	SI	
LOTTO 45	BOSTON	SI	
	COOK	NO	Nell'offerta lunghezza ago solo fino a 4 mm
LOTTO 46	BOSTON	SI	
LOTTO 47	BOSTON	SI	
LOTTO 48	BOSTON	SI	
	COOK	NO	Prodotto non conforme a quanto richiesto. Dalla scheda tecnica si evince che trattasi di uno strumento specifico per broncoscopia e non per vie biliari come richiesto.
	HD HEALTHCARE DEFENCE	NO	Manca lunghezza spazzolino richiesta.
LOTTO 49	AORTA	SI	
	BOSTON	SI	
	COOK	SI	
	OLYMPUS	SI	
LOTTO 50	BOSTON	SI	
	HD HEALTHCARE DEFENCE	NO	Catetere non trilume
	OLYMPUS	NO	Manca misura da 3 cm



LOTTO 51	BOSTON	NO	Manca palloncino da 3 cm
	COOK	NO	Manca palloncino da 2 e 3 cm
	EUROMEDICAL	SI	
	LORENZATTO	SI	
	OLYMPUS	NO	Manca misura da 10 cm
LOTTO 52	BOSTON	SI	
	CONMED	NO	Irrigatore non presente
	COOK	SI	
	Emanuele FIORE MANCINI	NO	Manca calibro di gonfiaggio richiesto (18 mm)
	HD HEALTHCARE DEFENCE	NO	Irrigatore non presente
	INNOVAMEDICA	NO	Irrigatore non presente, non a scambio rapido
	OLYMPUS	NO	Irrigatore non presente
LOTTO 53	CONMED	NO	Forma palloncino non come richiesto
	EUROMEDICAL	NO	Forma palloncino non come richiesto
	LORENZATTO	NO	Prodotto non conforme a quanto richiesto. Presentato cestello per estrazione calcoli e non palloncino
	MEDITALIA	SI	
LOTTO 54	COOK	SI	
	EUROMEDICAL	NO	Manca sistema di rilascio controllato
	LORENZATTO	NO	Nella scheda tecnica inviata manca sistema di rilascio controllato e lunghezza 15 cm
LOTTO 55	EUROMEDICAL	SI	
LOTTO 56	EUROMEDICAL	SI	
LOTTO 57	EUROMEDICAL	SI	
LOTTO 58	EUROMEDICAL	SI	
	LORENZATTO	NO	Mancano lunghezze richieste
LOTTO 59	BOSTON	SI	
	EUROMEDICAL	SI	
	LORENZATTO	NO	Mancano diametri richieste
LOTTO 60	COOK	SI	
	EUROMEDICAL	NO	Il diametro della testa risulta corrispondente a quello del tronco
	LORENZATTO	NO	Dalla scheda tecnica non si evince sistema di rilascio controllato
LOTTO 61	EUROMEDICAL	NO	Manca svasatura sulle protesi scoperte. Inoltre, le misure non corrispondono a quelle richieste
	LORENZATTO	SI	
LOTTO 62	BOSTON	SI	
	EUROMEDICAL	NO	Le protesi presentano 2 svasature invece che 1. Inoltre, lunghezza non corrispondente.
	LORENZATTO	NO	Le protesi presentano 2 svasature invece di 1.



LOTTO 63	EUROMEDICAL	SI	
	LORENZATTO	NO	Mancano diametri richieste
LOTTO 64	COOK	SI	
	EUROMEDICAL	NO	Manca sistema di rilascio controllato. Misure non corrispondenti
	LORENZATTO	NO	Manca sistema di rilascio controllato
LOTTO 65	EUROMEDICAL	SI	
	LORENZATTO	SI	
LOTTO 66	EUROMEDICAL	SI	
LOTTO 67	EUROMEDICAL	SI	
	LORENZATTO	SI	
LOTTO 68	EUROMEDICAL	SI	
LOTTO 69	BOSTON	SI	
LOTTO 70	LORENZATTO	SI	
LOTTO 71	HD HEALTHCARE DEFENCE	SI	
	LORENZATTO	SI	
LOTTO 72	MEDIMAR	SI	
LOTTO 73	CANTEL	SI	
	INNOVA MEDICA	SI	
LOTTO 74	OLYMPUS	SI	
LOTTO 75	OLYMPUS	SI	
LOTTO 76	CANTEL	SI	
	Emanuele FIORE MANCINI	SI	
	INNOVA MEDICA	SI	
	LORENZATTO	SI	
	MEDITALIA	SI	
	OLYMPUS	SI	
LOTTO 77	LORENZATTO	NO	Prodotto non conforme a quello richiesto
	NEOS MEDICA	NO	Prodotto non conforme a quello richiesto
	OLYMPUS	SI	
LOTTO 78	MEDIMAR	NO	Prodotto non conforme a quello richiesto: riempimento previsto con soluzione salina e non aria
LOTTO 79	APOLLO ENDOSURGERY	SI	
LOTTO 80	EUROMEDICAL	SI	
LOTTO 81	NEOS MEDICA	SI	



LOTTO 82	AORTA	SI	
	EUROMEDICAL	SI	
	LORENZATTO	SI	
	MEDITALIA	SI	
	MSS	SI	
LOTTO 83	AORTA	SI	
	CANTEL MEDICAL	NO	Nessun codice colore presente
	CONMED	SI	
	Emanuele FIORE MANCINI	NO	Campionatura non pervenuta per cui non risulta possibile la valutazione complessiva e definitiva
	LORENZATTO	SI	
	MEDIMAR	SI	
	MEDITALIA	SI	
	MSS	SI	
LOTTO 84	AORTA	SI	
	INNOVA MEDICA	NO	Prodotto non conforme a quello richiesto
	OLYMPUS	SI	
LOTTO 85	OLYMPUS	SI	

Cordialmente

Cefalù li 23/06/2020

Coordinatore Infermieristico
D.ssa Patrizia Adriana Calabria

Responsabile dell' U.O. di Endoscopia

Dr Dario Raimondo
Fondazione Istituto S. Raffaele
G. Galilei di Cefalù
RESA U.O. DI ENDOSCOPIA
Dot. Dario Raimondo
Specialista in Chirurgia Generale
Cod. ENPAM 300234347G
Sigla prov. PA - Num. iscr. 12381