

Al Servizio di Farmacia
HSR Giglio Cefalù
All' Uff. Acquisti

Oggetto: Conformità Circuiti umidificazione per ventilatori Maquet Servo U

In riferimento alla gara avente come oggetto Fornitura di circuiti di Umidificazione per ventilatori Maquet Servo U ed in riferimento al lotto 1 RDO N 2549422, si da parere:

Negativo per campionatura Euromed in quanto, si compatibile con Maquet Servo U in tutte le sue componenti ma carente di doppia coibentazione del circuito così come richiesto esplicitamente nel capitolato tecnico.

Positivo per campionatura Disposable Line in quanto compatibile con Maquet Servo U che monta umidificatori F&P MR 850. Scheda tecnica completa della descrizione del materiale utilizzato nella costruzione dei tubi riscaldati utilizzando materiali a doppia coibentazione che riducono la condensa nel tratto inspiratorio e nel tratto espiratorio con tecnologia evaqua. Tecnologia esclusiva produttore F&P Microcell Tecnology GM

Negativo per campionatura Ultramed carente di doppia coibentazione del circuito così come richiesto ed inoltre non valutabile dal momento che i campioni inviati sono solo ed esclusivamente pediatrici

Negativo per campionatura Ultramed. Campione privo di campana di umidificazione, carente di doppia coibentazione così come richiesto nel capitolato tecnico, il campione inviato non è altresì valutabile perché pediatrico

Cefalù 13.07.2020

Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù
Il Responsabile TIPO Anestesia e Rianimazione
Dott. Giovanni Malta
Specialista in Anestesiologia e Rianimazione
Cod. NDPM 300954232U
Sigla Prov. PA - Num. iscr. 7816

