

LOTTE	DITTE	CONFORMITA' (S/N)	MOTIVAZIONE IN CASO DI NON CONFORMITA'
1	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	SI	Dimensione del punto non conforme a quanto richiesto. Le circolari presentate non hanno altezza regolabile del punto chiuso come richiesto da capitolato; Callibri non conformi a quanto richiesto da capitolato; Non hanno gamba del punto 5,5 mm come richiesta da capitolato; Non risulta abbiano un sistema atto a tracciare flussi e consumi di ogni singolo dispositivo con scarico al pz.
2	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	SI	
3	MEDTRONIC ITALIA SPA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	SI NO	Caratteristica del punto non conforme a quanto richiesto. Caratteristica del punto non conforme a quanto richiesto. Scarsa ergonomia e maneggevolezza. Non risulta abbiano un sistema atto a tracciare flussi e consumi di ogni singolo dispositivo con scarico al pz.
	INNOVAMEDICA SPA	NO	Rottura strutturale della suturatrice durante la prova di funzionamento. Non risulta abbiano un sistema atto a tracciare flussi e consumi di ogni singolo dispositivo con scarico al pz.
	E. F. M.	NO	
4	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	SI	
	MEDTRONIC ITALIA SPA	SI	
5			Non presenta suturatrice con relativa ricarica curva. Scarsa ergonomia e maneggevolezza. Non risulta abbiano un sistema atto a tracciare flussi e consumi di ogni singolo dispositivo con scarico al pz.
	E. F. M.	NO	
6	INNOVAMEDICA SPA	NO	Durante la verifica ha presentato difetti di funzionamento.
	E. F. M.	NO	Fragile nella sua componentistica. Difetti di funzionamento
	MEHOS SRL	SI	
7	TELEFLEX MEDICAL SRL MEDTRONIC ITALIA SPA MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL	NO SI SI	TRAZIONA LA CLIP DURANTE IL RILASCIO CON CONSEGUENTE TRAUMA TISSUTALE
	Medival S.r.l.	NO	Il sistema di retrazione risulta complesso e non sicuro. Resistenza del sacchetto non sufficiente. Volume non conforme a quanto richiesto
	CONMED ITALIA S.r.l.	NO	Il sistema di retrazione risulta complesso e non sicuro. Resistenza del sacchetto non sufficiente
8	INNOVAMEDICA SPA	NO	Il sistema di retrazione risulta complesso e non sicuro. Resistenza del sacchetto non sufficiente

	Applied Distribution	Medical	SI	
	MEDI LINE S.R.L.		NO	il sistema di retrazione risulta complesso e non sicuro. Resistenza del sacchetto non sufficiente
	E. F. M.		NO	il sistema di retrazione risulta complesso e non sicuro. Resistenza del sacchetto non sufficiente
	CONMED ITALIA S.r.l.		NO	il sistema di retrazione risulta complesso e non sicuro. Resistenza del sacchetto non sufficiente
	INNOVAMEDICA SPA	Medical	NO	il sistema di retrazione risulta complesso e non sicuro. Resistenza del sacchetto non sufficiente
9	Applied Distribution	Medical	SI	
	MEDI LINE S.R.L.		NO	il sistema di retrazione risulta complesso e non sicuro. Resistenza del sacchetto non sufficiente
	E. F. M.		NO	il sistema di retrazione risulta complesso e non sicuro. Resistenza del sacchetto non sufficiente
	B. Braun Milano S.p.A.		NO	Scarsa ergonomia e maneggevolezza. Presa con escursione limitata.
	CONMED ITALIA S.r.l.		NO	Scarsa ergonomia e maneggevolezza. Presa con escursione limitata.
10	INNOVAMEDICA SPA	Medical	NO	Scarsa ergonomia e maneggevolezza. Presa con escursione limitata.
	Applied Distribution	Medical	SI	
	MEDI LINE S.R.L.		NO	Scarsa ergonomia e maneggevolezza. Presa con escursione limitata.
	E. F. M.		NO	Scarsa ergonomia e maneggevolezza. Presa con escursione limitata.
	Applied Distribution	Medical	SI	
11	Applied Distribution	Medical	SI	
	JOHNSON & JOHNSON		SI	
12	MEDICAL S.P.A.		SI	
	TELEFLEX MEDICAL SRL		SI	
13	JOHNSON & JOHNSON		NO	MISURE DELLE CLIP NON CONFORMI A QUELLE RICHIESTE
	MEDICAL S.P.A.		NO	
14	TELEFLEX MEDICAL SRL		SI	
	JOHNSON & JOHNSON		SI	
15	MEDICAL S.P.A.		SI	
16	DESERTO			
	Medical S.r.l.	Medical	No	Non conforme a quanto richiesto in capitolato.
17	Applied Distribution	Medical	SI	
	JOHNSON & JOHNSON		SI	
18	MEDICAL S.P.A.		SI	
	JOHNSON & JOHNSON		SI	
	MEDICAL S.P.A.		SI	

19	FERMED s.r.l.	NO	Non presenta il formato per la voce 2 " IN FORMA TESSUTA COMPATTA NON SFOGLIABILE MIS.5*10 Presenta solo il formato fibrillare. Non presentano studi in vivo come richiesto da capitolato, ma solo in vitro.
20	Applied Distribution MOUNLYCKE HEALTH CARE srl	SI	Il Grip di ancoraggio in gel risulta esser traumatico ( troppo rigido )
21	Applied Distribution	SI	
22	DESERTO		
23	TELEFLEX MEDICAL SRL Cagliari li 10/08/2020	SI	

L'Organo Monocratico  
Dott. Goffredo Arena

