

Prot. N. 87/D.A.

Cefalù, lì 27/01/2011

### INTEGRAZIONE

**Procedura in economia per la fornitura in comodato d'uso gratuito di n. 3 strumentazioni per l'esecuzione di emogasanalisi con fornitura dei relativi consumabili. PROT. 80/D.A. del 25/02/2010. N. Gara: 884942.**

Con riferimento all'art. 2 del Capitolato Tecnico di gara, alla tabella A.1 punto 1 si integrano i parametri minimi da misurare da un unico campione con i seguenti parametri, per esigenze cliniche irrinunciabili:

Cl (Cloro), BE, SO<sub>2</sub>, tHb, COHb, MetHb.

Restano invariate le residue condizioni di Capitolato.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Dott. Antonio Luca Salemi

Il Dirigente Servizi Generali ed Acquisti  
D.ssa Leonarda Sausa