



ALLEGATO 1 – CAPITOLATO TECNICO

Condizioni di fornitura e garanzia-assistenza tecnica per l'acquisizione di:

- **n. 1 Morcellatore elettromeccanico laparoscopico autoclavabile;**
- **n. 1 Pompa di irrigazione ed aspirazione;**
- **n. 1 Isteroscopia diagnostico operativo;**
- **n. 1 Aspiratore e irrigatore;**

Garanzia non inferiore a 2 anni a. Si considerano comprese nella garanzia tutte le attività di manutenzione: manutenzione correttiva, manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli funzionali, controlli di qualità e tutto quanto necessario a mantenere e garantire il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature b. Si considerano comprese nella garanzia tutte le parti di ricambio senza esclusione alcuna c. Si considerano comprese nella garanzia e a carico della ditta fornitrice la sostituzione di tutti gli eventuali consumabili legati alla manutenzione delle apparecchiature (es.: filtri, cartucce, kit di sostituzione periodica, ecc.). d. Si considerano esclusi solo i prodotti di consumo legati al normale utilizzo delle apparecchiature	REQUISITO MINIMO
2) Tempo di risoluzione del problema (ripristino apparecchiatura o disponibilità di un muletto) non superiore alle 48 ore solari dalla chiamata.	REQUISITO MINIMO
3) Almeno N° 3 giorni di training al personale utilizzatore e al personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica, da effettuare secondo le esigenze della Fondazione	REQUISITO MINIMO
4) Almeno n. 1 verifica di sicurezza elettrica annuale secondo le normative vigenti	REQUISITO MINIMO
5) Almeno n. 2 manutenzioni preventive/anno (di 2° livello) e comunque tutte quelle previste dal costruttore.	REQUISITO MINIMO
6) Almeno n. 2 controlli funzionali/controlli di qualità e comunque tutti quelli previsti dal costruttore (specificare il numero di controlli funzionali/controlli di qualità annui previsti dal costruttore)	REQUISITO MINIMO
7) La ditta fornitrice, ad avvenuta aggiudicazione, dovrà trasmettere al Servizio di Ingegneria Clinica, la programmazione delle attività periodiche (manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza elettrica, controlli di qualità, ecc.). Tale programmazione, dopo regolare accettazione da parte della Fondazione, dovrà essere garantita dalla ditta stessa.	REQUISITO MINIMO



ART. 1: DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

1. Manuale utente in italiano (in formato cartaceo e possibilmente elettronico)
2. Listino prezzi ufficiale (depositato alla camera di commercio) di tutti gli eventuali consumabili (indicare la percentuale di sconto praticata alla nostra Fondazione)
3. Listino prezzi ufficiale relativo all'assistenza tecnica e spese di viaggio (indicare la percentuale di sconto praticata alla nostra Fondazione)
4. Proposta tecnico-economica di contratto di assistenza tecnica post garanzia alle condizioni di cui al punto B) del presente capitolato
5. Eventuali schemi di disposizione e di installazione delle apparecchiature con indicate tutte le informazioni tecniche (alimentazione elettrica e idrica, pesi, ingombri, qualità dell'acqua in ingresso, ecc.) necessarie ad una corretta installazione ed utilizzo
6. Schede tecniche di sterilizzazione di eventuali componenti/accessori che necessitano di sterilizzazione
7. Schede tecniche, incluse le schede di sicurezza, di tutti i prodotti (disinfettanti, detergenti, ecc.) che possono essere utilizzati con l'apparecchiatura, specificandone la composizione chimica.
8. L'apparecchiature (inclusi eventuali software) devono assolutamente rispondere in ogni loro parte alle normative vigenti in termini di sicurezza e funzionalità per l'uso a cui destinate (es.: marcatura CE, compatibilità elettromagnetica, ecc.) - Allegare certificazioni.

ART. 2: INSTALLAZIONE E COLLAUDO

La fornitura si intende "Chiavi in mano", pertanto, tutte le opere per la corretta installazione, saranno a carico della ditta fornitrice.

La ditta fornitrice dovrà effettuare, prima della messa in funzione, tutte le verifiche di sicurezza e i controlli funzionali così come previsto dal produttore delle apparecchiature e/o dalle normative vigenti al fine di redigere e consegnare, alla Fondazione, il relativo certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione dei lavori.

N.B.: Le apparecchiature in oggetto devono assolutamente essere compatibili con la strumentazione e le apparecchiature già presenti ed in uso presso la Fondazione, in particolare con tutti i componenti della colonna laparoscopica dell'U.O. di Ginecologia e Ostetricia. La ditta fornitrice dovrà certificare tale compatibilità.

Al tal fine le ditte interessate potranno effettuare richiesta di sopralluogo entro 10 giorni dalla data di scadenza della procedura stessa, previ accordi con la Fondazione.

ART. 3: CONDIZIONI POST GARANZIA

Al termine della garanzia, prevista per almeno 2 anni, la Fondazione si riserva la possibilità di stipulare per un periodo massimo di ulteriori 2 anni, alle condizioni tecnico-economiche proposte dalla ditta aggiudicataria (vedi punto 4. dell'ART. 1 del presente capitolato) un contratto di assistenza tecnica con la stessa ditta.

ART. 4: VALUTAZIONE TECNICA

La Fondazione si riserva la possibilità di visionare con prova pratica la strumentazione offerta. Le modalità e i tempi di tale valutazione verranno definite dalla commissione tecnica.

ART. 5: PENALI

In caso di guasto o di fermo macchina, alla ditta che non interverrà entro i tempi richiesti al punto 2) delle "Condizioni di Garanzia e Assistenza Tecnica" di cui sopra, sarà addebitato, per ogni giorno solare di ritardo, a decorrere dalla chiamata, una penale di euro 100,00 + IVA.