

Prot. n. \_\_\_\_\_

Cefalù, lì \_\_\_\_\_

**OGGETTO: Chiarimento su procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e delle verifiche di sicurezza delle apparecchiature elettromedicali della Fondazione.**

Con riferimento alla procedura in oggetto si chiarisce quanto di seguito:

1. Per ogni oggetto di valutazione di cui all'art. 10 del Capitolato Speciale di gara (es. Frequenza media manutenzioni preventive), in funzione di ciascun indice di manutenzione indicato (A e B) verranno calcolate le medie del numero di manutenzioni offerte da ciascuna ditta, distinte per i suddetti indici di manutenzione. Alle ditte che avrà offerto la media aritmetica più elevata per le frequenze delle manutenzioni di indice A verrà attribuito il massimo punteggio previsto per quell'indice di manutenzione. Lo stesso vale per le manutenzioni di indice B.  
Alle altre ditte che avranno offerto una media delle frequenze inferiore per indice di manutenzione valutato, verrà attribuito il punteggio relativo in base alla semplice proporzione aritmetica:

Media aritmetica dell'offerta valutata per la frequenza di manutenzioni con indice A x 4 punti  
Migliore media aritmetica offerta per la frequenza di manutenzioni di indice A

Lo stesso vale per le manutenzioni contraddistinte dall'indice B, per le quali verrà attribuito un punteggio massimo di 2 punti all'offerta con la migliore media aritmetica.

2. Per le classi di apparecchiature per le quali non esistono indicazioni del costruttore sulla frequenza dei controlli di qualità/funzionali, il Capitolato Speciale prevede che vengano effettuate un minimo di n. 2 controlli/anno. Per ciò che concerne le modalità del controllo, qualora non siano presenti indicazioni/parametri quantitativi necessari per verificare la continuità nel tempo delle prestazioni dichiarate dal costruttore o indicate dalle normative vigenti, la ditta dovrà eseguire tutti i controlli tecnici atti a verificare che i parametri di funzionamento e di sicurezza rientrino nelle specifiche di costruzione.
3. L'indice di manutenzione per ciascuna tipologia di apparecchiatura è stato determinato in funzione delle esigenze e delle attività proprie della Fondazione, nonché della criticità di ciascuna tipologia di apparecchiatura.

Distinti saluti.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Dott. Antonio Luca Salemi

Il Dirigente dei Servizi Generali ed Acquisti  
Dott.ssa Leonarda Sausa