



Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. riguardante l'affidamento della fornitura di un mammografo digitale con tomosintesi per il Servizio Breast Unit della Fondazione. Verbale Apertura buste sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (CONSIP) . RdO n. 2617751 del 29/7/2020 - Gara n. 7836428 - CIG: 8387093019 - CUP: C89J20000260002

L'anno 2020, il giorno 17 del mese di Novembre, alle ore 14:45 presso la sala "San Gabriele Arcangelo" della Fondazione, è presente la Commissione di gara nominata con prot. UP2020/7022U del 13/10/2020, a seguito di sorteggio avvenuto in data 05/10/2020 presso la sezione provinciale UREGA Palermo:

- Prof. Tommaso Vincenzo Bartolotta, Presidente;
- Ing. Enrico Catania, Componente Tecnico esperto;
- Avv. Giuseppina Monterosso, Componente Esperto in materie giuridiche;

Si richiama il verbale del giorno 17/11/2020 ore 13:00, nel quale venivano ammessi alla fase di valutazione tecnica di conformità ed attribuzione di punteggi come da capitolato tutte le ditte partecipanti, vale a dire:

- 1) FUJIFILM ITALIA SPA
- 2) IMS GIOTTO S.P.A.
- 3) SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.
- 4) TECHNOLOGIC S.R.L.

La Commissione di gara procede, quindi, all'analisi delle documentazioni tecniche presentate dalle ditte, al fine di esprimersi circa la conformità delle stesse rispetto alle prescrizioni minime previste dal capitolato di gara, con il seguente esito:

Ditta FUJIFILM ITALIA SPA :

dall'analisi della documentazione tecnica si rileva che l'offerta è conforme ai requisiti minimi prescritti dal capitolato ed ammette la ditta alla successiva fase di attribuzione dei punteggi di qualità.

Ditta IMS GIOTTO S.P.A.:

dall'analisi della documentazione tecnica si rileva che l'offerta è conforme ai requisiti minimi prescritti dal capitolato ed ammette la ditta alla successiva fase di attribuzione dei punteggi di qualità.

Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. :

dall'analisi della documentazione tecnica si rileva la non conforme indicazione dei seguenti punti all'interno dell'allegato "Scheda di presentazione offerta tecnica":

- Tube Radiogeno:

- 1) Capacità termica anodica non inferiore a 0,3 MHU: la ditta indica la capacità termica del complesso radiogeno anziché quella richiesta dell'anodo.
- 2) Dissipazione termica anodica non inferiore a 50 KHU/min: la ditta indica la dissipazione termica tubo+guaina anziché quella richiesta dell'anodo.

- Condizioni di fornitura ed assistenza tecniche minime:

1) Al punto 6 viene indicato quale requisito minimo: "Almeno N° 7 giorni di training al personale utilizzatore e al personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica, rinnovabili per altri 7 giorni da effettuare secondo le esigenze della Fondazione". La ditta indica invece n. 5 giorni di addestramento per il personale medico e tecnico e n. 2 giorni per addestramento di primo livello del personale tecnico del servizio Ingegneria Clinica.

La Commissione, quindi, si determina a chiedere al RUP di acquisire da parte della ditta, entro tre giorni dalla richiesta, delucidazioni in ordine all'esatta rispondenza ai requisiti minimi richiesti, chiedendo alla ditta stessa di indicare in quale parte della documentazione versata in gara sono rinvenibili le caratteristiche minime previste dal capitolato tecnico.

Ditta TECHNOLOGIC S.R.L.:

dall'analisi della documentazione tecnica si rileva che l'offerta è conforme ai requisiti minimi prescritti dal capitolato ed ammette la ditta alla successiva fase di attribuzione dei punteggi di qualità.

A seguito della suddetta analisi, la Commissione decide di rinviare la seduta in sessione riservata, a seguito di acquisizione da parte del RUP delle informazioni richieste.



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

La Commissione dichiara chiusa la seduta in sessione riservata e fissa sin d'ora la successiva seduta in sessione riservata in data 01/12/2020 ore 12:00. A seguire, nella stessa giornata, in sessione aperta, verranno comunicati i punteggi di qualità attribuiti alle offerte tecniche presentate dalle ditte ammesse e si procederà all'apertura delle offerte economiche, con attribuzione del punteggio anche all'aspetto economico a ciascun partecipante, con formulazione della relativa graduatoria ed eventuale aggiudicazione provvisoria.

Del che è redatto il presente verbale, che letto, viene confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Prof. Tommaso Vincenzo Bartolotta

Componente Tecnico esperto

Ing. Enrico Catania

Componente Esperto giuridico
Avvocato Giuseppina Monterosso