



Prot. N. 878/D.A.

Cefalù, lì 06/06/2011

Spett.le _____

OGGETTO: **Ricerca di mercato relativa a sistemi di aspirazione tracheale a circuito chiuso e doppio lume.**

Questa Fondazione, a seguito delle esigenze dell'U.O. di Anestesia e Rianimazione, ha ravvisato la necessità di implementare la dotazione esistente dei seguenti dispositivi:

- **Sistemi di aspirazione tracheale a circuito chiuso e doppio lume per l'aspirazione e l'irrigazione contemporanea durante la ventilazione, utilizzabile fino a 72 ore, composto da:**
 - **camicia protettiva in polietilene;**
 - **catetere d'aspirazione in PVC;**
 - **connettore a T trasparente;**
 - **tappo 15 mm in polipropilene;**
 - **adattatore MDI in polipropilene;**
 - **connettore girevole retto in polipropilene;**
 - **valvola di aspirazione protetta con chiusura di sicurezza;**
 - **linea di lavaggio dotata di valvola di non ritorno;**
 - **dispositivo per agevolare la disconnessione del catetere dalla cannula o dal tubo;**
 - **sterile;**
 - **monouso.**

Fabbisogno presunto per un anno:

- **n. 50 sistemi di aspirazione 12 ch. per tubi endotracheali, lunghezza catetere 570 mm;**
- **n. 50 sistemi di aspirazione 14 ch. per tubi endotracheali, lunghezza catetere 570 mm;**
- **n. 100 sistemi di aspirazione 16 ch. per tubi endotracheali, lunghezza catetere 570 mm;**
- **n. 50 sistemi di aspirazione 12 ch. per cannule tracheostomiche, lunghezza catetere 300mm;**
- **n. 50 sistemi di aspirazione 14 ch. per cannule tracheostomiche, lunghezza catetere 300mm.**

Premesso quanto sopra, si invitano le Ditte interessate a far pervenire, a questa Fondazione, entro il giorno **14 Giugno 2011**, anche tramite fax al numero **0921/920774**, le seguenti informazioni e documentazioni tecniche:

- **certificazioni dei dispositivi offerti, in originale o in copia autenticata nelle forme previste dalla normativa vigente in merito;**
- **relazione illustrativa delle caratteristiche tecniche dei dispositivi offerti, e relativi depliant illustrativi che devono riportare, in maniera chiaramente individuabile, la Casa Produttrice, nome commerciale del prodotto offerto, codice REF, CND, nonché il timbro della Ditta concorrente, se diversa dal Produttore;**
- **listino prezzi corrente o stralcio del medesimo;**
- **il prezzo corrente praticato per il dispositivo richiesto, per le singole misure e quantità.**

La presente nota è pubblicata sul sito internet della Fondazione www.hsrgiglio.it sezione "Bandi e appalti".

Per ulteriori chiarimenti resta a Vs. disposizione l'Ufficio Acquisti di questa Fondazione (tel. 0921/920756).

Si ringrazia per la certa collaborazione.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Antonio Luca Salemi

Il Dirigente Servizi Generali ed Acquisti
D.ssa Leonarda Sausa