

# FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

VERBALE  
GARA 3 LOTTI  
N° RDO 2693639

Protocollo Servizio  
di Farmacia  
21 GEN 2021  
Prot. N° 5 /S.F. *U*

Cefalù 18/01/2021

Sono presenti:

- Dott. Emanuele Matteini
- Dott. Carmelo Di Giorgio

## LOTTO 1

### FILTRANTE FACCIALE FFP2

DITTE	VALUTAZIONE	ANNOTAZIONI
ARTEMIDE	NON CONFORME	DISPOSITIVO PRIVO DI ELASTICO AVVOLGENTE DIETRO LA NUCA
BIODIAGRAM	NON CONFORME	DISPOSITIVO PRIVO DI ELASTICO AVVOLGENTE DIETRO LA NUCA
BUYONLINE	NON CONFORME	DISPOSITIVO PRIVO DI ELASTICO AVVOLGENTE DIETRO LA NUCA
CHARMING EUROPE	NON CONFORME	DISPOSITIVO PRIVO DI ELASTICO AVVOLGENTE DIETRO LA NUCA
CHOCOLAT PUBBLICITA S.R.L.	NON CONFORME	DISPOSITIVO PRIVO DI ELASTICO AVVOLGENTE DIETRO LA NUCA
DENSAMEDIA	NON CONFORME	DISPOSITIVO PRIVO DI ELASTICO AVVOLGENTE DIETRO LA NUCA
DIENPI S.R.L.	NON CONFORME	DISPOSITIVO PRIVO DI ELASTICO AVVOLGENTE DIETRO LA NUCA
FISIOSVILUPPI	NON CONFORME	DISPOSITIVO PRIVO DI ELASTICO AVVOLGENTE DIETRO LA NUCA
GE.VEN.IT S.R.L.	NON CONFORME	DISPOSITIVO PRIVO DI ELASTICO AVVOLGENTE

*Handwritten signature and scribbles in blue ink.*

<b>GIANNOTTI DANIELA</b>	<b>NON CONFORME</b>	<b>DISPOSITIVO PRIVO DI ELASTICO AVVOLGENTE DIETRO LA NUCA</b>
<b>ITALIAVAERDE</b>	<b>NON CONFORME</b>	<b>DISPOSITIVO PRIVO DI ELASTICO AVVOLGENTE DIETRO LA NUCA</b>
<b>KEMIPOL S.R.L</b>	<b>NON CONFORME</b>	<b>DISPOSITIVO PRIVO DI ELASTICO AVVOLGENTE DIETRO LA NUCA</b>
<b>KLINICOM S.R.L</b>	<b>NON CONFORME</b>	<b>DISPOSITIVO PRIVO DI ELASTICO AVVOLGENTE DIETRO LA NUCA</b>
<b>LA CASALINDA</b>	<b>NON CONFORME</b>	<b>DISPOSITIVO PRIVO DI ELASTICO AVVOLGENTE DIETRO LA NUCA</b>
<b>LARIUS MED SRL</b>	<b>NON CONFORME</b>	<b>DISPOSITIVO PRIVO DI ELASTICO AVVOLGENTE DIETRO LA NUCA</b>
<b>MYO SPA</b>	<b>NON CONFORME</b>	<b>DISPOSITIVO PRIVO DI ELASTICO AVVOLGENTE DIETRO LA NUCA</b>
<b>RADE' SRL</b>	<b>NON CONFORME</b>	<b>DISPOSITIVO PRIVO DI ELASTICO AVVOLGENTE DIETRO LA NUCA</b>
<b>SATCOM SRL</b>	<b>NON CONFORME</b>	<b>DISPOSITIVO PRIVO DI ELASTICO AVVOLGENTE DIETRO LA NUCA</b>
<b>SEDEN S.R.L</b>	<b>NON CONFORME</b>	<b>DISPOSITIVO PRIVO DI ELASTICO AVVOLGENTE DIETRO LA NUCA</b>
<b>SERVIZI MEDICALI S.R.L</b>	<b>NON CONFORME</b>	<b>DISPOSITIVO PRIVO DI ELASTICO AVVOLGENTE DIETRO LA NUCA</b>
<b>SOMAIN ITALIA S.R.L</b>	<b>CONFORME</b>	
<b>SPHERA OPERATING SERVICES S.R.L.</b>	<b>NON CONFORME</b>	<b>DISPOSITIVO PRIVO DI ELASTICO AVVOLGENTE DIETRO LA NUCA</b>
<b>ST PROTECT SPA</b>	<b>NON CONFORME</b>	<b>DISPOSITIVO PRIVO DI ELASTICO AVVOLGENTE DIETRO LA NUCA</b>
<b>TAU MEDICA</b>	<b>CONFORME</b>	
<b>WELDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L</b>	<b>CONFORME</b>	

**LOTTO 2****OCCHIALI DI SICUREZZA**

<b>DITTE</b>	<b>VALUTAZIONE</b>	<b>ANNOTAZIONI</b>
<b>BUYONLINE</b>	<b>NON CONFORME</b>	<b>DISPOSITIVO COMPLETAMENTE DIFFORME DA QUANTO RICHiesto IN CAPITOLATO</b>
<b>GE.VEN.IT SRL</b>	<b>NON CONFORME</b>	<b>AREA INTERNA AL VISO NON CONFORTEVOLE ATTACCATURA AL NASO E ALLA FRONTE PRIVA DI SUPPORTO MORBIDO</b>
<b>KLINICOM S.R.L</b>	<b>NON CONFORME</b>	<b>AREA INTERNA AL VISO NON CONFORTEVOLE ATTACCATURA AL NASO E ALLA FRONTE PRIVA DI SUPPORTO MORBIDO</b>
<b>LA CASALINDA</b>	<b>NON CONFORME</b>	<b>SCHEDA TECNICA NON ESAUSTIVA (PRIVA DI QUALSIASI RIFERIMENTO NORMATIVO - CAMPIONE NON PRESENTE</b>
<b>LARIUS MED SRL</b>	<b>NON CONFORME</b>	<b>AREA INTERNA AL VISO NON CONFORTEVOLE ATTACCATURA AL NASO E ALLA FRONTE PRIVA DI SUPPORTO MORBIDO.</b>
<b>NICE S.R.L</b>	<b>NON CONFORME</b>	<b>IL MODELLO OFFERTO NON E' IDONEO ALL'USO CON OCCHIALI DA VISTA</b>
<b>RADE' S.R.L</b>	<b>NON CONFORME</b>	<b>AREA INTERNA AL VISO NON CONFORTEVOLE ATTACCATURA AL NASO E ALLA FRONTE PRIVA DI SUPPORTO MORBIDO</b>
<b>SATCOM SRL</b>	<b>NON CONFORME</b>	<b>STRUTTURALMENTE NON IDONEO</b>



<b>SEDEN S.R.L</b>	<b>NON CONFORME</b>	<b>AREA INTERNA AL VISO NON CONFORTEVOLE. ATTACCATURA AL NASO E ALLA FRONTE PRIVA DI SUPPORTO MORBIDO. (SCHEDA TECNICA) IL SECONDO MODELLO OFFERTO (CAMPIONE) NON E' IDONEO ALL'USO CON OCCHIALI DA VISTA</b>
<b>ST PROTECT SPA</b>	<b>NON CONFORME</b>	<b>AREA INTERNA AL VISO NON CONFORTEVOLE ATTACCATURA AL NASO E ALLA FRONTE PRIVA DI SUPPORTO MORBIDO</b>
<b>TAU MEDICA</b>	<b>CONFORME</b>	

**LOTTO 3**

**GEL IDROALCOLICO A BASE DI ALCOOL ETILICO**

<b>DITTE</b>	<b>VALUTAZIONE</b>	<b>ANNOTAZIONI</b>
<b>CERACARTA</b>	<b>NON CONFORME</b>	<b>COMPOSIZIONE CHIMICA NON CONFORME A QUANTO RICHIESTO IN CAPITOLATO. INOLTRE PRESENZA DI PROFUMO SPECIFICAMENTE NON RICHIESTA.</b>
<b>CHERICHEM BIOPHERM SRL</b>	<b>NON CONFORME</b>	<b>COMPOSIZIONE CHIMICA CON AGGIUNTA DI PROFUMO DIFFORME A QUANTO RICHIESTO IN CAPITOLATO</b>
<b>CHIMICA ARCOBALENO DI SALERNO MARIKA</b>	<b>NON CONFORME</b>	<b>COMPOSIZIONE CHIMICA CON AGGIUNTA DI PROFUMO DIFFORME A QUANTO RICHIESTO IN CAPITOLATO</b>
<b>CLEAN CONSULT</b>	<b>CONFORME</b>	<b>IL FLACONE NON E'</b>


*S.S.*  


INTERNATIONAL SPA		COMPATIBILE CON I SUPPORTI ATTUALMENTE IN USO PERTANTO LA CONFORMITA' E' SUBORDINATA ALLA PREVISTA FORNITURA DEI RELATIVI DISPENSER A MURO
GE.VEN.IT SRL	NON CONFORME	COMPOSIZIONE CHIMICA NON CONFORME A QUANTO RICHIESTO IN CAPITOLATO.
GIOCHEMICA S.R.L UNIPERSONALE	CONFORME	
KEMIPOL S.R.L	NON CONFORME	COMPOSIZIONE CHIMICA CON AGGIUNTA DI PROFUMO DIFFORME A QUANTO RICHIESTO IN CAPITOLATO. MANCANO, ALTRESI', LE PROVE DI EFFICACIA E LE NECESSARIE REGISTRAZIONI MINISTERIALI
LA CASALINDA	NON CONFORME	COMPOSIZIONE CHIMICA CON AGGIUNTA DI PROFUMO DIFFORME A QUANTO RICHIESTO IN CAPITOLATO. MANCANO, ALTRESI', LE PROVE DI EFFICACIA E LE NECESSARIE REGISTRAZIONI MINISTERIALI

*S.R.L.*  


<p><b>MEDIGROUP</b></p>	<p><b>NON CONFORME</b></p>	<p><b>COMPOSIZIONE CHIMICA NON CONFORME A QUANTO RICHiesto IN CAPITOLATO. INOLTRE PRESENZA DI PROFUMO SPECIFICAMENTE NON RICHIESTA.</b></p>
<p><b>MONDIAL S.N.C DI CAVINATO A. &amp; C</b></p>	<p><b>NON CONFORME</b></p>	<p><b>COMPOSIZIONE CHIMICA NON CONFORME A QUANTO RICHiesto IN CAPITOLATO.</b></p>
<p><b>RADE' SRL</b></p>	<p><b>NON CONFORME</b></p>	<p><b>COMPOSIZIONE CHIMICA CON AGGIUNTA DI PROFUMI DIFFORME DA QUANTO RICHiesto IN CAPITOLATO TECNICO</b></p>
<p><b>SATCOM SRL</b></p>	<p><b>NON CONFORME</b></p>	<p><b>COMPOSIZIONE CHIMICA NON CONFORME A QUANTO RICHiesto IN CAPITOLATO. INOLTRE PRESENZA DI PROFUMO SPECIFICAMENTE NON RICHIESTA.</b></p>

Dott. Di Giorgio Carmelo



Dott. Emanuele Matteini

