



Procedura ad evidenza europea, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. riguardante l'acquisizione, mediante noleggio, di un sistema stereotassico per biopsia mammaria prona. Verbale prima seduta riservata. Gara su "Acquistitelematici.it" ID n. 322. Anac n. 7911382 – CIG: 8473941554 – CUP: C89J20000260002.

L'anno 2021, il giorno 19 del mese di Gennaio alle ore 11:30 presso la sala "San Gabriele Arcangelo" della Fondazione, è presente la Commissione di gara nominata con prot. UP2020/9040U del 31/12/2020, a seguito di sorteggio avvenuto in data 28/12/2020 presso la sezione provinciale UREGA Palermo:

- Prof. Tommaso Vincenzo Bartolotta, Presidente;
- Dott. Alessio Parco, Componente Tecnico esperto;
- Avv. Maurizio Cannizzo, Componente Esperto in materie giuridiche;

Si richiama il verbale di seduta aperta del giorno 19/01/2021, nel quale veniva ammessa la ditta TECHNOLOGIC S.R.L. alla fase di valutazione tecnica di conformità ed attribuzione di punteggi come da capitolato.

La Commissione di gara procede, quindi, all'analisi della documentazione tecnica presentata dalla suddetta ditta, al fine di esprimersi circa la conformità della stessa rispetto alle prescrizioni minime previste dal capitolato di gara, con il seguente esito:

dall'analisi della documentazione tecnica si rileva che l'offerta è conforme ai requisiti minimi prescritti dal capitolato ed ammette la ditta alla successiva fase di attribuzione dei punteggi di qualità.

A seguito della suddetta analisi, la Commissione decide di procedere all'attribuzione dei punteggi tecnici previsti dal capitolato secondo le metodologie di attribuzione del punteggio ivi prescritte, inserendo i valori rilevati nell'allegata "scheda di valutazione", per ogni singolo parametro, con il risultato complessivo di 70 punti su un massimo di 70 punti attribuibili da capitolato.

La Commissione dichiara chiusa la seduta in sessione riservata e comunicherà al RUP la data e l'ora della convocazione della Commissione, in sessione aperta, per l'apertura dell'offerta economica, con eventuale aggiudicazione provvisoria, Del che è redatto il presente verbale, che letto, viene confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Prof. Tommaso Vincenzo Bartolotta

Componente Tecnico esperto

Dott. Alessio Parco

Componente Esperto giuridico

Avv. Maurizio Cannizzo

SCHEDA DI VALUTAZIONE GARA N. 7911382

item	Caratteristica oggetto di valutazione	Punteggio Massimo Pmaxi	criterio di valutazione	Valore di riferimento Vcni (non inferiore per C, non superiore per D)	Valore offerto TECHNOLOGIC S.R.L.	Punteggi TECHNOLOGIC S.R.L.
1.1	Generatore/Tubo radiogeno	6				
1.1.1	Potenza nominale non inferiore a 5 KW	3	C	5	9	3
1.1.2	Valore massimo del prodotto mAs non inferiore a 500mAs	3	C	500	500	3
1.2	Tavolo motorizzato	20				
1.2.1	Peso paziente supportabile non inferiore a 150 Kg	3	C	150	181,4	3
1.2.2	Generatore e tubo RX integrati direttamente nel tavolo (sistema dedicato)	10	S/N		S	10
1.2.3	Apertura per posizionamento mammella non inferiore a 25 cm	4	C	25	27	4
1.2.4	Altezza variabile (ampiezza del range in cm)	3	C		58,6	3
1.3	Sistema di acquisizione	12				
1.3.1	Dimensione del pixel dell'immagine non superiore a 100 µm	2	D	100	70	2
1.3.2	Conversione segnale non inferiore a 14 bit	2	C	14	16	2
1.3.3	Sistema in grado di acquisire immagini in tomosintesi ed effettuare la biopsia direttamente sulle immagini acquisite	8	S/N		S	8
1.4	Dispositivo per stereotassi	22				
1.4.1	Margine di errore nella localizzazione spaziale dell'ago non superiore a 1mm	6	D	1	0,1	6
1.4.2	Ampiezza del campo di biopsia con superficie non inferiore a 7 cm x 7 cm (indicare le dimensioni massime, il calcolo verrà effettuato sulla superficie massima)	4	C	49	178,75	4
1.4.3	Sistema di puntamento con coordinate di tipo cartesiano	2	S/N		S	2
1.4.4	Display touch screen (per verificare il corretto posizionamento rispetto al target) dotato di sistema sonoro	4	S/N		S	4
1.4.5	Ampiezza massima dell'angolo di inclinazione del sistema per stereotassi	6	C		10°	6
2	Assistenza tecnica					
2.1	Numero di tecnici con almeno 5 anni di esperienza presenti in Sicilia dedicati alle attività di manutenzione correttiva (allegare cv nella documentazione tecnica)	5	C		2	5
2.2	Disponibilità assistenza specialist dedicata (allegare CV)	5	S/N		S	5
						70,00



