



Centrale di Sterilizzazione

Alla C. A. del dott Luca Salemi
RUP Ufficio acquisti
Fondazione Ist. G. Giglio di Cefalù
SEDE

Oggetto: Parere tecnico di conformità RDO N° 2710018 fornitura triennale consumabili per sterilizzatrice a vapore in 4 lotti.

Come da oggetto, di seguito si esprime il parere tecnico di conformità:

Lotto 1:

- Ditta ID&CO: Il prodotto offerto è conforme a condizione che la ditta offra un prodotto con grammatura minima di 50 gr/mq, prodotto presente nella documentazione ma non chiaramente dichiarato.
- Ditta I-TEMA: Il prodotto offerto è Conforme.

Lotto 2

- Ditta Cerichem Biopharm: Il prodotto offerto NON è conforme in quanto il valore del Ph non soddisfa la nostra richiesta dichiarata nel capitolato tecnico.
- Ditta Mondial: Il prodotto offerto NON è conforme in quanto il valore del Ph non soddisfa la nostra richiesta dichiarata nel capitolato tecnico.
- Ditta Nuova Farmec: Il prodotto offerto è conforme.

Lotto 3

- Ditta Cerichem Biopharm: Il prodotto offerto NON è conforme in quanto il valore di Ph del prodotto offerto è ben più alto rispetto a quanto da noi richiesto nel capitolato tecnico.
- Ditta Mondial: Il prodotto offerto è conforme a condizione che la ditta fornisca il prodotto confezionato nella tanica da 5 litri avente codice FM0501 presente nella scheda tecnica.

Lotto 4

- Ditta Cerichem Biopharm: Il prodotto offerto è conforme.
- Ditta Mondial: Il prodotto offerto è conforme.
- Ditta Nuova Farmec: Il prodotto offerto è conforme.

Cordiali saluti

Cefalù li 04/03/2021

Coordinatore Infermieristico
dott. Sergio Emmanuele