



FONDAZIONE ISTITUTO G.GIGLIO DI CEFALÙ

Chiarimenti del 20/05/2021

Lotto 2

Domanda

In riferimento al lotto 2 "coloratore e montavetrini" si chiedono i seguenti chiarimenti relativamente alle caratteristiche tecniche richieste: 1) Cosa si intende per serbatoio da almeno 300 coprioggetti?

2) Cosa si intende per essiccazione dei cestelli portavetrini?

Risposta

Punto 1: Trattasi di refuso di stampa.

La caratteristica minima del lotto n.2 di seguito riportata deve considerarsi annullata/depennata:

"Serbatoio da almeno 300 coprioggetti"

Punto 2: Si intende asciugatura a Temperatura idonea dei vetrini portaoggetto.

Il punto in questione è da considerarsi come ulteriore specifica del punto precedente delle caratteristiche minime del lotto n.2, "Dotato di sistema per l'asciugatura dei vetrini ad aria calda estremamente efficiente per migliorare l'aderenza del campione sul vetrino".

Cefalù, 20/05/2021

Il RUP
D.ssa Angela Capuana