

**VERBALE DI VALUTAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36
COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS 50/2016SS.MM.II., CON LE MODALITÀ DI CUI AL
COMMA 6 DEL MEDESIMO ARTICOLO (RDO SUL ME.PA.) PER LA FORNITURA DI N.
20 ELETTROCARDIOGRAFI DIGITALI PER LE VARIE UU.OO. DELLA FONDAZIONE
RDO n. 2769915 del 22/03/2021**

L'anno duemilaventuno, il giorno 11 del mese di maggio, alle ore 10:30, presso gli Uffici dell'Ingegneria Clinica della Fondazione "Istituto – G.Giglio di Cefalù", in c/da Pietrapollastra, si da luogo alla seduta per la valutazione/esame delle offerte relative alla procedura in oggetto.
In seduta sono presenti:

- Dott. Tommaso Cipolla
- Dott. Emanuele Sesti
- Ing. Giuseppe Fatuzzo

Di seguito l'elenco delle ditte/offerte pervenute dall'ufficio acquisti, dott.ssa Simona Amenta, con e-mail del 19/04/2021:

#	Denominazione concorrente	PRODOTTO OFFERTO
1	CE.AS.T. SNC	ELETTROCARDIOGRAFO CARDIOVIT AT-102 G2
2	MORTARA INSTRUMENT EUROPE	ELETTROCARDIOGRAFO ELI 280
3	ULTRAMED	ELETTROCARDIOGRAFO MAC 2000

Premesso che:

- 1) per una più accurata valutazione si è richiesto di visionare, con prova pratica, i dispositivi offerti e che tale visione è stata eseguita su tutti i prodotti offerti;
- 2) la valutazione della commissione ha tenuto conto sia del capitolato tecnico di gara che dei chiarimenti forniti durante la procedura di gara.

Per quanto sopra, la commissione rileva e valuta quanto di seguito:

#	Denominazione concorrente	PRODOTTO OFFERTO	VALUTAZIONE
1	CE.AS.T. SNC	ELETTROCARDIOGRAFO CARDIOVIT AT-102 G2	CONFORME AL CAPITOLATO
2	MORTARA INSTRUMENT EUROPE	ELETTROCARDIOGRAFO ELI 280	CONFORME AL CAPITOLATO
3	ULTRAMED	ELETTROCARDIOGRAFO MAC 2000	NON CONFORME AL CAPITOLATO

NOTE: L'offerta tecnica della ditta Ultramed, non risulta conforme relativamente al seguente punto del Capitolato tecnico:

- a) Punto 10. g delle Caratteristiche tecnico-cliniche minime del CSA:
Banda passante richiesta: 0,05 – 250 Hz
Banda passante del prodotto proposto: 0,04 – 150 Hz

Il presente verbale, chiuso alle ore 11:30 letto, confermato e sottoscritto, viene trasmesso al RUP di competenza.

Resp. Ingegneria Clinica
Ing. Giuseppe Fatuzzo

Resp. Pronto Soccorso
Dott. Emanuele Sesti

Resp. Cardiologia
Dott. Tommaso Cipolla