



# FONDAZIONE ISTITUTO G.GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP/2021/3884 U

Cefalù, li **28 MAG 2021**

Spett.le ditta  
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.  
VIA GALENO N. 36 20126 MILANO MI  
P.IVA 03663500969  
Tel. 02/69682804  
Fax 02/26001411  
pec: GEMSI@legalmail.it  
e p. c.: Al DEC - Ing. Giuseppe Fatuzzo  
Al Dott. Di Giorgio del Servizio di Farmacia  
Al Responsabile della Terapia Intensiva Post Operatoria  
- Dott. G. Malta  
Al Responsabile dell'U.O. di Emodinamica/UTIC -  
Dott. T. Cipolla  
Al Responsabile dell'U.O. di Riabilitazione - Dott. F.  
Rubino  
Al RSPP - Ing. G. Franco  
Al Responsabile dei Sistemi Informativi - Ing. D.  
Salvaggio  
Loro Sedi

OGGETTO: Affidamento fornitura di un sistema di monitoraggio multiparametrico, continuo ed integrato nei Reparti/Servizi ad elevata intensità di cure e relativi servizi di assistenza tecnica full-risk per un periodo non inferiore a tre anni. Lettera contratto. CIG: 8709796F05.

Si comunica che, come da Provvedimento Prot n. 464 del **27 MAG 2021** pubblicato sul sito di questa Fondazione al link <https://www.ospedalegiglio.it/sito/fondazione/bandi-e-appalti>, viene affidato a Codesta Ditta l'appalto della fornitura di quanto sinteticamente riportato in tabella e relativi dispositivi pluriuso, con assistenza tecnica full risk (con esclusione dei soli danni accidentali riconducibili a dolo) per la durata di tre anni, al prezzo complessivo come da esiti di gara di € 650.394,15 con Iva al 5% inclusa.

Codice Euis	Modello	Descrizione	Quantita'	Prezzo unitario dell'intero sistema	Prezzo totale	IVA	Prezzo totale
58122		<b>SISTEMA MONITORAGGIO INTEGRATO che si compone:</b>		619.423,00000	619.423,00	iva 5%	650.394,15
	Carescape Central Station V2.1	Centrale di Monitoraggio	4				
		<b>Sistema di Monitoraggio per Terapia Intensiva</b>					
	Carescape B850 V3.1	Monitor Multiparametrico	10				
	Carescape ONE	Modulo/Monitor multiparametrico anche da trasporto	10				
	Unity ID	Sistema di interfaccia ad apparecchiature esterne	10				
	E-COPsv	Modulo per il monitoraggio emodinamico invasivo e Saturazione Venosa Centrale	10				
		<b>Sistema di Monitoraggio per UTIC</b>					
	Carescape B850 V3.1	Monitor Multiparametrico	5				

Cod. 3600



UP2021/38860

28 MAG. 2021

**FONDAZIONE ISTITUTO G.GIGLIO DI CEFALÙ**

	Carescape ONE	Modulo/Monitor multiparametrico anche da trasporto	5				
	Unity ID	Sistema di interfaccia ad apparecchiature esterne	5				
	E-COPsv	Modulo per il monitoraggio emodinamico invasivo e Saturazione Venosa Centrale	5				
		<b>Sistema di Monitoraggio per Sala Operatoria</b>					
	Carescape B850 V3.1	Monitor Multiparametrico	7				
	Carescape ONE	Modulo/Monitor multiparametrico anche da trasporto	7				
	Unity ID	Sistema di interfaccia ad apparecchiature esterne	7				
	E-COPsv	Modulo per il monitoraggio emodinamico invasivo e saturazione venosa Centrale	2				
	E-COP	Modulo per il monitoraggio emodinamico invasivo	2				
	E-NMT	Modulo per il monitoraggio del livello di curarizzazione	2				
	E-ENTROPY	Modulo per il monitoraggio del livello di ipnosi	2				
		<b>Sistema di Monitoraggio Unità di Risveglio</b>					
	B155M	Monitor Multiparametrico	17				
		<b>Modulo Emodinamica da Trasporto (Pre-Sale Operatorie)</b>					
	Carescape One	Modulo/Monitor multiparametrico anche da trasporto	5				
		<b>Sistema telemetrico (Riabilitazione/Palestra e Cardiologia/UTIC)</b>					
	Carescape Central station V2.1	Centrale di Monitoraggio telemetrica	2				
	Apex Pro V5	Sistema Telemetrico	1				
	Carescape T4	Trasmettitore Telemetrico	16				
		<b>Sistema di Interfaccia al Sistema Informativo Ospedaliero</b>					
	Carescape Gateway	Sistema di Interfaccia al Sistema Informativo Ospedaliero	1				
		<b>Sistema di Virtualizzazione (PACS, Dati di laboratorio, Lis, ecc..)</b>					
	Server Citrix	Sistema Virtualizzazione	1				





09221/38866

28 MAG. 2021

## FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Contratto Euis: 29

Programma di spesa n 47

Il Direttore dell'Esecuzione del presente affidamento è l'Ing. Giuseppe Fatuzzo, Responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica, Tel 0921/920517 - email giuseppe.fatuzzo@hsrgiglio.it.

Come da offerta di gara, Codesta Ditta, sul materiale monouso/monopaziente dedicato ha riservato a questa Fondazione uno sconto del 20% sul prezzo di listino. Tali consumabili, ove necessari, dovranno essere oggetto di un nuovo affidamento e comunque, per completezza, sono stati inseriti nel gestionale interno della Fondazione con n. FAR2021-.....200.....

**Si riportano di seguito le condizioni di garanzia e assistenza tecnica full-risk per tre anni:**

### 1. Condizioni generali di fornitura ed assistenza tecnica

N.B. Ferme restando le condizioni di garanzia del produttore/fornitore, si considerano incluse e ad integrazione delle stesse, per tutto il periodo della garanzia, anche le condizioni sotto riportate:

- a. Garanzia non inferiore a 3 (tre) anni
- b. Si considerano comprese nella fornitura tutte le attività di manutenzione periodiche e su chiamata: manutenzione correttiva, manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli funzionali, controlli di qualità e tutto quanto necessario a mantenere e garantire il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature.
- c. Si considerano comprese nella fornitura tutte le parti di ricambio senza esclusione alcuna (inclusi cavi segnali, cavi di alimentazione, sensori, trasduttori, involucri, cover, ecc.)
- d. Si considerano comprese nella fornitura e a carico della ditta fornitrice la sostituzione di tutti gli eventuali consumabili legati alla manutenzione delle apparecchiature (es.: eventuali kit di sostituzione periodica, batterie, ecc.).
- e. Tutte le attività di configurazione e/o interfacciamento del sistema acquisito, sono a carico della ditta fornitrice
- f. Si considerano incluse nella fornitura, anche eventuali danni accidentali ad esclusione di eventi riconducibili a dolo.

### 2. Tempo di intervento non superiore a 8 ore lavorative.

Per tempo di intervento si intende il tempo intercorrente dal momento della chiamata al momento in cui un tecnico sarà fisicamente presente in loco (Fondazione), indipendentemente da eventuali interventi in remoto/teleassistenza.

Pertanto, in caso di contenzioso sui tempi di intervento non verranno presi in considerazione eventuali interventi in teleassistenza se questi non sono stati risolutivi.

### 3. Tempo di risoluzione dei guasti: non superiore a 5 giorni solari dalla chiamata.

N.B. Qualora i tempi di riparazione dovessero prolungarsi oltre tale tempistica, la ditta dovrà fornire un muletto sostitutivo di pari o superiori caratteristiche tecnico-cliniche.

### 4. Si richiede un'assistenza tecnica con dei tecnici stabilmente presenti in zona (SICILIA).

Cod. 3600

Fondazione Istituto G. GIGLIO di Cefalù

Contrada Pitrapollastra - Pisciotto 90015 Cefalù (PA) - Tel.: +39 0921 920.111 - Fax: +39 0921 920777 - www.hsrgiglio.it - P.IVA: 05205490823



UP2021/38840

28 MAG. 2021

## FONDAZIONE ISTITUTO G.GIGLIO DI CEFALÙ

5. Almeno N° 5 giorni di training al personale utilizzatore e al personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica, da effettuare secondo le esigenze della Fondazione.
6. Garanzia, senza alcun ulteriore aggravio di spesa, dell'aggiornamento tecnologico a fronte di modifiche migliorative hardware e software che dovessero avvenire successivamente al collaudo e per tutta la durata del periodo di garanzia, relativamente alla tecnologia offerta.
7. Eseguire tutte le necessarie manutenzioni preventive/periodiche previste dal costruttore.
8. Eseguire almeno n.1 verifica di sicurezza elettrica annuale così come previsto dalle normative vigenti di riferimento (Es. norma CEI 62-5).
9. Eseguire almeno n. 2 controlli funzionali/controlli annuali di qualità annuali attestanti il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature, incluse eventuali "prove particolari" previste dalle normative vigenti.

### CONSEGNA, INSTALLAZIONE, PERIODO DI PROVA, VERIFICA DI CONFORMITA' e FORMAZIONE ALL'USO

A seguito della consegna che dovrà avvenire nel termine massimo di 20 giorni dalla data di protocollo della presente, e prima della messa in funzione, la ditta fornitrice dovrà effettuare tutte le verifiche di sicurezza, i controlli funzionali e le "prove particolari" (eventualmente mediante l'utilizzo di strumentazione e/o analizzatori), così come previsto dal produttore delle apparecchiature, dalle normative vigenti e dalle associazioni di settore. La documentazione prodotta a seguito di tali attività, attestante il corretto e sicuro funzionamento dell'apparecchiatura, dovrà essere consegnata al DEC.

Come da art. 102 del D.Lgs 50/2016, il certificato di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi i 2 anni dalla sua emissione.

Qualora fosse ritenuto opportuno, la Fondazione, a proprio giudizio insindacabile, si riserva di subordinare il rilascio del certificato di collaudo ad un periodo di prova, nel corso del quale verrà verificata la piena idoneità e conformità dell'apparecchiatura e dispositivi.

Si considera parte integrante delle operazioni di verifica di conformità la necessaria formazione al personale utilizzatore.

### PENALI E CONTESTAZIONI

Si riportano di seguito le penali che questa Fondazione si riserva di applicare con il dettaglio delle "Attività" soggette a penali e i "Livelli di Servizio":

Attività	Livelli di servizio	Penali
Tempi di consegna	Entro i termini richiesti o offerti se migliorativi	€ 100 per ogni giorno solare di ritardo, oltre i termini richiesti o offerti se migliorativi
Manutenzione correttiva	Tempo di risoluzione (punto 2 e 3 delle condizioni di garanzia ed assistenza tecnica – art. 7) Tempo intercorso dalla chiamata	€ 200 al giorno, per ogni giorno lavorativo di ritardo oltre i termini definiti ai punti 2 e 3 dell'art. 7 del presente capitolato.

Cod. 3600





CP2024/3884U

2 8 MAG. 2021

## FONDAZIONE ISTITUTO G.GIGLIO DI CEFALÙ

	al momento in cui il guasto è stato risolto e l'apparecchiatura risulta perfettamente funzionante	
Manutenzioni periodiche	Garantire le manutenzioni periodiche previste dal presente capitolato, in particolare: - Manutenzioni preventive - Controlli funzionali - Verifiche di sicurezza elettrica di cui all'art. 7 del presente capitolato	€ 100 al giorno, per ogni giorno lavorativo di ritardo, oltre il quindicesimo giorno rispetto le date indicate dal piano manutentivo periodico

Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 comma 8, la ditta si assume la responsabilità degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La Fondazione risolverà il presente contratto qualora le transazioni saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.

In rispetto dell'art.2 punto n.2 della legge n.15 del 20/11/08 questa Fondazione si riserva la facoltà di risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata. Codesta ditta si impegna a comunicare ogni eventuale evento di cui sopra che si dovesse verificare nel corso del rapporto contrattuale.

La fattura deve essere emessa entro i termini di legge e solo a seguito di verbale positivo di conclusione delle operazioni di verifica di conformità e messa in funzione. La fattura dovrà essere intestata a Fondazione Istituto G.Giglio di Cefalù - C.da Pietrapollastra Pisciotto - 90015 Cefalù, P.IVA 05205490823 e dovrà essere trasmessa in formato elettronico XML (FPR12), tramite il Sistema di Interscambio (SDI) attraverso l'indirizzo PEC: [fatture@pec.hsriglio.it](mailto:fatture@pec.hsriglio.it), valorizzando il campo codice amministrazione destinataria con 0000000, indicando in fattura l'IBAN conforme a quanto comunicato in sede di procedura (c/c dedicato). Si comunica che dal 01 gennaio 2018 la Fondazione è interessata dall'applicazione dello split payment ( art. 17 Ter DPR 633/72) e che per tanto per le operazioni fatturate, i fornitori devono emettere fattura elettronica con l'addebito dell'iva, indicando nel campo iva della fattura elettronica Esibilità IVA "S" (scissione dei pagamenti) pena la non regolarità del documento emesso. Codesta ditta dovrà indicare in fattura il codice identificativo gara (CIG), il numero di protocollo della presente lettera contratto e la seguente dicitura: "**Beni agevolabili ai sensi dell'art. 1, comma 1051-1063, Legge 178 del 30/12/2020**". Il relativo pagamento sarà effettuato a 60 giorni data fattura fino all'importo massimo contrattuale.

**Come da Provvedimento di affidamento, per l'urgenza rappresentata a salvaguardia della salute pubblica, è stata autorizzata l'esecuzione in urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., pertanto, in caso di esito negativo delle verifiche amministrative previste per legge, il presente affidamento si intenderà immediatamente revocato.**

Vogliate restituire integralmente firmata per accettazione, una copia della presente da valere quale contratto ad ogni effetto di legge.

Distinti Saluti.

Il RUP

Dott.ssa Angela Capuana

*Alquora 25/05/2021*

Il Presidente

Dott. Salvatore Albano