

Spett.le _____

OGGETTO: Ricerca di mercato relativa a sistema per visualizzazione diretta delle vie biliari.

Questa Fondazione, a seguito delle esigenze del Servizio di Endoscopia Digestiva, deve procedere all'acquisizione di un sistema per la visualizzazione diretta delle vie biliari e pancreatiche (sistema duttale bilio-pancreatico), colangiopancreatoscopia, utilizzabile da un singolo operatore, da introdurre su canale operativo durante l'ERCP.

Il sistema deve permettere di eseguire attraverso un canale operativo minore di 2 mm, prelievi biotipici con pinza dedicata, visualizzazione di calcoli e litotripsia intraduttale elettroidraulica (EHL)

Le applicazioni cliniche diagnostiche/terapeutiche per le quali è richiesto il suddetto sistema sono:

- biopsie di stenosi e lesioni di ndd in visualizzazione diretta
- valutazione dei difetti di riempimento alla col angiografia
- differenziazione di masse intraluminali
- valutazione di estensione di tumori mucinosi intraduttali
- valutazioni di cisti coledociche
- valutazione di varici coledociche
- valutazione di estensioni di ampullomi
- coledocolitiasi (EHL, litotripsia con laser ad olmio, APC)
- terapia fotodinamica
- ablazioni
- rimozione corpo estranei
- posizionamento fili guida per manovre operative
- oltrepassare stenosi benigne o maligne in visione diretta

Premesso quanto sopra, si invitano le Ditte interessate a far pervenire, a questa Fondazione, entro il giorno **30/04/2012**, all' **Ufficio Protocollo**, in apposito plico chiuso, e con la dicitura "sistema per visualizzazione diretta delle vie biliari", le informazioni e documentazioni tecniche di eventuali sistemi analoghi/equivalente a quello di cui sopra.

In particolare si chiede:

- descrizione dettagliata del sistema e dei vari componenti (allegare anche i relativi manuali d'uso)
- modalità possibili di acquisizione del sistema proposto (acquisto, noleggio, comodato ecc)
- descrizione dettagliata di eventuale materiale consumabile monouso/monopaziente o pluriuso con indicati i relativi costi
- elenco e descrizione di eventuale strumentazione/apparecchiature elettromedicali, di supporto o necessaria al corretto e sicuro funzionamento del sistema, con indicati i relativi costi
- tutte le certificazioni necessarie sia dell'intero sistema che, eventualmente, di ogni singolo componente, necessarie a dimostrare la conformità del sistema proposto alle direttive e normative vigenti e di settore
- eventuali prescrizioni e/o limitazioni del sistema proposto, rispetto alle esigenze cliniche sopra manifestate
- eventuale altra documentazione ritenuta necessaria a descrivere compiutamente quanto proposto

La presente nota è pubblicata sul sito internet della Fondazione www.hsriglio.it sezione “Bandi e appalti”.

Per ulteriori chiarimenti resta a Vs. disposizione l’Ufficio Acquisti di questa Fondazione (tel. 0921/920751).

Si ringrazia per la certa collaborazione.

Il Dirigente Servizi Generali ed Acquisti
D.ssa Leonarda Sausa