

**ALLEGATO C**  
**SCHEMA DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA**  
**(esemplificativa)**

**A) CARATTERISTICHE TECNICO-CLINICHE**

**CARATTERISTICHE TECNICO-CLINICHE OGGETTO DELLA VALUTAZIONE – POMPE PER LA NUTRIZIONE ENTERALE**

	DESCRIZIONE OFFERTA (in linea o in miglioramento rispetto a quanto chiesto nel Capitolato)
1. Pompa per nutrizione enterale completa di accessori e componenti, necessari al corretto e sicuro funzionamento. Indicare marca e modello dell'apparecchiatura offerta.	
2. Dimensioni ridotte e peso leggero. Indicare dimensioni e peso	
3. Usabilità (facilità d'uso) – Valutazione su prova pratica	
4. Alimentazione: sia a rete che a batteria	
5. Indicare la durata della batteria (impostando una velocità di infusione di 100 ml/h) e il suo tempo di ricarica (in ore)	
6. Display di facile lettura - Valutazione su prova pratica	
7. Visualizzazione del volume infuso	
8. Allarmi sia visivi che acustici minimi: batteria scarica, scollegamento dalla rete di alimentazione, occlusione, aria in linea, segnalazione di fine infusione	
9. Range minimo di velocità di infusione: da 1 ml/h a 300 ml/h – Indicare l'incremento minimo (in ml/h)	
10. Gestione parametri di infusione e allarmi	
11. Dispositivi di sicurezza (elencare tutti i dispositivi di sicurezza della pompa)	
12. Possibilità di riempimento veloce della linea di infusione e modalità di spurgo	
13. Indicare l'accuratezza di infusione (in %) alla velocità di infusione di 30ml/h e 120 ml/h al quinto minuto di funzionamento.	
14. Protezione contro l'infiltrazione di liquidi	
15. Autodiagnosi ad ogni accensione della macchina, al fine di assicurare l'assenza di anomalie della macchina prima del funzionamento	
16. Maniglia di trasporto e morsetto di fissaggio su asta, integrati	

**CARATTERISTICHE TECNICO-CLINICHE OGGETTO DELLA VALUTAZIONE – DEFLUSSORI**

	DESCRIZIONE OFFERTA
1. Dimensioni.	
2. Materiale	
3. Facilità di utilizzo	

**Tabella B) ASSISTENZA TECNICA**

	DESCRIZIONE OFFERTA (in linea o in miglioramento rispetto a quanto chiesto nel Capitolato)
1) Garanzia, non inferiore a due anni in caso di acquisto o per tutta la durata dell'eventuale comodato, noleggio, service, ecc.	
2) Tempo di risoluzione del problema (ripristino apparecchiatura o disponibilità di un muletto) non superiore alle 24 ore lavorative dalla chiamata	
3) Almeno N° 4 giorni di training al personale utilizzatore e al personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica, da effettuare secondo le esigenze della Fondazione	
4) Almeno una verifica di sicurezza elettrica, annuale secondo le normative vigenti e una verifica secondo norma particolare (CEI 62-99).	
5) Numero due manutenzioni preventive/anno (e comunque tutte quelle previste dal costruttore) con relative prove funzionali e controlli di qualità.	

**Per ognuno dei suddetti punti si chiede alla ditta offerente di indicare nella colonna accanto, in modo chiaro e conciso, la relativa proposta e/o la presenza o meno delle caratteristiche richieste, utilizzando la stessa unità di misura specificata.**