



## FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

***Procedura per l'affidamento della fornitura, per la durata di 30 mesi, di kit da biopsia mammaria per il Servizio Breast Unit della Fondazione ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii..***  
***R.d.O. n. 2669458 CONSIP - Lettera di Invito. CIG: 8498443106 – CUP: B88I17001000008***  
**Verbale seconda seduta riservata.**

L'anno 2021, il giorno 12 del mese di aprile, alle ore 17,30 la Commissione di gara nominata con prot. UP2021/1306U del 23/02/2021, a seguito di sorteggio avvenuto in data 15/02/2021 presso la sezione provinciale UREGA Palermo composta dal Dott. Ildebrando D'Angelo (Presidente), Ing. Pietro Sturniolo (Componente Tecnico esperto); Avv. Tiziana Pugliesi (Componente Esperto in materie giuridiche) è collegata da remoto attraverso il portale Jitzi Meeting; Si richiama il verbale del giorno 20.03.2021 nel quale venivano richiesti chiarimenti alla ditta Bard.

Avendo ricevuto in data 29.03.2021 i chiarimenti da parte dell'operatore economico che si allegano al presente verbale, la Commissione, ritenuti gli stessi esaustivi, dichiara che l'offerta è conforme ai requisiti minimi prescritti dal capitolato ed ammette la ditta alla successiva fase di attribuzione dei punteggi di qualità.

A questo punto la Commissione, procede all'esame delle caratteristiche degli elementi oggetto di valutazione tecnica e attribuisce i punteggi previsti nel rispetto del capitolato tecnico di gara all'interno dell'apposita tabella, che si allega a presente verbale.

Le risultanze sono le seguenti:

- |                       |             |
|-----------------------|-------------|
| 1) Bard S.r.l.        | punti 47/70 |
| 2) Technologic S.r.l. | punti 63/70 |

La Commissione dichiara chiusa la seduta in sessione riservata alle ore 19.00 e rinvia le operazioni di gara in seduta pubblica per il giorno 23.04.2021 alle ore 10.00.  
Del che è redatto il presente verbale, che letto, viene confermato e sottoscritto.

F.to Il Presidente  
Dott. Ildebrando D'Angelo

F.to Componente Tecnico esperto  
Ing. Pietro Sturniolo

F.to Componente Esperto giuridico  
Avvocato Tiziana Pugliesi

FIRMATO IN DATA 21.06.21

Item	Caratteristica oggetto di valutazione	Punteggio Massimo Pmaxi	criterio di valutazione	BARD S.R.L.	TECHNOLOGIC S.R.L.	Valore Max (migliore) offerto per criteri valutazione C	Valore Min (peggiore) offerto per i criteri di valutazione D	Valore di riferimento Vcmi (non inferiore per C, non superiore per D)	BARD S.R.L.	TECHNOLOGIC S.R.L.
<b>1</b>	<b>Apparecchiature e Kit biopsia</b>	<b>60 punti così suddivisi</b>								
01.01.01	Numero dei prelievi al minuto	4	C	9	12	12		6	2,00	4,00
01.01.02	Numero di vie di aspirazione maggiore di uno (doppia via vs singola via) per differenziare la raccolta ematica da quella tissutale	6	S/N	N	S				0,00	6,00
01.01.03	Disponibilità di aghi di diverso calibro (maggiore di uno)	6	S/N	S	S				6,00	6,00
01.01.04	Camera di raccolta separata per ogni singolo prelievo	6	S/N	S	S				6,00	6,00
01.01.05	Camera di raccolta del campione singola orientata	4	S/N	S	S				4,00	4,00
01.01.06	Dimensione della finestra di prelievo variabile	4	S/N	S	S				4,00	4,00
01.01.07	Possibilità di utilizzo di aghi di diversi calibro con misura inferiore o uguale a 11 gauge	6	D	7	9	7		11	6,00	3,00
01.01.08	Possibilità di utilizzo di aghi di lunghezza non inferiore a 15 cm (per tutti i calibri indicati relativamente al punto 1.1.7)	4	S/N	S	S				4,00	4,00
01.01.09	Possibilità di inserimento della clip all'interno dell'ago (senza necessità di rimozione dell'ago e successivo posizionamento tramite cannula coassiale)	6	S/N	S	S				6,00	6,00
01.01.10	Punta dell'ago a lama piatta	4	S/N	N	N				0,00	0,00
01.01.11	Separazione automatica dei frustoli senza che gli stessi vengano manipolati dall'operatore	6	S/N	N	S				0,00	6,00
01.01.12	Possibilità di visualizzazione del campione nella posizione del prelievo	4	S/N	S	S				4,00	4,00
<b>2</b>	<b>Assistenza tecnica</b>	<b>10 punti così suddivisi</b>								
02.01.00	Numero di tecnici con almeno 5 anni di esperienza presenti in Sicilia dedicati alle attività di manutenzione correttiva (allegare cv nella documentazione tecnica)	5	C	1	2	2		1	0,00	5,00
02.02.00	Disponibilità assistenza specialist dedicata (allegare CV)	5	S/N	S	S				5,00	5,00
<b>TOTALI PUNTEGGI DI QUALITÀ PER DITTA</b>									<b>47,00</b>	<b>63,00</b>