



## GARA APERTA IN 8 LOTTI PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE E RELATIVI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA FULL RISK, PER L'U.O. DI ANATOMIA PATOLOGICA - N. GARA 8132389 - Verbale nona seduta riservata della Commissione di valutazione

L'anno 2021, il giorno 09 Settembre, alle ore 10.30, presso i locali dell'Area Amministrativa della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù, si riunisce al completo la Commissione di gara nominata con prot.n. UP2021/4413U del 18/06/2021 così costituita:

- Dott. Raffaele Genova, Presidente;
- Ing. Andrea Rappazzo, Componente;
- Dott. Claudio Zagarrò, Componente;

per procedere in seduta riservata al riesame dell'offerta dell'operatore economico Patholab Srl in seguito alla richiesta da parte del RUP recapitata a mezzo mail il 08 Settembre us con cui viene chiesto a questa Commissione di rispondere alle opposizioni ivi rappresentate.

La Commissione prende atto di quanto riportato dalla Patholab Srl nella nota allegata alla suddetta email, e procede al riesame dell'offerta tecnica.

Premesso che:

1. l'offerta tecnica deve essere chiara, puntuale ed esaustiva in modo da non dare adito ad interpretazioni;
2. l'offerta tecnica deve essere descritta e argomentata con documentazione a supporto ma soprattutto deve essere descritta in maniera chiara riportando ciascuna caratteristica in corrispondenza del requisito indicato nell'apposita "Scheda presentazione offerta tecnica" allegata ai documenti di gara;
3. l'offerta tecnica si compone di documenti intrinseci dell'apparecchiatura offerta (Manuali d'uso, certificazione di conformità CE, ...) e documenti descrittivi della suddetta apparecchiatura e servizi connessi redatta dall'operatore economico (Relazioni, brochure commerciali, ...) che devono essere coerenti ai primi;

visti i documenti di gara, tenendo conto

- delle determinazioni di questa Commissione, di cui al verbale della sesta seduta del 17 Agosto;
- delle opposizioni della Patholab Srl del 08 Settembre;

si rileva e sottolinea quanto segue:

- a) La documentazione tecnica del prodotto offerto (quella facente parte del fascicolo tecnico ottenuto al momento della produzione e per cui viene ottenuta la certificazione CE), vedi ad esempio il manuale d'uso, descrive un apparecchio dove non vi è traccia di piano di lavoro regolabile, né fisicamente, né nel software di comando a display, mentre invece ne parla la relazione scritta dall'operatore economico;
- b) il capitolato tecnico di gara chiede tra gli altri due requisiti in particolare:
  1. "Postazione di lavoro ergonomica, descrivere gli elementi mediante i quali viene ottenuta l'ergonomia dichiarata (ad esempio possibilità di regolazione dell'altezza del piano di lavoro, ecc.)"
  2. "Seduta ergonomica ad altezza regolabile"a cui la ditta risponde in maniera non esaustiva al punto 1 e in maniera errata al punto 2, dove parla di piano di lavoro e non di seduta regolabile in altezza.

Fatte le suddette premesse e considerazioni, questa Commissione ritiene di confermare la non ammissione della ditta alle fasi successive di gara in quanto non è soddisfatto il requisito minimo relativo alla "Seduta ergonomica ad altezza regolabile" in quanto la ditta risponde a tale requisito con le caratteristiche del piano di lavoro, che dunque risulta regolabile in altezza, e non si riscontra in nessuna parte della documentazione presentata alcuna offerta in merito al tipo di seduta.

Si sospendono i lavori in pari data alle ore 14.00.

Del che è redatto il presente verbale, che letto, viene confermato e sottoscritto.

Dott. Raffaele Genova, Presidente



Ing. Andrea Rappazzo, Componente



Dott. Claudio Zagarrìo, Componente

