



**Verbale di Gara – Oggetto:** *Procedura negoziata per l'affidamento semestrale di prodotti per l'Emodinamica, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii., in 18 lotti, , con le modalità di cui al comma 6 del medesimo articolo (RdO sul ME.PA.) R.D.O. n. 3012368 . Apertura busta economica.*

In data 19/05/2022 ore 11:30 con propedeutica nota di avviso alla Ditta partecipante alla RDO in oggetto, il RUP Dott.ssa Antonella La Barbera e l'Istruttore del Procedimento, Sig.ra Stefana Bondi, hanno proceduto all'apertura dell'offerte economiche, ritenute conformi in fase di valutazione.

Si premette che:

- con e-mail del 18/05/2022 sono state trasmesse all'U.O. richiedente la documentazione tecnica delle ditte partecipanti, al fine di esprimere parere circa la conformità del servizio offerto con quanto richiesto da questa Fondazione;
- con email del 18/05/2022 è pervenuto parere di valutazione dei prodotti offerti:
  - Lotto 1: idoneo
  - Lotto 2: idoneo
  - Lotto 3: idoneo
  - Lotto 4: idoneo dispositivo fornito dalla Biodevices poiché strutturalmente caratterizzato dalla presenza del "copolimero idrofilo M" che conferisce enorme scivolosità per attraversare percorsi estremamente tortuosi e con severo attrito. Tali caratteristiche non sono presenti nei prodotti offerti dalla ditta Ab Medica
  - Lotto 5: idoneo dispositivo fornito dalla Biodevices poiché presente il calibro 4 Fr e inoltre, forniscono un ventaglio di lunghezze molto ampio, soprattutto utile negli studi angiografici del distretto periferico da arteria radiale. Tali caratteristiche non sono presenti nei prodotti offerti dalle ditte Archigen e Medtronik.
  - Lotto 6: idoneo
  - Lotto 7: idoneo
  - Lotto 8: idonei entrambi i prodotti
  - Lotto 10: idonei entrambi i prodotti
  - Lotto 11: idoneo
  - Lotto 12: idoneo
  - Lotto 13: idoneo
  - Lotto 15: idonei entrambi i prodotti
  - Lotto 16: idoneo dispositivo fornito dalla Biodevices poiché rientra in tutte le caratteristiche richieste, soprattutto per la lunghezza del pallone (anche superiore a 20 mm) e per la RBP (pressione massima di rottura) fino a 22 atm che ne conferisce le vere doti di pallone non compliant. Ditta So.gi.medical non ha le caratteristiche minime richieste (lunghezza del pallone fino a 18 mm e RBP fino a 20 atm)
  - Lotto 17: idoneo
  - Lotto 18: idoneo



L'apertura dell'offerte economiche delle ditte ammesse ha dato il seguente risultato seguente risultato:

- Lotto n. 1 Ditta Biodevices srl per un importo pari ad € 20.090,00 Iva al 22% esclusa;
- Lotto n. 2 Ditta Polysystemsrl per un importo pari ad € 25.285,00 Iva al 22% esclusa;
- Lotto n. 3 Ditta Biodevices srl per un importo pari ad € 5.740,00 Iva al 22% esclusa ;
- Lotto n. 4 Ditta Biodevices srl per un importo pari ad € 7.308,00 Iva al 22% esclusa ;
- Lotto n. 5 Ditta Biodevices srl per un importo pari ad € 9.720,00 Iva al 22% esclusa ;
- Lotto n. 6 Ditta Biodevices srl per un importo pari ad € 1.801,80 Iva al 22% esclusa ;
- Lotto n. 7 Ditta Biodevices srl per un importo pari ad € 15.649,20 Iva al 22% esclusa ;
- Lotto n. 8 Ditta Medtronik Italia spa per un importo pari ad € 2.350,00 Iva al 22% esclusa ;
- Lotto n. 10 Ditta Archigen srl per un importo pari ad € 2.175,00 Iva al 22% esclusa ;
- Lotto n. 11 Ditta Endo Vascular Devices srl per un importo pari ad € 36.700,00 Iva al 22% esclusa ;
- Lotto n. 12 Ditta MG Medical System srl per un importo pari ad € 6.800,00 Iva al 22% esclusa ;
- Lotto n. 13 Ditta Biodevices srl per un importo pari ad € 10.728,00 Iva al 22% esclusa ;
- Lotto n. 15 Ditta Archigen srl per un importo pari ad € 2.010,00 Iva al 22% esclusa ;
- Lotto n. 16 Ditta Biodevices srl per un importo pari ad € 2.350,00 Iva al 22% esclusa ;
- Lotto n. 17 Ditta Archigen srl per un importo pari ad € 24.800,00 Iva al 22% esclusa ;
- Lotto n. 18 Ditta Archigen srl per un importo pari ad € 16.800,00 Iva al 22% esclusa.

Si da atto che i lotti 9 e 14 sono andati deserti.

Saluti

L'Istruttore del Procedimento  
Sig.ra Stefana Bondi

IL RUP  
Dott.ssa Antonella La Barbera