

Verbale di valutazione tecnica in seduta riservata

Oggetto: Procedura di gara aperta per l'appalto della fornitura biennale di materiale specialistico do radiologia interventistica, 69 lotti - Numero gara 8425768 – VERBALE DI VALUTAZIONE TECNICA IN SEDUTA RISERVATA

Il sottoscritto Dott. Franco Valenza nominato come Esperto tecnico/clinico per la valutazione delle offerte tecniche della gara di cui in oggetto, comunica, di avere effettuato le valutazioni di competenza della documentazione tecnica trasmessa dall'Organo monocratico, nelle sedute riservate effettuate in data:

- 15/07, da Lotto n.1 a Lotto n.21
- 16/07, da Lotto n.22 a Lotto n.45
- 18/07, da Lotto n.46 a Lotto n.68

Si riportano di seguito le risultanze della valutazione tecnica effettuata.

Lotto n.1:

<i>Operatore Economico</i>	<i>Esito valutazione documentazione tecnica</i>	<i>Note</i>
Med-Italia Biomedica S.r.l.	Conforme	
SVAS BIOSANA S.p.A.	Conforme	
ab medica spa	Conforme	
TAU MEDICA	Conforme	
E. F. M. EMANUELE FIORE MANCINI S.R.L.	Conforme	

Lotto 2:

<i>Operatore Economico</i>	<i>Esito valutazione documentazione tecnica</i>	<i>Note</i>
Presifarm S.r.l.	Conforme	

Lotto n.3:

<i>Operatore Economico</i>	<i>Esito valutazione documentazione tecnica</i>	<i>Note</i>
Delta med Spa	Conforme	
Med-Italia Biomedica S.r.l.	Conforme	
SVAS BIOSANA S.p.A.	Conforme	
ab medica spa	Conforme	
FEMA Srl	Conforme	

Lotto n.4:

<i>Operatore Economico</i>	<i>Esito valutazione documentazione tecnica</i>	<i>Note</i>
VIGEO SRL	Conforme	
Giustepa S.a.s. di Buscemi Giuseppe	Conforme	
H.S. HOSPITALSERVICE S.P.A.	Conforme	

Lotto n.5:

<i>Operatore Economico</i>	<i>Esito valutazione documentazione tecnica</i>	<i>Note</i>
Presifarm S.r.l.	Conforme	
Med-Italia Biomedica S.r.l.	Conforme	
SVAS BIOSANA S.p.A.	Conforme	
BOSTON SCIENTIFIC S.p.A.	Conforme	
ab medica spa	Conforme	

Lotto n.6:

<i>Operatore Economico</i>	<i>Esito valutazione documentazione tecnica</i>	<i>Note</i>
Presifarm S.r.l.	Conforme	
BIODEVICES SRL	Conforme	
Cook Italia s.r.l.	Conforme	
B. Braun Milano S.p.A.	Conforme	
MEDTRONIC ITALIA SPA	Conforme	
ab medica spa	Conforme	
E. F. M. EMANUELE FIORE MANCINI S.R.L	Conforme	
Giustepa S.a.s	Conforme	

Lotto n.7:

<i>Operatore Economico</i>	<i>Esito valutazione documentazione tecnica</i>	<i>Note</i>
MEDTRONIC ITALIA SPA	Conforme	

Lotto n.8:

<i>Operatore Economico</i>	<i>Esito valutazione documentazione tecnica</i>	<i>Note</i>
SO.GI. Medical s.r.l.	Conforme	

Lotto n.11:

<i>Operatore Economico</i>	<i>Esito valutazione documentazione tecnica</i>	<i>Note</i>
Cook Italia s.r.l.	Conforme	

Lotto n.13:

<i>Operatore Economico</i>	<i>Esito valutazione documentazione tecnica</i>	<i>Note</i>
BIODEVICES SRL	Conforme	
ab medica spa	Non conforme	Mancante rivestimento M coat

Lotto n.14:

<i>Operatore Economico</i>	<i>Esito valutazione documentazione tecnica</i>	
SO.GI. Medical s.r.l.	Non conforme	Mancante punta floppy da 1 e 6 cm
Cook Italia s.r.l.	Non conforme	Mancante punta floppy da 1 e 6 cm
BOSTON SCIENTIFIC S.p.A.	Conforme	

Lotto n.15:

<i>Operatore Economico</i>	<i>Esito valutazione documentazione tecnica</i>	
BOSTON SCIENTIFIC S.p.A.	Conforme	
ab medica spa	Conforme	
E. F. M. EMANUELE FIORE MANCINI S.R.L	Conforme	

Lotto n.16:

<i>Operatore Economico</i>	<i>Esito valutazione documentazione tecnica</i>	
BOSTON SCIENTIFIC S.p.A.	Conforme	

Lotto n.17:

<i>Operatore Economico</i>	<i>Esito valutazione documentazione tecnica</i>	
BOSTON SCIENTIFIC S.p.A.	Conforme	

Lotto n.18:

<i>Operatore Economico</i>	<i>Esito valutazione documentazione tecnica</i>	
BOSTON SCIENTIFIC S.p.A.	Conforme	

Lotto n.19:


<i>Operatore Economico</i>	<i>Esito valutazione documentazione tecnica</i>	
BOSTON SCIENTIFIC S.p.A.	Conforme	

Lotto n.20:

<i>Operatore Economico</i>	<i>Esito valutazione documentazione tecnica</i>	
BIODEVICES SRL	Conforme	

Lotto n.21:

<i>Operatore Economico</i>	<i>Esito valutazione documentazione tecnica</i>	
BIODEVICES SRL	Conforme	



Lotto n.22:

<i>Operatore Economico</i>	<i>Esito valutazione documentazione tecnica</i>	<i>Note</i>
SO.GI. Medical s.r.l.	Conforme	
BOSTON SCIENTIFIC S.p.A.	Non conforme	Mancante lunghezza 125 cm
MEDTRONIC ITALIA SPA	Non conforme	Mancante lunghezza 125 cm

Lotto n.23:

<i>Operatore Economico</i>	<i>Esito valutazione documentazione tecnica</i>	
BIODEVICES SRL	Conforme	

Lotto n.24:

<i>Operatore Economico</i>	<i>Esito valutazione documentazione tecnica</i>	
BOSTON SCIENTIFIC S.p.A.	Conforme	

Lotto n.25:

<i>Operatore Economico</i>	<i>Esito valutazione documentazione tecnica</i>	
BOSTON SCIENTIFIC S.p.A.	Conforme	

Lotto n.26:

<i>Operatore Economico</i>	<i>Esito valutazione documentazione tecnica</i>	<i>Note</i>
Med-Italia Biomedica S.r.l.	Conforme	
BOSTON SCIENTIFIC S.p.A.	Conforme	

Lotto n.27:

<i>Operatore Economico</i>	<i>Esito valutazione documentazione tecnica</i>	
BOSTON SCIENTIFIC S.p.A.	Conforme	

Lotto n.28:

<i>Operatore Economico</i>	<i>Esito valutazione documentazione tecnica</i>	
ab medica spa	Conforme	

Lotto n.29:

<i>Operatore Economico</i>	<i>Esito valutazione documentazione tecnica</i>	<i>Note</i>
Cook Italia s.r.l.	Non conforme	Mancante lunghezza 60 mm
BOSTON SCIENTIFIC S.p.A.	Conforme	

Lotto n.30:

<i>Operatore Economico</i>	<i>Esito valutazione documentazione tecnica</i>	<i>Note</i>
Presifarm S.r.l.	Non conforme	Mancante accesso brachiale e misura cava 3 cm
SO.GI. Medical s.r.l.	Conforme	
Cook Italia s.r.l.	Non conforme	Mancante accesso brachiale e filtro non nitinol
B. Braun Milano S.p.A.	Non conforme	Mancante misura cava 3 cm e filtro non nitinol

Lotto n.39:

Operatore Economico	Esito valutazione documentazione tecnica	Note
Med-Italia Biomedica S.r.l.	Conforme	
SVAS BIOSANA S.p.A.	Conforme	
B. Braun Milano S.p.A.	Conforme	
BOSTON SCIENTIFIC S.p.A.	Conforme	
MEDTRONIC ITALIA SPA	Conforme	
TAU MEDICA	Conforme	
E. F. M. EMANUELE FIORE MANCINI S.R.L	Non conforme	Documentazione tecnica incompleta, non si evince la pressione max

Lotto n.40:


Operatore Economico	Esito valutazione documentazione tecnica	Note
Cook Italia s.r.l.	Non conforme	Mancante pebax
BOSTON SCIENTIFIC S.p.A.	Conforme	
MEDTRONIC ITALIA SPA	Non conforme	Mancante pebax

Lotto n.41:

Operatore Economico	Esito valutazione documentazione tecnica	Note
BOSTON SCIENTIFIC S.p.A.	Conforme	
MEDTRONIC ITALIA SPA	Non conforme	Mancante pebax

Lotto n.42:

Operatore Economico	Esito valutazione documentazione tecnica	Note
BOSTON SCIENTIFIC S.p.A.	Conforme	



Lotto n.43:

<i>Operatore Economico</i>	<i>Esito valutazione documentazione tecnica</i>	<i>Note</i>
Cook Italia s.r.l.	Non conforme	Mancante pebax
BOSTON SCIENTIFIC S.p.A.	Conforme	
ab medica spa	Non conforme	Mancante pebax

Lotto n.44:

<i>Operatore Economico</i>	<i>Esito valutazione documentazione tecnica</i>	<i>Note</i>
SO.GI. Medical s.r.l.	Conforme	

Lotto n.46:


<i>Operatore Economico BOSTON SCIENTIFIC S.p.A.</i>	<i>Esito valutazione documentazione tecnica</i>	
BOSTON SCIENTIFIC S.p.A.	Conforme	

Lotto n.47:

<i>Operatore Economico</i>	<i>Esito valutazione documentazione tecnica</i>	
BIODEVICES SRL	Conforme	

Lotto n.48:

<i>Operatore Economico</i>	<i>Esito valutazione documentazione tecnica</i>	<i>Note</i>
Manfrè Medical srl	Conforme	



Lotto n.49:

Operatore Economico	Esito valutazione documentazione tecnica	Note
Med-Italia Biomedica S.r.l.	Conforme	

Lotto n.50:


Operatore Economico	Esito valutazione documentazione tecnica	Note
Med-Italia Biomedica S.r.l.	Conforme	
Cook Italia s.r.l.	Conforme	

Lotto n.51:

Operatore Economico	Esito valutazione documentazione tecnica	Note
Med-Italia Biomedica S.r.l.,	Conforme	
VIGEO SRL	Conforme	
Giustepa S.a.s. di Buscemi Giuseppe	Conforme	
H.S. HOSPITALSERVICE S.P.A.	Conforme	
TAU MEDICA	Conforme	

Lotto n.52:

Operatore Economico	Esito valutazione documentazione tecnica	Note
E. F. M. EMANUELE FIORE MANCINI S.R.L	Conforme	



Lotto n.53:

<i>Operatore Economico</i>	<i>Esito valutazione documentazione tecnica</i>	<i>Note</i>
Med-Italia Biomedica S.r.l.	Conforme	
Cook Italia s.r.l.	Conforme	
E. F. M. EMANUELE FIORE MANCINI S.R.L	Conforme	

Lotto n.54:

<i>Operatore Economico</i>	<i>Esito valutazione documentazione tecnica</i>	<i>Note</i>
Cook Italia s.r.l.	Conforme	

Lotto n.55:


<i>Operatore Economico</i>	<i>Esito valutazione documentazione tecnica</i>	<i>Note</i>
Med-Italia Biomedica S.r.l.	Conforme	
Cook Italia s.r.l.	Conforme	

Lotto n.56:

<i>Operatore Economico</i>	<i>Esito valutazione documentazione tecnica</i>	<i>Note</i>
Cook Italia s.r.l.	Conforme	

Lotto n.57:

<i>Operatore Economico</i>	<i>Esito valutazione documentazione tecnica</i>	<i>Note</i>
Cook Italia s.r.l.	Conforme	



Lotto n.58:

<i>Operatore Economico</i>	<i>Esito valutazione documentazione tecnica</i>	<i>Note</i>
CHIRMEDICAL SRL	Conforme	

Lotto n.59:

<i>Operatore Economico</i>	<i>Esito valutazione documentazione tecnica</i>	<i>Note</i>
BOSTON SCIENTIFIC S.p.A.	Conforme	

Lotto n.60:

<i>Operatore Economico</i>	<i>Esito valutazione documentazione tecnica</i>	<i>Note</i>
H.S. HOSPITALSERVICE S.P.A.	Conforme	

Lotto n.61:

<i>Operatore Economico</i>	<i>Esito valutazione documentazione tecnica</i>	<i>Note</i>
BOSTON SCIENTIFIC S.p.A.	Conforme	
H.S. HOSPITALSERVICE S.P.A.	Conforme	
E. F. M. EMANUELE FIORE MANCINI S.R.L.	Conforme	

Lotto n.62:

<i>Operatore Economico</i>	<i>Esito valutazione documentazione tecnica</i>	<i>Note</i>
EUROMEDICAL SRL	Non conforme	Mancante rivestimento permalume in
BOSTON SCIENTIFIC S.p.A.	Conforme	
E. F. M. EMANUELE FIORE MANCINI S.R.L.	Non conforme	Mancante rivestimento permalume in

Lotto n.63:

<i>Operatore Economico</i>	<i>Esito valutazione documentazione tecnica</i>	<i>Note</i>
BIODEVICES SRL	Conforme	

Lotto n.64:

<i>Operatore Economico</i>	<i>Esito valutazione documentazione tecnica</i>	<i>Note</i>
Cook Italia s.r.l.	Conforme	

Lotto n.65:

<i>Operatore Economico</i>	<i>Esito valutazione documentazione tecnica</i>	<i>Note</i>
VIGEO SRL	Non conforme	Mancante composizione con flexima
Cook Italia s.r.l.	Non conforme	Mancante composizione con flexima
BOSTON SCIENTIFIC S.p.A.	Conforme	
E. F. M. EMANUELE FIORE MANCINI S.R.L	Non conforme	Mancante composizione con flexima

Lotto n.66:

<i>Operatore Economico</i>	<i>Esito valutazione documentazione tecnica</i>	<i>Note</i>
Cook Italia s.r.l.	Non conforme	Mancante composizione con flexima
BOSTON SCIENTIFIC S.p.A.	Conforme	
E. F. M. EMANUELE FIORE MANCINI S.R.L	Non conforme	Mancante composizione con flexima

Lotto n.67:

<i>Operatore Economico</i>	<i>Esito valutazione documentazione tecnica</i>	<i>Note</i>
Presifarm S.r.l.	Conforme	
BOSTON SCIENTIFIC S.p.A.	Conforme	

Lotto n.68:

<i>Operatore Economico</i>	<i>Esito valutazione documentazione tecnica</i>	<i>Note</i>
Med-Italia Biomedica S.r.l.	Conforme	

Dott. Franco Valenza -

20/07/2022

