



Centrale di Sterilizzazione

Capitolato tecnico per la fornitura, in comodato d'uso gratuito di un generatore/aspiratore a ultrasuoni e il contestuale contratto di fornitura dei consumabili.

Dovendo implementare l'attività chirurgica del fegato, attività che verrà svolta dal prof. Felice Giuliani, corre la necessità di acquisire, in comodato d'uso gratuito, per un periodo di due anni con eventuale rinnovo di un ulteriore anno, un generatore/aspiratore a ultrasuoni e i relativi consumabili di seguito descritti:

Descrizione del DM:	Fabbisogno prevista per anno
Manipolo retto con frequenza 23 o 24 Khz	10 pezzi
Manipolo angolare o angolare con frequenza 23 o 24 Khz	10 pezzi
Manipolo laparoscopico con frequenza 23 o 24 Khz	20 pezzi

MANIPOLI MONO USO

Come sopra descritto la fornitura si intende comprensiva di un generatore a ultrasuoni, ovviamente compatibile con i dispositivi di cui sopradescritti.

I prodotti ed i relativi confezionamenti, etichette e fogli illustrativi, devono essere conformi ai requisiti previsti dalle leggi ed ai regolamenti comunitari in materia, vigenti all'atto della fornitura. Le etichette ed i foglietti illustrativi (IFU) con le eventuali indicazioni per il riprocesso dovranno essere, a pena esclusione, in lingua italiana.

L'aggiudicatario del contratto dovrà garantire:

- La consegna e l'installazione dell'apparecchiatura offerta entro 15 giorni dall'aggiudica di gara così come i consumabili che verranno ordinati secondo le necessità.
- Assistenza tecnica per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà avvenire in conformità all'allegato A di questo capitolato.

- L'informazione e formazione sul corretto utilizzo delle apparecchiature agli operatori, al personale strumentista e agli operatori della Centrale di Sterilizzazione, garantendo anche eventuali aggiornamenti.

Per le condizioni di fornitura, assistenza tecnica del generatore a ultrasuoni fornito in comodato d'uso gratuito, si rimanda all'allegato A di questo capitolato, redatto dal responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica.

N.B: per ogni apparecchiatura/dispositivo la ditta partecipante dovrà rispondere puntualmente ai requisiti richiesti, descrivendo la soluzione proposta ed indicando pagina/paragrafo del/i relativi documenti tecnici (manuale d'uso, ecc.) dove si evince e descrive la singola caratteristica richiesta.

Nella documentazione tecnica si dovrà chiaramente evincere il numero di Repertorio e classificazione del dispositivi medico offerto in gara.

La valutazione delle offerte avverrà secondo il criterio del prezzo più basso, con valutazione della campionatura e scheda tecnica del DM.

Cordiali saluti

Cefalù li 24/05/2022

Coordinatore Inf.co
Dott. Sergio Emmanuele

Visto il chirurgo per presa visione e condivisione



Responsabile Chirurgia del Pancreas e Coloretale
Centro per la Diagnosi e il trattamento
del tumori dell'apparato digerente
Dott. Calogero Antonio Carmelo Ricotta
Specialista in Chirurgia Generale
Cod. ENPAM 300276515T
Sigla Prov. PA num. Iscr. 13383