

REQUISITI AMBULANZA EX TIPO A

Impianti fissi

- prese ad innesto rapido per O₂
- 1 presa per il vuoto;
- 1 aspiratore portatile;
- 2 prese 12V;
- 2 prese 220V (inverter);
- bombole fisse di O₂ (almeno 2 da 10 litri);
- predisposizione al trasporto di una termocuccia con relative prese, a mezzo barella compatibile;
- faretto orientabile per illuminazione paziente;
- illuminazione adeguata vano sanitario;
- climatizzatore (caldo/freddo) vano sanitario;
- contenitore per rifiuti contaminati;
- predisposizione per posizionamento respiratore asportabile con bombola O₂

Monitoraggio

- n. 1 monitor defibrillatore bifasico asportabile con funzione manuale e semiautomatico;

- n. 1 monitor multiparametrico (ECG, P.A., SaO₂, Temp.)

- n. 1 saturimetro portatile;
- n. 1 rilevatore di glicemia;
- n.1 bombola portatile di O₂ da lt. 2;
- n. 1 set intubazione;
- n. 2 palloni di ambu con reservoir (adulti e pediatrico) con relativa serie di maschere;
- n. 1 set cannule di guedel 1 per misura;
- n. 1 flussimetro ossigeno;
- n. 1 sfigmomanometro (manicotto adulto e pediatrico);
- n. 1 zaino urgenze con presidi;

Materiale per trasporto ed immobilizzazione

- barella di tipo autocaricante con cinghie;
- asse spinale radio-trasparente con cinghie e ragno;
- immobilizzatore capo;
- set collari cervicali;
- barella a cucchiaio pieghevole con cinghie;
- sedia pieghevole trasporto cardiopatici;
- telo di trasferimento