



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALU'

Cod. Fisc. e P. Iva 05205490823  
Viale Giuseppe Giardina (C.da Pietrapollastra / Pisciotto) - 90015 Cefalù

Provvedimento Prot. n. 2022/10

del 02/01/2022

Oggetto: Affidamento urgente dell'aggiornamento tecnologico di n. 4 apparecchi per anestesia modello PRIMUS per la U.O. di Anestesia e Rianimazione della Fondazione. Ditta Draeger Italia S.p.A. . Affidamento ex art. 63 comma 2, lettera b.2) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

IL RUP

Dott. Antonio Luca Salemi

 21/12/2022

VISTO IL PROVVEDIMENTO

Area Economico Finanziaria

Conferma

che gli ordinativi di spesa di cui al presente provvedimento saranno impegnati nel bilancio di previsione anno 2023.

Dott. Antonio Di Maggio



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

ESPRIME

Parere Favorevole  Parere Non Favorevole


Dott. Gianluca Galati Casmiro

 22.12.22

IL DIRETTORE SANITARIO

ESPRIME

Parere Favorevole  Parere Non Favorevole

 23/12/2022

VISTO UFFICIO DI PRESIDENZA

Dott.ssa Maria Cucco



In data 02.01.2022 nei locali della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù

IL PRESIDENTE

Dott. Salvatore Albano



## Il Responsabile Unico del Procedimento

### PREMESSO CHE:

- con nota prot. CMA n. 391 del 22/06/2022, a firma del Dott. Amedeo Pignataro, Responsabile della U.O. di Anestesia e Rianimazione della Fondazione, acquisita dal Servizio Acquisti in data 13/12/2022, è pervenuta la richiesta di aggiornamento tecnologico di n. 4 apparecchi per anestesia, mod. PRIMUS, importo unitario dell'aggiornamento euro 4.050,00 oltre IVA al 22%, per un importo complessivo pari ad € 16.200,00 oltre IVA al 22% (euro 19.764,00 IVA al 22% inclusa), come da preventivo di spesa della ditta Draeger Italia S.p.A., allegato alla richiesta di acquisto;
- che si prende atto delle nomine effettuate dal Direttore Amministrativo nella richiesta di acquisto sopra citata, del Dott. Antonio Luca Salemi quale RUP e dell'Ing. Giuseppe Fatuzzo, quale DEC della procedura;

### CONSIDERATO :

- che, come da relazione dell'Ing. Fatuzzo, Responsabile del Servizio Ingegneria Clinica, allegata alla richiesta l'affidamento dell'aggiornamento è dovuto dall'impossibilità di reperire sul mercato i consumabili (celle O2) di cui fanno uso le apparecchiature in possesso della Fondazione e che, in assenza dell'aggiornamento, non si potrà garantire la continuità del funzionamento delle apparecchiature Draeger Primus, con le derivanti conseguenze cliniche. Le apparecchiature sono di proprietà dell'ASP Palermo, ma i costi di gestione ordinaria e straordinaria sono in capo alla Fondazione. L'alternativa agli aggiornamenti sarebbe l'acquisto di nuove apparecchiature, con un costo per apparecchiatura pari ad euro 20.000,00 oltre IVA, che appare eccessivo (e non conveniente) rispetto ai costi dell'aggiornamento;
- che l'aggiornamento proposto da Draeger prevede, oltre all'upgrade del software alla versione più recente, la sostituzione dell'analizzatore di gas con quello di ultima generazione che adotta un sensore di tipo paramagnetico per la misurazione della concentrazione di ossigeno e che, non utilizzando Celle O2, ne evita tutte le problematiche (e costi) legate alla disponibilità di sensori di scorta. A seguito dell'aggiornamento del mod. PRIMUS, infatti, la ditta ha deciso sin dal 31/12/2020 di dismettere la produzione delle celle O2, utilizzate su sistemi più datati, ai quali viene proposto un aggiornamento tecnologico da ritenersi estremamente conveniente. La ditta Draeger Italia S.p.A. è l'unica che può garantire l'aggiornamento su proprie apparecchiature.

tutto quanto premesso e considerato

### PROPONE

- ai sensi dell'art. 3, comma 2 lettera b.2), al fine di garantire la continuità del funzionamento delle apparecchiature Draeger Primus, l'affidamento urgente, alla ditta Draeger Italia S.p.A., dell'aggiornamento tecnologico di n. 4 apparecchi per anestesia, mod. PRIMUS, importo unitario dell'aggiornamento euro 4.050,00 oltre IVA al 22%, per un importo complessivo pari ad € 16.200,00 oltre IVA al 22% (euro 19.764,00 IVA al 22% inclusa) così come da schema di contratto allegato al presente provvedimento.

### II PRESIDENTE

### APPROVA

- la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e descritta, per come formulata dal proponente.

Si da mandato al RUP, Dott. Antonio Luca Salemi, di provvedere a tutti gli adempimenti di legge consequenziali e connessi.

Si dichiara il seguente provvedimento immediatamente esecutivo.



Il Presidente  
Dott. Salvatore Albano

