



Prot. UA2023/670

Cefalù 20.02.2023

## ACQUISIZIONE INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI VARI PER L'U.O. DI RIABILITAZIONE

### Art. 1

#### Oggetto dell'Avviso

Con il presente Avviso la Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù (d'ora in poi "Stazione Appaltante"), intende effettuare una indagine di mercato, ex art. 66 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. per individuare gli Operatori Economici che siano in grado di fornirci i prodotti di seguito riportati, necessari all' U.O. di Riabilitazione della Fondazione.

#### **1) Dispositivo distanziatore per la somministrazione farmaci nebulizzati mediante dosatore (fabbisogno biennale di n° 100 pezzi)**

Descrizione del prodotto: dispositivi mono paziente per una pronta ed efficace somministrazione di medicinali nebulizzati mediante dosatori di farmaci respiratori

Caratteristiche tecniche: il design deve permettere l'utilizzo sia per la normale e routinaria inalazione orale, sia nei circuiti respiratori.

Deve essere robusto e trasparente in modo da permettere la visualizzazione dell'aerosol durante la somministrazione e in seguito per la corretta pulizia dello stesso.

#### **2) Sistema per la terapia PEP a vibrazione per l'igiene bronchiale (fabbisogno biennale di n° 150 pezzi)**

Descrizione del prodotto: strumento che permette l'igiene bronchiale. Combinando i benefici della vibrazione delle vie aeree con il meccanismo della pressione espiratoria positiva (PEP), il dispositivo migliora la mobilizzazione delle secrezioni polmonari facilitando l'apertura delle vie aeree in pazienti con disagi polmonari (asma, fibrosi cistica, COPD).

Caratteristiche tecniche: deve essere usato in qualsiasi posizione. Dotato di un selettore per regolare la frequenza di vibrazione e la resistenza al flusso.

La valvola di non ritorno permette al paziente di ispirare ed espirare senza togliere il presidio dalla bocca.

Deve possedere una connessione che permetta di usare il dispositivo con una maschera o con un bocchaglio.

Dotato di valvola unidirezionale che permette l'aspirazione ma non la successiva espirazione attraverso lo stesso.

#### **3) Spirometro incentivante Flussimetrico (fabbisogno biennale di n° 200 pezzi)**

Descrizione del prodotto: indicato per irrobustire la muscolatura dei pazienti in lista d'attesa per interventi chirurgici, allo scopo di favorirne il recupero post-operatorio, e ideale per affiancare i pazienti dai ventilatori meccanici, ridurre la degenza ospedaliera.

Caratteristiche tecniche: valvola di non ritorno permette l'inalazione da parte del paziente ed evita l'esalazione all'interno del presidio con la conseguente contaminazione.

Connettore per O2 permette l'utilizzo del presidio anche da parte di pazienti in ossigeno terapia.



# FONDAZIONE ISTITUTO G.GIGLIO DI CEFALÙ

## **DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:**

1. Schede tecniche dei prodotti;
2. Listino prezzi dei prodotti.

## **Art.2**

### **Presentazione indagine di mercato**

Gli Operatori Economici sono invitati a rispondere al presente avviso, in relazione alle forniture di cui al precedente art. 1, secondo la seguente modalità:

- invio della documentazione all'indirizzo di posta elettronica certificata [ufficio.acquisti@pec.hsrigiglio.it](mailto:ufficio.acquisti@pec.hsrigiglio.it). La spedizione deve avvenire da un indirizzo di posta elettronica certificata, entro le ore **13:00 del 06/03/2023** (fa fede la data e l'ora di arrivo della pec).

**Nell'oggetto della mail deve essere riportato il mittente e la seguente dicitura:**

**“INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI VARI PER L'U.O. DI RIABILITAZIONE. ALLA C.A. DELLA SIG.RA STEFANA BONDI”**

IL RUP

Sig.ra Stefana Bondi