

CHIARIMENTI

OGGETTO: Procedura in economia per l'attivazione della fornitura di prodotti per batteriologia manuale per il Laboratorio Analisi della Fondazione. Lettera d'invito. N. gara: 6189390 C.I.G. 642219207F. Chiarimenti.

Con riferimento alla procedura in oggetto, a seguito di alcune richieste di chiarimento pervenute, si specifica quanto segue:

1) Flaconi per il trasporto di campioni liquidi

I Flaconi devono contenere un terreno di trasporto che consenta la sopravvivenza, per un periodo di tempo sufficiente, dei batteri eventualmente presenti nel campione biologico.

Di conseguenza devono essere sterili e contenere un terreno di trasporto quantitativamente adeguato a tale scopo.

2) Set di prelievo per HPV

Per quantità annuali si intende il numero di prelievi per la ricerca di HPV eseguiti in un anno. Di conseguenza si intendono 50 prelievi.

3) Aghi sterili di precisione in tubi di plastica

Per aghi sterili di precisione si intendono gli aghi che comunemente vengono utilizzati in un Laboratorio di Batteriologia per l'esecuzione di test manuali o per colorazione di vetrini per osservazione microscopica e altro ancora.

4) Test rapido per la rilevazione delle carbapenemasi

Si intende un test da eseguire per avere la conferma fenotipica su batteri potenzialmente produttori. Quindi si richiede un terreno cromogenico pronto in piastra per identificazione di batteri Gram negativi produttori di carbapenemasi. Il terreno deve poter essere inoculato direttamente dal campione o dalla coltura batterica, per la rilevazione in 24h.

Per tutti questi prodotti non essendo attualmente in uso non è possibile indicarne la marca e il codice di riferimento.

Distinti Saluti

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Antonio Luca Salemi