



Fondazione Istituto San Raffaele  
Ospedale G. Giglio di Cefalù

## BLOCCO OPERATORIO

Spett.le Ufficio Acquisti

Spett. Rup Luca Salemi  
Fondazione San Raffaele G. Giglio di Cefalù

Oggetto: Parere di conformità per la procedura di gara per l'affidamento della fornitura annuale in 8 lotti di dispositivi per chirurgia Generale. Gara n. 8925039 - ID n 905

Lotto	Conformità	Non conforme ( con motivazione )
<b>Lotto 1</b>		
<b>1A</b>		
<b>Innovamedica</b>	Non Conforme	Calibri proposti non conformi a quanto richiesto; Regolazione del punto non conforme a quanto richiesto; Pinza porta testina non presente.
<b>Johnson&amp; J</b>	Conforme	
<b>1B</b>		
<b>Innovamedica</b>	Non Conforme	Calibri proposti non conformi a quanto richiesto, Regolazione del punto non conforme a quanto richiesto. Pinza porta testina non presente.
<b>Johnson&amp; J</b>	Conforme	
<b>Lotto 2</b>		
<b>Innovamedica</b>	Non Conforme	Non offrono il calibro 23; da scheda tecnica non si evince la forma del punto.
<b>Johnson&amp; J</b>	Conforme	
<b>Lotto 3</b>		
<b>Medtronic</b>	Conforme	
<b>Euroclone</b>	Non Conforme	Non ha punto rettangolare . Durante la prova si è rotta la leva di azionamento.
<b>Servizi Medicali</b>	Non Conforme	Non ha punto rettangolare
<b>Johnson&amp; J</b>	Non Conforme	Non ha punto rettangolare

Sede legale: Contrada Pietra Pollastra – Pisciotto, 90015 (SR)  
Codice fiscale e P.IVA 05205490823

Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù  
Responsabile U.O. di Chirurgia Generale  
**Dott. Orazio Rinaldo Goffredo Maria Arena**  
Specialista in Chirurgia Generale e Vascolare  
Cod. ENPAM 300225449E  
Sigla prov. CT - Num. Iscr. 11559



Fondazione Istituto San Raffaele  
Ospedale G. Giglio di Cefalù

<b>Lotto 4</b>		
<b>Johnson&amp; J</b>	Conforme	
<b>Medisply</b>	Non Conforme	Manca il controllo a tre punti del parallelismo delle ganasce
<b>Innovamedica</b>	Non Conforme	Manca il controllo a tre punti del parallelismo delle ganasce. Misura steli non conforme a quanto richiesto
<b>Lotto 5</b>		
<b>Euroclone</b>	Conforme	
<b>Euromedical Farm</b>	Non conforme	Sacchetto troppo piccolo
<b>Innovamedica</b>	Non Conforme	Presenta uno stelo da 8mm , Il cerchietto di tenuta del sacchetto flette troppo
<b>Lotto 6</b>		
<b>Euromedical Farm</b>	Conforme	
<b>Innovamedica</b>	Non Conforme	Il cerchietto di tenuta del sacchetto flette troppo
<b>Lotto 8</b>		
<b>Johnson&amp; J</b>	Conforme	
<b>Baxter</b>	Non Conforme	Offre un volume inferiore a quanto richiesto

Cefalù li 17/05/2023

**Il Valutatore**  
Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù  
Responsabile U.O. di Chirurgia Generale  
**Dott. Orazio Rinaldo Goffredo Maria Arena**  
Specialista in Chirurgia Generale e Vascolare  
Cod. ENPAM 300225449E  
Sigla prov. CT - Num. iscr. 11559