

CAPITOLATO TECNICO-CLINICO PER SISTEMA DI VIDEOCISTOSCOPIA PER L'U.O. DI UROLOGIA DELLA FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ – REV 05/06/2023

Art. 1 - Premesse ed oggetto della Fornitura

Il presente capitolato ha ad oggetto la fornitura di N. 1 Sistema di videocistoscopia. La fornitura si intende nuova di fabbrica.

La fornitura di quanto necessario alla realizzazione di quanto sopra si intende comprensiva di:

- a) Garanzia con assistenza tecnica full-risk omnicomprensiva: non inferiore a n. 3 anni
- b) materiale/dispositivi usurabile/consumabile (ad esclusione dei soli dispositivi monouso e/o monopazienti)
- c) materiale/dispositivi pluriuso
- d) apparecchiature elettromedicali inclusi i necessari componenti ed accessori utili al corretto e sicuro funzionamento
- e) installazione e collaudo
- f) formazione del personale;
- g) servizio di assistenza e manutenzione "full risk omnicomprensiva" per tutto il periodo di garanzia – ordinaria e straordinaria;
- h) ove necessario, tutti i lavori di collegamento ed interfacciamento dei sistemi offerti per renderli perfettamente operativi;

Si precisa che l'appalto è concepito come obbligazione di risultato: la fornitura dovrà, pertanto, includere ogni prestazione necessaria a tale scopo, anche se non espressamente prevista in atti di gara ed in offerta. Il risultato atteso è la fornitura in opera perfettamente funzionante delle apparecchiature ed il loro mantenimento in perfetta efficienza per tutta la durata dell'appalto. L'aggiudicatario non potrà a nessun titolo pretendere compensi ulteriori e diversi da quelli previsti in offerta economica, per dare perfettamente compiuta l'obbligazione di risultato.

I Reparti/Servizi interessate dal presente capitolato sono i seguenti:

- **Urologia**

Art.2 - Definizione del Fabbisogno

Tutta la fornitura e i relativi servizi devono essere conforme al **GDPR (UE) 2016/679** e successive modifiche/integrazioni. Pertanto, le ditte partecipanti dovranno allegare tutte le opportune dichiarazioni/certificazioni a comprova della suddetta conformità.

Materiale consumabile dedicato:

Le ditte partecipanti dovranno elencare, descrivere tutto l'eventuale materiale consumabile dedicato specificando se infungibile o meno, con il relativo listino ufficiale e la percentuale di sconto applicata alla Fondazione per tutta il periodo di garanzia.

Configurazione ed elenco sintetico della fornitura:

- N. 1 sistema integrato di videocistoscopia (processore, telecamera, fonte di luce e monitor), comprensivo di software, accessori e componenti necessari al corretto e sicuro funzionamento

- 24
- N. 1 videocistoscopio flessibile (digitale con telecamera distale integrata)

Art. 3 – CARATTERISTICHE TECNICO-CLINICHE MINIME DELLA FORNITURA

PER OGNI APPARECCHIATURA/SISTEMA LA DITTA PARTECIPANTE DOVRA' FORNIRE LE SEGUENTI INFORMAZIONI E RISPONDERE PUNTUALMENTE AI REQUISITI RICHIESTI, DESCRIVENDO LA SOLUZIONE PROPOSTA ED INDICANDO PAGINA/PARAGRAFO DEL/I RELATIVI DOCUMENTI TECNICI (MANUALE D'USO, ECC.) DOVE SI EVINCE E DESCRIVE LA SINGOLA CARATTERISTICA RICHIESTA:

- MODELLO
- PRODUTTORE
- DESTINAZIONE D'USO
- DIRETTIVE E NORME TECNICHE APPLICABILI
- ANNO DI IMMISSIONE IN COMMERCIO
- N. DI ISCRIZIONE AL REPERTORIO D.M.

N.B. L'eventuale presenza di acronimi o definizioni di funzionalità proprietarie utilizzate nelle presenti caratteristiche tecnico-cliniche non deve essere intesa come elemento di esclusiva ma come "definizione generale" per meglio individuare la funzione in oggetto o tutte quelle ad essa equivalenti.

PUNTO A - Requisiti minimi

DESCRIZIONE	
1. Unità di controllo (processore) in grado di gestire/utilizzare sia cistoscopi analogici, di tutte le marche/produttori, che "videocistoscopi" digitali)	
2. Fonte di luce a LED integrata, comprensiva di almeno n. 3 cavi luce	
3. Monitor "touch screen" integrato, Full HD, non inferiore a 18"	
4. Completo di sistema PACS per la gestione e trasmissione delle immagini prodotte	
5. Completo di carrello, o sistema equivalente, per appoggiare e trasportare l'apparecchiatura.	
6. N. 2 videocistoscopio flessibile digitale (con telecamera distale integrata)	
7. N. 1 telecamera (testina full HD a scansione progressiva) per la gestione di cistoscopi ottici	

8. Comprensivo di tutta la cavetteria necessaria al corretto e sicuro funzionamento	
-------------------------------------------------------------------------------------	--

N.B.: Al fine di procedere ad una corretta valutazione della strumentazione, questa Fondazione si riserva la possibilità di visionare, con dimostrazione pratica, i prodotti offerti in gara.

PEA

Resp. U.O. Urologia
Dott. Francesco Curto

Mane Kaydi

Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù
U.O. di Urologia
Dott.ssa Maria Karydi
Specialista in Urologia
Cod. ENPAM 300277532V
Sigla prov. PA Num. Iscr. 13452