

**Oggetto: Procedura in economia per la fornitura di protesi ed espansori mammari per chirurgia ricostruttiva. Gara n° 6248969**

**Richieste chiarimenti:**

**Richiesta di chiarimento n° 6**

- in capitolato tecnico Lotto 2 sub-lotto 2E vengono richieste <<Protesi di prova autoclavabili per le protesi del lotto 2.b.>>, desideriamo ricevere conferma se trattasi di mero errore di battitura in quanto le protesi di prova autoclavabili si riferiscono per le protesi del sub-lotto 2.D.

**Risposta Fondazione:**

- si conferma che le protesi autoclavabili del sub lotto 2E fanno riferimento alle protesi del sub lotto 2D.

IL RUP  
F.to Dott.ssa Angela Caquana

Il Dirigente del Servizio Acquisti  
F.to Dott.ssa Leonarda Sausa