



Fondazione Istituto San Raffaele
Ospedale G. Giglio di Cefalù

BLOCCO OPERATORIO


Spett.le Ufficio Acquisti

Spett.le Dott. Vincenzo Accardi

Fondazione San Raffaele G. Giglio di Cefalù

Oggetto: Parere di conformità relativa alla procedura negoziata per attivazione di fornitura di D.M:
chirurgici RDO n.386872514 LOTTI

Lotto	Conformità	Non conforme (con motivazione)
Lotto 1		
INNOVA MEDICA	CONFORME	
AORTA	CONFORME	
SURGILINE	CONFORME	
APPLIED	CONFORME	
SURGILINE	CONFORME	
BIOCOMMERCIALE	CONFORME	
MED LINE	CONFORME	
EUROMEDICAL FARMA	CONFORME	
Lotto 2	GARA DESERTA	
Lotto 3		
b.braun/aesculap	CONFORME	
Lotto 4		
JOHNSON e JOHNSON	CONFORME	
BIO SUD MEDICAL SYSTEM SRL		
Lotto 5		
JOHNSON e JOHNSON		
	CONFORME	
Lotto 6	GARA DESERTA	



Fondazione Istituto San Raffaele
Ospedale G. Giglio di Cefalù

Lotto 7		
GIMAS	CONFORME	
Lotto 8		
TELEFLEX	CONFORME	
Lotto 9	GARA DESERTA	
Lotto 10	GARA DESERTA	
Lotto 11		
CHIRMEDICAL		NON CONFORME (La polvere presentata è costituita da aggreganti di amido non a base di cellulosa come richiesto)
DAMILO LA ROSA		NON CONFORME (La polvere presentata è costituita da aggregati di amido non a base di cellulosa come richiesto)
GIMAS		NON CONFORME (Non presenta riferimenti a studi clinici su brand in vivo ed in vitro pubblicate su riviste scientifiche accreditate)
		L'applicatore manca di punta flessibile
FERMED		NON CONFORME (Non presenta riferimenti a studi clinici su brand in vivo ed in vitro pubblicate su riviste scientifiche accreditate)
JOHNSON e JOHNSON	CONFORME	
Lotto 12		
TELEFLEX	CONFORME	
COLMA MEDICAL DEVICES	CONFORME	
Lotto 13		
COLOPLAST	CONFORME	
SORAMED	CONFORME	



Fondazione Istituto San Raffaele
Ospedale G. Giglio di Cefalù

BLOCCO OPERATORIO

Spett.le Ufficio Acquisti

Spett.le Dott. Vincenzo Accardi

Fondazione San Raffaele G. Giglio di Cefalù

Oggetto: Parere di conformità relativa alla procedura negoziata per attivazione di fornitura di dispositivi per attività chirurgica di sala operatoria ID N.1341 Lotto 1.....

Lotto	Conformità	Non conforme (con motivazione)
Lotto 1		
Sacchetto monouso per estrazione reperti anatomici		
INNOVA MEDICA		NON CONFORME (il cerchietto di tenuta del sacchetto flette troppo)
MED LINE		NON CONFORME (difficoltosa l'apertura in cavità addominale)
SVAS BIOSANA		NON CONFORME (apertura parziale del sacchetto)
TAU MEDICA		NON CONFORME (il cerchietto di tenuta del sacchetto flette troppo)
CONMED		NON CONFORME (chiusura parziale del sacchetto)



Fondazione Istituto San Raffaele
Ospedale G. Giglio di Cefalù

BLOCCO OPERATORIO

Spett.le Ufficio Acquisti

Spett.le Dott. Vincenzo Accardi


Fondazione San Raffaele G. Giglio di Cefalù

Oggetto: Parere di conformità relativa alla procedura negoziata per attivazione di fornitura di dispositivi per attività chirurgica di sala operatoria ID N.1341 Lotto n.2

Lotto	Conformità	Non conforme (con motivazione)
Lotto 2		
MED LINE		NON CONFORME (difficoltosa l'apertura in cavità addominale)
INNOVA MEDICA		NON CONFORME (il cerchietto di tenuta del sacchetto flette troppo)
EURO MEDICAL FARM		NON CONFORME (il cerchietto di tenuta del sacchetto flette troppo)

Cefalù li

Il Valutatore



Fondazione Istituto San Raffaele
Ospedale G. Giglio di Cefalù

BLOCCO OPERATORIO

Spett.le Ufficio Acquisti

Spett.le Dott. Vincenzo Accardi

Fondazione San Raffaele G. Giglio di Cefalù

Oggetto: Parere di conformità relativa alla procedura negoziata per attivazione di fornitura di dispositivi per attività chirurgica di sala operatoria ID nr 1285 GARA IN 4 LOTTI.....

Lotto	Conformità	Non conforme (con motivazione)
Lotto 1		
Suturatrici cutanee		
MEHOS	CONFORME	
IDS SRL	CONFORME	
B.BRAUN	CONFORME	
MED LINE	CONFORME	
Lotto 2	DESERTA	
Lotte 3	DESERTA	
Lotto 4	DESERTA	

Cefalù li

Il Valutatore

Dott. Fozzi Giulio