

FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO di Cefalù
STRUTTURA COMPLESSA CARDIOLOGIA E UTIC
UNITA' DI EMODINAMICA/ARITMOLOGIA INTERVENTISTICA
Tel.: 0921920575; Fax: 0921920583; e-mail: cardiologia@hsrgiglio.it

C.A.
Presidenza
Direzione Amministrativa
Ufficio Acquisti

OGGETTO: richiesta attivazione di fornitura per sistema di impianto elettrocateretere da pacing per stimolazione selettiva della branca sinistra

Si richiede di effettuare indagine di mercato e stipulare un contratto per l'acquisto di sistema di stimolazione cardiaca selettiva della branca sinistra.

Si tratta di un sistema fisiologico di stimolazione cardiaca, ormai di uso quotidiano, che consente maggiore efficacia in termini di riduzione dell'insorgenza di scompenso cardiaco in pazienti da sottoporre ad impianto di pacemaker.

Si precisa che si tratta di patologie e trattamenti che conducono a **DRG di alta complessità** (551 e 555).

Caratteristiche:

- Sistema con certificazione CE;
- Ampia gamma con differenti lunghezze e curve, adatte alle diverse anatomie dei pazienti;
- Diametro interno interno > 7F;
- Rivestimento interno idrofilico per manipolazione agevolata e rimozione sicura del sistema;
- Punta morbida e smussata con markers radiopachi;
- Compatibilità con cateteri stilettabili e non;


Si precisa che:

- il consumo previsto annuale è circa 50 procedure l'anno;
- i dispositivi richiesti sono unici. Non esistono altri sistemi che abbiano certificazione CE per stimolazione della branca sinistra in atto commercializzati;

Con osservanza

Cefalù 30/08/2024

Il Responsabile U.O. Cardiologia ed Elettrofisiologia
Dott. Gabriele Giannola


Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù
Responsabile U.O. di Cardiologia e UTIC
Dott. Gabriele Giannola
Specialista in Cardiologia
Cod. ENPAM 300233010V
Sigla Prov. PA num. iscr. 12323