



Procedura di gara europea per la fornitura triennale di dispositivi medici di chirurgia urologica, in 18 lotti.

Gara ID n° 1981 del 03/09/2024

Verbale 5 del 05/03/2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno 5 del mese di Marzo, alle ore 9.00, presso i locali della Fondazione "Istituto G. Giglio di Cefalù", siti in c/da Pietrapollastra, si è riunito in seduta riservata il seggio di gara nominato dal Presidente con nota prot.UP2024/9090U del 20/11/2024, per procedere all'apertura della busta contenente la documentazione tecnica relativa alla procedura di gara in oggetto.

Il Seggio di Gara risulta così composto:

- **Dott. Francesco Curto**, Presidente;
- **Dott.ssa Grazella Di Salvo**, Componente;
- **Dott. Claudio Zagarrio**, Componente.

I suddetti componenti hanno dichiarato di non incorrere nelle preclusioni di cui all'art.93, comma 7, del codice.

La Commissione prende in esame la documentazione tecnica già estrapolata nell'ultima seduta e procede alla verifica della presenza della stessa e alla valutazione dei relativi contenuti.

In merito alla documentazione pervenuta relativo al **lotto 1** si prende atto che:

L'operatore economico Colma s.r.l. ha presentato documentazione conforme e pertanto viene ammesso alle fasi successive di gara;

L'operatore economico Gruppo Semisans s.r.l. ha presentato documentazione conforme e pertanto viene ammesso alle fasi successive di gara.

In merito alla documentazione pervenuta relativo al **lotto 2** si prende atto che:

L'operatore economico Gruppo Semisans s.r.l. ha presentato documentazione conforme e pertanto viene ammesso alle fasi successive di gara.

In merito alla documentazione pervenuta relativo al **lotto 3** si prende atto che:

L'operatore economico Teleflex Medical s.r.l. ha presentato documentazione conforme e pertanto viene ammesso alle fasi successive di gara.

In merito alla documentazione pervenuta relativo al **lotto 4** si prende atto che:



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

L'operatore economico Teleflex Medical s.r.l. ha presentato documentazione conforme e pertanto viene ammesso alle fasi successive di gara.

L'operatore economico Gruppo Semisans s.r.l. ha presentato documentazione non conforme in quanto il dispositivo non è idoneo alla permanenza di 18 mesi così come richiesto in capitolato e pertanto non viene ammesso alle fasi successive di gara.

L'operatore economico Soramed s.r.l. ha presentato documentazione non conforme in quanto il dispositivo è privo di filo guida ed non è idoneo alla permanenza di 18 mesi così come richiesto in capitolato e pertanto non viene ammesso alle fasi successive di gara.

In merito alla documentazione pervenuta relativo al **lotto 6** si prende atto che:

L'operatore economico GM s.r.l ha presentato documentazione conforme e pertanto viene ammesso alle fasi successive di gara.

In merito alla documentazione pervenuta relativo al **lotto 9** si prende atto che:

L'operatore economico Teleflex Medical s.r.l. ha presentato documentazione conforme e pertanto viene ammessa alle fasi successive di gara.

In merito alla documentazione pervenuta relativo al **lotto 12** si prende atto che:

L'operatore economico Cook Italia s.r.l.. ha presentato documentazione conforme e pertanto viene ammessa alle fasi successive di gara.

L'operatore economico Gruppo Semisans s.r.l.. ha presentato documentazione conforme e pertanto viene ammessa alle fasi successive di gara.

In merito alla documentazione pervenuta relativo al **lotto 14** si prende atto che:


L'operatore economico Coloplast s.p.a.. ha presentato documentazione conforme e pertanto viene ammessa alle fasi successive di gara.

In merito alla documentazione pervenuta relativo al **lotto 15** si prende atto che:

L'operatore economico Soramed s.r.l.. ha presentato documentazione non conforme in quanto il dispositivo non presenta i 4 led richiesti ed il diametro stelo non è conforme così come richiesto in capitolato e pertanto non viene ammesso alle fasi successive di gara.

L'operatore economico Ambu s.r.l.. ha presentato documentazione non conforme in quanto il dispositivo non specifica la presenza dei 4 led richiesti e sia la deflessione down che il diametro del canale operativo non sono conformi a quanto richiesto in capitolato e pertanto non viene ammesso alle fasi successive di gara.

L'operatore economico Action Medical s.r.l.. ha presentato documentazione conforme e pertanto viene ammessa alle fasi successive di gara.



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

In merito alla documentazione pervenuta relativo al **lotto 16** si prende atto che:

L'operatore economico Action Medical s.r.l. ha presentato documentazione conforme e pertanto viene ammessa alle fasi successive di gara.

In merito alla documentazione pervenuta relativo al **lotto 17** si prende atto che:

L'operatore economico Action Medical s.r.l. ha presentato documentazione conforme e pertanto viene ammessa alle fasi successive di gara.

L'operatore economico Teleflex Medical s.r.l. ha presentato documentazione non conforme in quanto il dispositivo non presenta il rivestimento interno ed esterno in fosforilcolina come richiesto in capitolato e pertanto non viene ammesso alle fasi successive di gara.

In merito alla documentazione pervenuta relativo al **lotto 18** si prende atto che:

L'operatore economico Action Medical s.r.l. ha presentato documentazione conforme e pertanto viene ammessa alle fasi successive di gara.

L'operatore economico Teleflex Medical s.r.l. ha presentato documentazione non conforme in quanto il dispositivo presenta le caratteristiche di un doppio J e non un mono J come richiesto in capitolato e pertanto non viene ammesso alle fasi successive di gara.

Si procede alla chiusura della seduta alle ore 12:40 e del che è redatto il presente verbale, che letto, viene confermato e sottoscritto.

I Componenti

Graziele Di Salvo

Il Presidente