

Procedura di gara europea per la fornitura triennale di dispositivi medici trasversali gestiti dal Servizio di Farmacia, in 90 lotti.

Gara ID n° 2234 del 27/01/2025.

L'anno 2025, il giorno 16, del mese di aprile, alle ore 09:30, presso i locali della Fondazione "Istituto G. Giglio di Cefalù", siti in c/da Pietrapollastra, si è riunito in seduta pubblica il seggio di gara nominato dal Presidente con nota prot.UP2025/2969U del 07/04/2025, per continuare l'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa relativa alla procedura di gara in oggetto.

Il Seggio di Gara risulta così composto:

- **Dott. Carmelo Di Giorgio**, Presidente;
- **Dott.ssa Simona Brocato**, Componente;
- **Sig.ra Elisabetta Mazzola** Componente.

Si procede all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa dei lotti:

LOTTO 8 – Soluzione pronta all'uso a base di poliesanide

LOTTO DESERTO

LOTTO 9 - Gel nasale a base di poliesanide


LOTTO DESERTO

LOTTO 10 - Prodotto pronto all'uso per la decolonizzazione

DITTA	VALUTAZIONE TECNICA	VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA	ANNOTAZIONI
B. BRAUN	Conforme	Conforme	

LOTTO 11 - Medicazione idrocolloidale adesiva extra-sottile sterile 10*10

DITTA	VALUTAZIONE TECNICA	VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA	ANNOTAZIONI
MABE S.R.L.	Conforme	Conforme	



LOTTO 12 - Medicazione idrocolloidale adesiva extra-sottile 15*15

LOTTO DESERTO

LOTTO 13 - Medicazione senza bordo adesivo

LOTTO DESERTO

LOTTO 14 - Medicazione idrocolloidale senza bordo adesivo

LOTTO DESERTO

LOTTO 15 - Medicazione in schiuma di poliuretano sterile 10*10


DITTA	VALUTAZIONE TECNICA	VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA	ANNOTAZIONI
FARMAC ZABBAN	Conforme	Conforme	
PAUL HARTMANN	Conforme	Conforme	

LOTTO 16 - Medicazione in schiuma di poliuretano sterile 20*20

DITTA	VALUTAZIONE TECNICA	VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA	ANNOTAZIONI
FARMAC ZABBAN	Conforme	Conforme	
PAUL HARTMANN	Conforme	Conforme	

LOTTO 17 - Soluzione oleosa spray

DITTA	VALUTAZIONE TECNICA	VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA	ANNOTAZIONI
ERREKAPPA	Conforme	Conforme	
B. BRAUN	Conforme	Conforme	

**LOTTO 18 - MEDICAZIONE ATRAUMATICA CONFORMATA PER ZONA 17*17**

DITTA	VALUTAZIONE TECNICA	VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA	ANNOTAZIONI
CONVATEC	NON Conforme	Conforme	Le misure in scheda tecnica non sono assimilabili a quanto richiesto in capitolato
FIDIA	Conforme	Conforme	
FARMAC ZABBAN	Conforme	Conforme	
COLOPLAST	Conforme	Conforme	
MABE SRL	Conforme	Conforme	
PAUL HARTMANN	NON Conforme	Conforme	Il dispositivo offerto non risulta essere LATEX FREE

LOTTO 19 - Medicazione atraumatica conformata per zona sacrale 23*23


DITTA	VALUTAZIONE TECNICA	VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA	ANNOTAZIONI
PAUL HARTMANN	NON Conforme	Conforme	Il dispositivo offerto non risulta essere LATEX FREE

LOTTO 20 - Medicazione assorbente in fibra di alginato di calcio e carbossimetilcellulosa. 10*10

DITTA	VALUTAZIONE TECNICA	VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA	ANNOTAZIONI
FARMAC ZABBAN	Conforme	Conforme	

LOTTO 21 - Medicazione assorbente in fibra di alginato di calcio e carbossimetilcellulosa. nastro non inferiore a 1,5 cm x 35 cm

DITTA	VALUTAZIONE TECNICA	VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA	ANNOTAZIONI
FARMAC ZABBAN	Conforme	Conforme	



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

LOTTO 22 - Medicazione assorbente antisettica in fibra di alginato di calcio. Con rilascio di ioni argento. 10*10


DITTA	VALUTAZIONE TECNICA	VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA	ANNOTAZIONI
FARMAC ZABBAN	Conforme	Conforme	

LOTTO 23 - Medicazione assorbente antisettica in fibra di alginato di calcio. Con rilascio di ioni argento. nastro non inferiore a 1,5 cm x 35 cm

DITTA	VALUTAZIONE TECNICA	VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA	ANNOTAZIONI
FARMAC ZABBAN	Conforme	Conforme	

LOTTO 24 - Medicazione sterile in poliuretano per tracheostomia non adesiva. Latex free.

DITTA	VALUTAZIONE TECNICA	VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA	ANNOTAZIONI
SVAS	Conforme	Conforme	
FARMAC ZABBAN	Conforme	Conforme	
PAUL HARTMANN	Conforme	Conforme	Il dispositivo offerto non risulta essere LATEX FREE



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

LOTTO 25 - Medicazione in poliuretano a rotolo

DITTA	VALUTAZIONE TECNICA	VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA	ANNOTAZIONI
SVAS	Conforme	Conforme	
FARMAC ZABBAN	Conforme	Conforme	
MABE SRL	Conforme	Conforme	
BENEFIS	Conforme	Conforme	

Del che il presente verbale viene chiuso alle ore 16:30 letto, confermato e sottoscritto.

I Componenti

Leandro Iomale
Simone Piscato

Il Presidente

Carlo Zucchi