Procedura di gara europea per la fornitura triennale di dispositivi medici trasversali gestiti dal Servizio di Farmacia, in 90 lotti.

Gara ID n° 2234 del 27/01/2025.

L'anno 2025, il giorno 29, del mese di aprile, alle ore 11:00, presso i locali della Fondazione "Istituto G. Giglio di Cefalù", siti in c/da Pietrapollastra, si è riunito in seduta pubblica il seggio di gara nominato dal Presidente con nota prot.UP2025/2969U del 07/04/2025, per continuare l'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa relativa alla procedura di gara in oggetto.

Il Seggio di Gara risulta così composto:

- **Dott. Carmelo Di Giorgio,** Presidente;
- **Dott.ssa Simona Brocato,** Componente;
- **Sig.ra Elisabetta Mazzola** Componente.

Si procede all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa dei lotti:

LOTTO 58 - Pompa elastomerica sterile monouso, velocità 2 ml/h, volume 100 ml circa

DITTA	VALUTAZIONE TECNICA	VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA	ANNOTAZIONI
MULTIMEDICAL	Conforme	Conforme	
ALEA	Conforme	Conforme	
GIMAS	Conforme	Conforme	
SVAS BIOSANA	Conforme	Conforme	
TAU MEDICA	Conforme	Conforme	

LOTTO 59 - Pompa elastomerica sterile monouso, velocità 2 ml/h, volume 250-300 ml circa

DITTA	VALUTAZIONE TECNICA	VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA	ANNOTAZIONI
MULTIMEDICAL	Conforme	Conforme	
ALEA	Conforme	Conforme	
TAU MEDICA	NON Conforme	Conforme	Manca la schermatura richiesta in capitolato

LOTTO 60 - Pompa elastomerica sterile monouso, velocità 1,5 ml/h, volume 250-300 ml circa

DITTA	VALUTAZIONE TECNICA	VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA	ANNOTAZIONI
MULTIMEDICAL	Conforme	Conforme	
ALEA	Conforme	Conforme	

LOTTO 61 - Pompa elastomerica sterile monouso, velocità 0,5 ml/h, volume 100 - 120 ml circa

DITTA	VALUTAZIONE TECNICA	VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA	ANNOTAZIONI
MULTIMEDICAL	Conforme	Conforme	
ALEA	Conforme	Conforme	

LOTTO 62 - Pompa elastomerica a flusso variabile da 0,5 ml/h a 7,5 ml/h, volume 100 ml circa

DITTA	VALUTAZIONE TECNICA	VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA	ANNOTAZIONI
MULTIMEDICAL	NON CONFORME	Conforme	Velocità di infusione non parametrizzata secondo i valori inseriti nel capitolato (da 0,5 a 7,5 ml/h)
ALEA	Conforme	Conforme	

LOTTO 63 - Deflussore monouso sterile a due vie

LOTTO DESERTO

LOTTO 64 - Deflussore monouso sterile a quattro vie

LOTTO DESERTO

LOTTO 65 - Codina monouso sterile, schermata, idonea alla somministrazione di farmaci antiblastici

DITTA	VALUTAZIONE TECNICA	VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA	ANNOTAZIONI
MULTIMEDICAL	CONFORME	CONFORME	
BECTON DICKINSON	CONFORME	CONFORME	

LOTTO 66 - Sistema chiuso (CODINA) a 2 vie per la diluizione e somministrazione di farmaci antiblastici

DITTA	VALUTAZIONE TECNICA	VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA	ANNOTAZIONI
MULTIMEDICAL	CONFORME	CONFORME	
BECTON DICKINSON	CONFORME	CONFORME	

LOTTO 67 - Sacchetti per il trasporto di infusioni pronte di farmaci antiblastici

DITTA	VALUTAZIONE TECNICA	VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA	ANNOTAZIONI
DGMED	NON CONFORME	CONFORME	Dimensione piccola per la gestione delle terapie antiblastiche
EXPERTMED	CONFORME	CONFORME	

LOTTO 68 - Sacchetti assorbenti per la gestione dell'emesi da chemioterapico

DITTA	VALUTAZIONE TECNICA	VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA	ANNOTAZIONI
DGMED	CONFORME	CONFORME	

LOTTO 69 - SISTEMA CHIUSO A BARRIERA PRIVO DI FILTRI IN OGNI SUO COMPONENTE, PER LA PREPARAZIONE DEI FARMACI CHEMIOTERAPICI

DITTA	VALUTAZIONE TECNICA	VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA	ANNOTAZIONI
BECTON DICKINSON	CONFORME	CONFORME	
GIMAS	CONFORME	CONFORME	

LOTTO 70 - Ago da infusione continua

DITTA	VALUTAZIONE TECNICA	VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA	ANNOTAZIONI
SMITHS MEDICAL	CONFORME	CONFORME	

LOTTO 71 - Sistema sottocutaneo totalmente impiantabile (PORT) per infusione di farmaci antiblastici

DITTA	VALUTAZIONE TECNICA	VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA	ANNOTAZIONI
DGMED	CONFORME	CONFORME	

LOTTO 72 - Sistema schermato almeno a 2 vie idoneo alla somministrazione di farmaci antiblastici,

LOTTO DESERTO

LOTTO 73 - Sistema a siringa completo di accessori chiuso per la somministrazione di chemioterapici in bolo

DITTA	VALUTAZIONE TECNICA	VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA	ANNOTAZIONI
BECTON DICKINSON	CONFORME	CONFORME	
GIMAS	CONFORME	CONFORME	

LOTTO 74 - SISTEMA COMPLETO PER LA PREPARAZIONE E LA RICOSTITUZIONE DI SOLUZIONI INFUSIONALI

LOTTO DESERTO

LOTTO 75 - SISTEMA DI RILEVAZIONE CONTAMINAZIONE SUPERFICI DI LAVORO

LOTTO DESERTO

LOTTO 76 - Sacca flessibile di drenaggio a caduta autoportante per gestione di fistole, stomie, lesioni essudative e drenaggi post intervento Capacità di raccolta > 300 ml e < 500 ml; ritagliabilità della placca fino a un max di 50 mm

DITTA	VALUTAZIONE TECNICA	VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA	ANNOTAZIONI
COLOPLAST	CONFORME	CONFORME	
HOLLISTER	NON CONFORME	CONFORME	ASSENZA DI SISTEMA DI GRADUAZIONE ED ANTIREFLUSSO. RITAGLIABILITA' > DI 50 MM

LOTTO 77 - Sacca flessibile di drenaggio a caduta autoportante per gestione di fistole, stomie, lesioni essudative e drenaggi post intervento Capacità di raccolta > 100 ml < 300 ml; ritagliabilità della placca fino a un max di 50 mm

DITTA	VALUTAZIONE TECNICA	VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA	ANNOTAZIONI
COLOPLAST	CONFORME	CONFORME	
HOLLISTER	NON CONFORME	CONFORME	ASSENZA DI SISTEMA DI GRADUAZIONE ED ANTIREFLUSSO. RITAGLIABILITA' > DI 50 MM

LOTTO 78 - Sacca flessibile di drenaggio a caduta autoportante per gestione di fistole, stomie, lesioni essudative e drenaggi post intervento Capacità di raccolta > 200 ml

DITTA	VALUTAZIONE TECNICA	VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA	ANNOTAZIONI
COLOPLAST	CONFORME	CONFORME	
HOLLISTER	CONFORME	CONFORME	
TELEFLEX	CONFORME	CONFORME	

LOTTO 79 - Benda elastica compressiva

DITTA	VALUTAZIONE TECNICA	VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA	ANNOTAZIONI
FARMAC ZABBAN	CONFORME	CONFORME	

LOTTO 80 - Medicazione post operatoria e post chirurgica pluristratificata

DITTA	VALUTAZIONE TECNICA	VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA	ANNOTAZIONI
CONVATEC	CONFORME	CONFORME	

LOTTO 81 - Medicazione post operatoria e post chirurgica adesiva 10*8

DITTA	VALUTAZIONE TECNICA	VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA	ANNOTAZIONI
SMITH&NEPHEW	CONFORME	CONFORME	

LOTTO 82 - Medicazione post operatoria e post chirurgica adesiva 10*15

DITTA	VALUTAZIONE TECNICA	VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA	ANNOTAZIONI
SMITH&NEPHEW	CONFORME	CONFORME	

LOTTO 83 - provette criogeniche

DITTA	VALUTAZIONE TECNICA	VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA	ANNOTAZIONI
SARSTEDT	CONFORME	NON CONFORME	Manca dichiarazione di accettazione delle clausole di cui al Protocollo di Legalità

LOTTO 84 - Valvole antireflusso autorichiudenti luer lock universale per connessione ai cateteri vascolari

DITTA	VALUTAZIONE TECNICA	VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA	ANNOTAZIONI
MULTIMEDICAL	CONFORME	CONFORME	
SINTEA	CONFORME	NON CONFORME	Manca DGUE
BECTON DICKINSON	CONFORME	CONFORME	
GIMAS	CONFORME	CONFORME	
DGMED	CONFORME	CONFORME	
TAU MEDICA	CONFORME	CONFORME	

LOTTO 85 - Medicazione primaria in garza impregnata pluristratificata

DITTA	VALUTAZIONE TECNICA	VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA	ANNOTAZIONI
ERBAGIL	NON CONFORME	CONFORME	PRODOTTO NON PLURISTRATIFICATO
SVAS BIOSANA	NON CONFORME	CONFORME	PRODOTTO NON PLURISTRATIFICATO
FARMACEUTICI DAMOR	CONFORME	NON CONFORME	Manca dichiarazione di accettazione delle clausole di cui al protocollo di Legalità

LOTTO 86 - Garze in TNT a bassa cessione particellare

LOTTO DESERTO

LOTTO 87 - Garza idrofila tagliata non sterile da Kg

DITTA	VALUTAZIONE TECNICA	VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA	ANNOTAZIONI
MABE SRL	CONFORME	CONFORME	
FARMAC ZABBAN	CONFORME	CONFORME	
BENEFIS	CONFORME	CONFORME	
CO.DI.SAN	CONFORME	CONFORME	

LOTTO 88 - Camici monouso lunghi in TNT a manica lunga con polsini e lacci per chiusura posteriore

DITTA	VALUTAZIONE TECNICA	VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA	ANNOTAZIONI
MABE SRL	CONFORME	CONFORME	
BENEFIS	CONFORME	CONFORME	
PIZZOCRI	CONFORME	CONFORME	

LOTTO 89 - Soluzione disinfettante biocompatibile, atossica, a base di sale d'ammonio quaternario e propanolo

DITTA	VALUTAZIONE TECNICA	VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA	ANNOTAZIONI
EURO MEDICAL FARM	NON CONFORME	CONFORME	Quantità in sali di ammonio quaternario e alcool non specificata (scheda non valutabile)
CERICHEM BIOPHARM	NON CONFORME	CONFORME	Quantità in sali di ammonio quaternario nettamente inferiore a quanto richiesto in capitolato
B. BRAUN	CONFORME	CONFORME	

LOTTO 90 - Schiuma sporicida a base di diossido di cloro (ClO2)per la disinfezione di alto livello di sonde ecografiche, endocavitarie e non, e per l'intero ecografo

DITTA	VALUTAZIONE TECNICA	VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA	ANNOTAZIONI
TRISTEL ITALIA	CONFORME	CONFORME	

SEGUONO CORREZIONI

Si evidenzia una correzione valutativa riferita al lotto 24 di cui a seguire si allega lo schema:

LOTTO 24 - Medicazione sterile in poliuretano per tracheostomia non adesiva. Latex free.

DITTA	VALUTAZIONE TECNICA	VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA	ANNOTAZIONI
SVAS	Conforme	Conforme	
FARMAC ZABBAN	Conforme	Conforme	
PAUL HARTMANN	NON Conforme	Conforme	Il dispositivo offerto non risulta essere LATEX FREE

Si evidenzia una correzione valutativa riferita al lotto 39 di cui a seguire si allega lo schema:

LOTTO 39 - Medicazione super assorbente non adesiva, a base di poliacrilato, ad alta ritenzione di liquidi sotto compressione. 10*10

DITTA	VALUTAZIONE TECNICA	VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA	ANNOTAZIONI
LOHMANN&RAUSCHER	Conforme	Conforme	
PAUL HARTMANN	NON Conforme	Conforme	Manca documentazione tecnica

Si evidenzia una correzione valutativa riferita al lotto 40 di cui a seguire si allega lo schema:

LOTTO 40 - Medicazione super assorbente non adesiva, a base di poliacrilato, ad alta ritenzione di liquidi sotto compressione. 15*15

DITTA	VALUTAZIONE TECNICA	VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA	ANNOTAZIONI
LOHMANN&RAUSCHER	NON Conforme	Conforme	Misura richiesta non rispettata

Si evidenzia una correzione valutativa riferita al lotto 45 di cui a seguire si allega lo schema:

LOTTO 45 -Soluzione detergente a base di Propilbetaina e Poliesanide

DITTA	VALUTAZIONE TECNICA	VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA	ANNOTAZIONI
ALFASIGMA	NON CONFORME	CONFORME	ASSENZA DELLE CARATTERISTICHE RICHIESTE
B.BRAUN	NON CONFORME	CONFORME	Manca scheda tecnica
SIRIUS MEDICAL SRL	Conforme	Conforme	

Si evidenzia una correzione valutativa riferita al lotto 53 di cui a seguire si allega lo schema:

LOTTO 53 - Crema, senza cortisonici e metalli, ad azione anti infiammatoria, cicatrizzante, protettiva e rigenerante della cute lesa.

DITTA	VALUTAZIONE TECNICA	VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA	ANNOTAZIONI
SVAS BIOSANA	NON Conforme	Conforme	Prodotto non sterile
FARMACEUTICI DAMOR	CONFORME	NON CONFORME	MANCA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (DGUE – dichiarazione di accettazione delle clausole di cui al Protocollo di Legalità)

Il presente verbale viene chiuso alle ore 13:00 letto, confermato e sottoscritto.

I Componenti

Il Presidente

Fondazione Istituto G.Giglio di Cefalù
Direttore del Servizio di Farmacia
Dott. Carmelo Di Giorgio
Specialista in Farmacia Ospedaliera