



## FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Procedura di gara europea per la fornitura triennale di dispositivi medici di anestesia e rianimazione,  
in 17 lotti.

*Gara ID n° 2021 del 11/09/2024*

L'anno 2025, il giorno 03, del mese di Aprile, alle ore 08.30, presso i locali della Fondazione "Istituto G. Giglio di Cefalù", siti in c/da Pietrapollastra, si è riunito in seduta riservata il seggio di gara nominato dal Presidente con nota prot.UP2024/9091,U del 20/11/2024, per procedere all'apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica relativa alla procedura di gara in oggetto.

Il Seggio di Gara risulta così composto:

- **Dott. Lorenzo Guarrera**, Presidente;
- **Dott.ssa Graziella Di Salvo**, Componente;
- **Ing. Daniele Varsalona**, Componente.

La Commissione di gara procede con la valutazione della documentazione tecnica secondo l'ordine dei lotti di gara.

Lotti	Ditte partecipanti
1	Medical Lume Srl 15457571006 AS MEDICALI SRL 03349120836 Cook Italia s.r.l. 00847380961
2	AS MEDICALI SRL 03349120836 Cook Italia s.r.l. 00847380961
3	B. Braun Milano S.p.A. 00674840152
4	ID & CO S.r.l. 09018810151 MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL 05526631006
5	BIO OPTICA MILANO SPA 06754140157 Diapath S.p.A 02705540165 KALTEK srl 02405040284
6	CODAN s.r.l. 02252720368 Elimed srl 01578500850
7	<b>DESERTO</b>
8	Medical Lume Srl 15457571006 GIMAS SRL 05073660820
9	Medical Lume Srl 15457571006 GIMAS SRL 05073660820
10	DIEMME DISPOSITIVI MEDICI SRL 11873880154 GIMAS SRL 05073660820 TELEFLEX MEDICAL SRL 02804530968 SMITHS MEDICAL ITALIA S.R.L. 02154270595 B. Braun Milano S.p.A. 00674840152 EMME ERRE DI MARIO ROMANO 03502520822



## FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

11	Medical Lume Srl 15457571006 B. Braun Milano S.p.A. 00674840152
12	GIMAS SRL 05073660820 EMME ERRE DI MARIO ROMANO 03502520822
13	Novamedisan Italia S.r.l GIMAS SRL 05073660820
14	DIEMME DISPOSITIVI MEDICI SRL 11873880154 TELEFLEX MEDICAL SRL
15	<b>DESERTO</b>
16	CODAN s.r.l. 02252720368 FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 03524050238 MULTIMEDICAL SRL 01585920208 GIMAS SRL 05073660820 CAIR ITALIA SRL 03277950287
17	CODAN s.r.l. 02252720368 FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 03524050238 MULTIMEDICAL SRL 01585920208 GIMAS SRL 05073660820 CAIR ITALIA SRL 03277950287 Elimed srl 01578500850 EMME ERRE DI MARIO ROMANO 03502520822

Si procede all'apertura della busta contenente la documentazione tecnica del **lotto 1** e si prende atto che:

- la documentazione della Ditta Medical Lume Srl, **non risulta** conforme a quanto richiesto nei documenti di gara, per le motivazioni di seguito esposte, l'O.E. viene pertanto **escluso** dalle successive fasi di gara.

Non conformità riscontrate. Diametro da 15 FR, superiore a quello richiesto in capitolato, cannula di irrigidimento non presente, adattatori non del tipo luer lock.

- la documentazione della Ditta AS MEDICALI SRL, **non risulta** conforme a quanto richiesto nei documenti di gara, per le motivazioni di seguito esposte, l'O.E. viene pertanto **escluso** dalle successive fasi di gara.

Non conformità riscontrate. Diametro da 15 FR, superiore a quello richiesto in capitolato, cannula di irrigidimento non presente, adattatori non del tipo luer lock, lunghezza inferiore a quanto richiesto in capitolato.

- la documentazione della Ditta Cook Italia s.r.l., risulta conforme a quanto richiesto nei documenti di gara, l'O.E. viene pertanto ammesso alla successiva fase di gara.

Si procede all'apertura della busta contenente la documentazione tecnica del **lotto 2** e si prende atto che:

- la documentazione della Ditta AS MEDICALI SRL, **non risulta** conforme a quanto richiesto nei documenti di gara, per le motivazioni di seguito esposte, l'O.E. viene pertanto **escluso** dalle successive fasi di gara.



## FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Non conformità riscontrate. Diametro da 15 FR, superiore a quello richiesto in capitolato, cannula di irrigidimento non presente, adattatori non del tipo luer lock, lunghezza inferiore a quanto richiesto in capitolato.

- la documentazione della Ditta Cook Italia s.r.l., risulta conforme a quanto richiesto nei documenti di gara, l'O.E. viene pertanto ammesso alla successiva fase di gara.

Si procede all'apertura della busta contenente la documentazione tecnica del **lotto 3** e si prende atto che:

- la documentazione della Ditta B. Braun Milano S.p.A., è conforme a quanto richiesto nei documenti di gara, l'O.E. viene pertanto ammesso alla successiva fase di gara;

Si procede all'apertura della busta contenente la documentazione tecnica del **lotto 4** e si prende atto che:

- la documentazione della Ditta ID & CO S.r.l, è conforme a quanto richiesto nei documenti di gara, l'O.E. viene pertanto ammesso alla successiva fase di gara;

- la documentazione della Ditta MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL, è conforme a quanto richiesto nei documenti di gara, l'O.E. viene pertanto ammesso alla successiva fase di gara;

Si procede all'apertura della busta contenente la documentazione tecnica del **lotto 5** e si prende atto che:

- la documentazione della Ditta BIO OPTICA MILANO SPA, è conforme a quanto richiesto nei documenti di gara, l'O.E. viene pertanto ammesso alla successiva fase di gara;

- la documentazione della Ditta Diapath S.p.A, è conforme a quanto richiesto nei documenti di gara, l'O.E. viene pertanto ammesso alla successiva fase di gara;

- la documentazione della KALTEK srl , è conforme a quanto richiesto nei documenti di gara, l'O.E. viene pertanto ammesso alla successiva fase di gara;

Si procede all'apertura della busta contenente la documentazione tecnica del **lotto 6** e si prende atto che:


- la documentazione della Ditta CODAN s.r.l., è conforme a quanto richiesto nei documenti di gara, l'O.E. viene pertanto ammesso alla successiva fase di gara;

- la documentazione della Ditta Elimed srl , è conforme a quanto richiesto nei documenti di gara, l'O.E. viene pertanto ammesso alla successiva fase di gara;

Si procede all'apertura della busta contenente la documentazione tecnica del **lotto 8** e si prende atto che:

la documentazione della Ditta Medical Lume Srl, **non risulta** conforme a quanto richiesto nei documenti di gara, per le motivazioni di seguito esposte, l'O.E. viene pertanto **escluso** dalle successive fasi di gara.

Non conformità riscontrate. Adattatori tipo luer lock non saldati ma rimovibili.



## FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

- la documentazione della Ditta GIMAS SRL, è conforme a quanto richiesto nei documenti di gara, l'O.E. viene pertanto ammesso alla successiva fase di gara;

Si procede all'apertura della busta contenente la documentazione tecnica del **lotto 9** e si prende atto che:

- la documentazione della Ditta Medical Lume Srl, è conforme a quanto richiesto nei documenti di gara, l'O.E. viene pertanto ammesso alla successiva fase di gara;

- la documentazione della Ditta GIMAS SRL, è conforme a quanto richiesto nei documenti di gara, l'O.E. viene pertanto ammesso alla successiva fase di gara;

Si procede all'apertura della busta contenente la documentazione tecnica del **lotto 10** e si prende atto che:

- la documentazione della DIEMME DISPOSITIVI MEDICI SRL, è conforme a quanto richiesto nei documenti di gara, l'O.E. viene pertanto ammesso alla successiva fase di gara;

- la documentazione della Ditta GIMAS SRL, è conforme a quanto richiesto nei documenti di gara, l'O.E. viene pertanto ammesso alla successiva fase di gara;

- la documentazione della Ditta TELEFLEX MEDICAL SRL, è conforme a quanto richiesto nei documenti di gara, l'O.E. viene pertanto ammesso alla successiva fase di gara;

- la documentazione della SMITHS MEDICAL ITALIA S.R.L, **non risulta** conforme a quanto richiesto nei documenti di gara, per le motivazioni di seguito esposte, l'O.E. viene pertanto **escluso** dalle successive fasi di gara.

Non conformità riscontrate. Impugnatura non trasparente ed alette non fisse ma ad incastro;



- la documentazione della Ditta B. Braun Milano S.p.A., è conforme a quanto richiesto nei documenti di gara, l'O.E. viene pertanto ammesso alla successiva fase di gara;

- la documentazione della Ditta EMME ERRE DI MARIO ROMANO, è conforme a quanto richiesto nei documenti di gara, ma l'O.E. viene escluso dalle successive fasi di gara in quanto dall'esame della campionatura si rileva che l'introduzione e l'estrazione del mandrino risulta essere difficoltosa e non sicura.

La Commissione chiude la seduta di gara alle ore 13.30

Del che il presente verbale viene chiuso alle ore 13.30 letto, confermato e sottoscritto.

I Componenti

Il Presidente

