

Spett.le Ditta

FAX: 095/386969

OGGETTO: Trattativa privata Lettera d'invito.

Questa Fondazione, senza alcun impegno definitivo, deve procedere all'acquisto di attrezzature da destinare all'U.O. di Cardiologia distinto in 4 lotti.

Le caratteristiche ed i requisiti sono di seguito riportati:

LOTTO 1

N. 3 Armadi-carrello porta cateteri e stent

- Struttura portante in profilato di alluminio;
- Pannelli laterali e posteriori in laminato stratificato HPL resistenti agli urti e lavabili;
- Pareti interne a norma ISO;
- Base portante e top con struttura in plastica ABS;
- N. 4 ruote, di cui 2 con freno, di diametro 125 mm circa, ad alto scorrimento;
- Anta a serrandina in materiale plastico, a scorrimento verticale;
- Dimensioni singolo armadio mm 660x495x1800 h circa;
- Dotati di dispositivo porta cateteri con circa n. 30 ganci su guide telescopiche ad estrazione.

N. 2 Armadi-carrello porta stent

- Struttura portante in profilato di alluminio;
- Pannelli laterali e posteriori in laminato stratificato HPL resistenti agli urti e lavabili;
- Pareti interne a norma ISO;
- Base portante e top con struttura in plastica ABS;
- N. 4 ruote, di cui 2 con freno, di diametro 125 mm circa, ad alto scorrimento;
- Anta a serrandina in materiale plastico, a scorrimento verticale;
- Dimensioni singolo armadio mm 660x495x1800 h circa;
- Dotati di n. 4 ripiani dello spessore di mm. 12 circa.

LOTTO 2

N. 1 Sistema di magazzinaggio ed organizzazione a parete

- In acciaio Inox 18/10;
- Completo di n. 4 cestelli di dim. mm 575x280x265 h circa;
- N. 1 dispensatore di guanti a tre scomparti dim. 580x320x265h mm circa;
- N. 1 cestello dim. 575x280x135h mm circa;
- N. 2 piani d'appoggio dim. 610x330x180h mm circa (per parete di larghezza mm. 1.200 circa);

LOTTO 3

N. 1 Carrello Porta camici di piombo

- Dimensioni carrello mm 1.200x670x1510h circa;
- Realizzato in acciaio elettroliticamente zincato, fosfato;
- Superfici esterne ed interne verniciate a resina epossidica a base di poliestere, resistenti a graffi, urti e ad agenti chimici e disinfettanti di qualsiasi genere;
- Struttura (corpo ed ante) in acciaio, a doppia parete insonorizzata, realizzata con sistema tipo sandwich a nido d'ape;
- Fondo montato su telaio stabile in acciaio tubolare;
- n. 2 ante cieche a battente con angolo d'apertura maggiore di 90°, dotate di guarnizioni perimetrali in gomma antipolvere.
- N. 6 barre interne in acciaio per appendere camici di piombo;
- Dotato di maniglia di spinta laterale;
- N. 4 ruote di diametro 125 mm, di cui n.2 dotate di freno, snodabili, antistatiche ed antifilo, con paraurti.

LOTTO 4

N. Armadi spogliatoio

- Realizzato in laminato a lastra unica con bordi perimetrali arrotondati;
- Dotato di asta appendi abiti e ripiano porta oggetti completi di serratura;
- Dim. 300x500x1.900h mm circa.

Premesso quanto sopra, si invita Codesta Ditta a far pervenire, a questa Fondazione, entro il termine perentorio delle ore 13,00, del giorno **03 Aprile 200** la migliore offerta che è disposta a praticare, comprensiva di ogni e qualsiasi spesa, esclusa la sola IVA della quale deve essere precisata l'aliquota vigente, in apposito plico chiuso, sigillato contro eventuali manomissioni, e siglato sui lembi di chiusura e deve riportare all'esterno la dicitura "Offerta attrezzature per l'U.O. di Cardiologia" lotti nn.....; tale plico dovrà contenere due buste separate:

Busta "A" recante all'esterno la dicitura "Offerta economica"

in tale offerta dovrà essere indicato esclusivamente:

- listino prezzi corrente o stralcio del medesimo;
- il prezzo d'offerta per ciascun lotto ed il prezzo di ciascuna parte componente il lotto;
- il numero del codice fiscale o partita I.V.A. ed il domicilio fiscale di codesta Ditta, nonché l'Ufficio Distrettuale delle II.DD. competente per territorio.

Busta "B" recante all'esterno la dicitura "Documentazione Tecnica" nella quale dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- relazione illustrativa delle caratteristiche tecniche dell'attrezzatura offerta, e relativi depliant illustrativi che devono riportare, **in maniera chiaramente individuabile**, il modello offerto e la Casa Produttrice, nonché il timbro della Ditta concorrente, se diversa dal Produttore;
- certificazione CE dell'apparecchiatura offerta, in originale o in copia autenticata nelle forme previste dalla normativa vigente in merito;
- copia dell'offerta economica senza i prezzi offerti.

Le attrezzature devono rispondere alle normative vigenti in termini di sicurezza e funzionalità (allegare le certificazioni);

La consegna dovrà essere effettuata entro 20 gg data ricevimento ordine.

Il ritardo nella consegna comporta, per ogni decade di ritardo, l'applicazione di una penale dello 0,5% del prezzo imponibile dell'attrezzatura non consegnata.

L'aggiudicazione della fornitura verrà effettuata,