



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALU'

Cod. Fisc. e P. Iva 05205490823
Viale Giuseppe Giardina (C.da Pietrapollastra / Pisciotto) - 90015 Cefalù

Provvedimento Dir. Strategica n. 2017/ 348 del 13.04.2017

Oggetto: *Procedura negoziata per la riparazione elettrocardiografo in uso presso l' U.O di Cardiologia d UTIC della Fondazione ex art.63 comma 2, lettera b.3) del D.Lgs 50/2016*

SETTORE PROPONENTE:

Servizio Acquisti

Istruttore del Procedimento
Dott. Antonio Luca Salemi

Dirigente del Servizio Acquisti
Dott.ssa Leonarda Sausa

24/03/17

COPIA PER:

- SETTORE PERSONALE (U.P.);
- SETTORE CONTABILITÀ - BILANCIO - (C.B);
- AFFARI GENERALI E LEGALI (A.G.);

VISTA LA PROPOSTA

Il Servizio Amministrazione Contabilità e Bilancio conferma

la disponibilità nel bilancio per l'anno 2017
Si assume l'impegno ad inserire le relative somme, per i successivi anni, nei bilanci di competenza.

Il Responsabile del S.A.C.B.
Carmela Durante

In data 13.04.2017 nei locali della
Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù

IL DIRETTORE GENERALE

Prof. Vittorio Virgilio

Con la presenza del

Direttore Sanitario
Prof. Lorenzo Lupo

ha autorizzato il seguente provvedimento

PROPOSTA

Il Dirigente del Servizio Acquisti Dott.ssa Leonarda Sausa

PREMESSO CHE:

- con richiesta del 14/02/2017, l'Infermiere Coordinatore dell'U.O. di Cardiologia ed UTIC, ha chiesto la riparazione dell'elettrocardiografo marca Esaote modello P8000 POWER in uso presso le stesse U.O., in quanto è stata riscontrata il danneggiamento del cavo ECG e del cassetto porta carta ;
- la richiesta, a cui è allegato il preventivo, è completa del nulla osta dell'Ingegneria Clinica e della Direzione Sanitaria che esprime parere favorevole;
- il Servizio Ingegneria Clinica dichiara, che, pur essendo l'apparecchiatura ancora in garanzia, il danno non rientra nelle condizioni previste dalla garanzia trattandosi di danno causato da normale usura;
- la ditta CE.AS.T. s.n.c., fornitrice dell'apparecchiatura, dopo aver effettuato un sopralluogo tecnico, ha prodotto un preventivo prot. n. 98/SI del 27/02/2017, pari ad € 261,00 oltre IVA al 22% (€318,42 IVA inclusa al 22%)

PRESO ATTO CHE:

- il valore di riacquisto dell'apparecchiatura risulta pari ad € 2.000,00 oltre IVA al 22%;
- l'apparecchiatura risulta essere ancora in garanzia con la casa madre Esaote, produttrice della macchina;
- la marcatura CE è valida se si rispettano le prescrizioni del produttore, tra cui l'uso di parti di ricambio originali e/o approvati;

CONSIDERATO CHE:

- il Servizio Acquisti in data 13/03/2017 ha chiesto alla ditta CE.AS.T. s.n.c. di volere integrare il preventivo già prodotto con una espressa dichiarazione nella quale venga specificato che l'eventuale intervento da parte di Operatori diversi da CE.AS.T. s.n.c. farebbe decadere la stessa garanzia;
- il Responsabile della ditta CE.AS.T. s.n.c, in data 15/03/2017 con nota N/S Prot. 07/SI del 14/03/2017 ha dichiarato quanto segue: *“un eventuale intervento da parte di operatori diversi da CE.AS.T. fa decadere la garanzia.”*;

per tutto quanto sopra riportato

SI PROPONE

- di approvare il preventivo di spesa della ditta CE.AS.T. s.n.c con aggiudicazione mediante una procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara ex art.63 comma 2, lettera b.3) del D.Lgs 50/2016, per un importo complessivo di € 261,00 IVA esclusa (€318,42 IVA inclusa al 22%);
- di approvare lo schema di contratto allegato.

Il Direttore Generale

VISTA la superiore proposta

SENTITO il parere favorevole del Direttore Sanitario;

APPROVA

- la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come formulata dal proponente.
- La nomina del Dott. Antonio Luca Salemi quale RUP della suddetta procedura, che provvederà a tutti gli adempimenti di legge necessari e la nomina dell'Ing. Giuseppe Fatuzzo quale Responsabile dell'esecuzione del contratto.

Si dichiara il seguente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Direttore Sanitario
Prof. Lorenzo Lubo

Il Direttore Generale
Prof. Vittorio Virgilio

