

Spett.le _____

OGGETTO: Trattativa privata per acquisto ed installazione di n. 2 apparecchi per anestesia; (C.I.G. 0021326EC1). Lettera d'invito.

Questa Fondazione, senza alcun impegno definitivo, deve procedere all'acquisto di **n. 2 Apparecchi per anestesia**, da destinare all'U.O. di Anestesia e Rianimazione di questa Fondazione "Istituto San Raffaele - G.Giglio di Cefalù", **con un importo a base d'asta di €. 80.000,00 (€ottantamila/00)+ IVA 20%.**

A) REQUISITI TECNICO-FUNZIONALI E CLINICI

1. Modalità di ventilazione minime richieste:

- a. IPPV
- b. PCV
- c. SIMV
- d. SIMV + PS (PRESSIONE DI SUPPORTO)
- e. PS (PRESSIONE DI SUPPORTO)

N.B. Per ognuna delle modalità di cui sopra, descrivere tutti gli intervalli di regolazione; saranno valutate eventuali caratteristiche migliorative rispetto a quanto richiesto, si prega di elencare tali caratteristiche

Sistema di ventilazione: specificare se a concertina o a pistone.

2. Sistema di monitoraggio integrato che consenta di monitorare i seguenti parametri (per ognuno dei parametri riportati dichiarare se il relativo valore è riportato sia come curva sia come valore numerico):

- a. Pressione delle vie aeree Paw
- b. Volume minuto espirato VM
- c. Curva pressione/volume e flusso/volume
- d. Volume corrente inspirato Vti
- e. Concentrazione O₂ inspirato FiO₂
- f. Concentrazione CO₂ di fine espirazione etCO₂
- g. Concentrazione alogenati insp/esp
- h. Rilevazione MAC

N.B. Per ognuna delle modalità di cui sopra, descrivere tutti gli intervalli di regolazione; saranno valutate eventuali caratteristiche migliorative rispetto a quanto richiesto, si prega di elencare tali caratteristiche.

3. Test iniziale di diagnosi automatico che controlli le principali parti dell'apparecchio (elettroniche, pneumatiche, perdite ecc) – Indicare il tempo di esecuzione del test;
4. Miselatore gas: possibilmente elettronico – Indicare le caratteristiche tecniche.
5. Batterie interne ad ampia autonomia, non inferiore a 30min, che consentano il funzionamento dell'apparecchio in mancanza dell'alimentazione elettrica;
6. Schermo a colori almeno da 12 pollici.
7. Sistema rapido di aggancio e sgancio dei vaporizzatori con la possibilità di alloggiamento di un vaporizzatore con interblocco di sicurezza.
8. Il passaggio tra la ventilazione manuale e meccanica (e viceversa) deve avvenire con un unico comando.
9. Pulizia e sterilizzazione, delle parti da sterilizzare, devono avvenire attraverso operazioni semplici e rapide (Indicare le parti, le modalità e i tempi di sterilizzazione).
10. Possibilità di commutazione del gas, in caso di assenza di un gas di alimentazione centralizzata, a quella di riserva (bombole o sistemi equivalenti) - Descrivere il sistema di commutazione.
11. Innesti a muro per gas (Aria, Ossigeno e Protossido di Azoto) di tipo Afnor.
12. Innesto a muro per evacuazione, di tipo “Drager” o compatibile.
13. Possibilità di gestione degli allarmi (elencare tutti gli allarmi presenti e la loro gestione, cioè se tacitabili, eliminabili, ecc.), in particolare si richiedono i seguenti allarmi:
 - a. Volume minuto minimo e massimo
 - b. Frequenza respiratoria massima
 - c. FiO₂ minimo e massimo
 - d. Pressione delle vie aeree
14. Gestione dati paziente (elencare e descrivere i campi dedicati al paziente).
15. Trend grafici e tabulari, almeno delle ultime 8 ore, di tutti i parametri monitorati.
16. Diario di registrazione degli eventi che avvengono sul ventilatore (allarmi e variazione dei parametri ventilatori).
17. Trigger preferibilmente a flusso e regolabile dall'operatore.
18. Calcolo automatico della Compliance
19. Specificare se è presente un sistema per l'ottimizzazione del consumo di alogenati.
20. Specificare se è presente un sistema per il riscaldamento della testata paziente.

21. Specificare il range di flusso dei gas freschi.

22.

L'apparecchiatura offerta deve possedere la marcatura CE, in particolare deve assolutamente rispondere in ogni sua parte alle normative vigenti in termini di sicurezza e funzionalità per uso medicale (allegare certificazioni).

Al fine di procedere ad una corretta valutazione della strumentazione, questa Fondazione si riserva la possibilità di visionare, con dimostrazione pratica, i prodotti offerti in gara.

La gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. I criteri di aggiudicazione sono dettagliatamente descritti nell' **allegato "B"** al presente invito.

Premesso quanto sopra, si invita Codesta Ditta a far pervenire, a questa Fondazione, entro il termine delle ore 13,00, del giorno **17 Aprile 2007** la migliore offerta che è disposta a praticare, comprensiva di ogni e qualsiasi spesa, esclusa la sola IVA della quale deve essere precisata l'aliquota vigente, in apposito plico chiuso, sigillato contro eventuali manomissioni, e siglato sui lembi di chiusura e deve riportare all'esterno la dicitura "Offerta Apparecchi per Anestesia"; tale plico dovrà contenere due buste separate:

Busta "A" recante all'esterno la dicitura "Offerta economica":

in tale offerta dovrà essere indicato esclusivamente:

- il prezzo d'offerta omnicomprensivo e la percentuale di ribasso sull'importo posto a base di gara;
- il numero del codice fiscale o partita I.V.A. ed il domicilio fiscale di codesta Ditta, nonché l'Ufficio dell' Agenzia delle Entrate competente per territorio.
- certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio competente, con non fallenza e dichiarazione antimafia.

Dovrà altresì essere incluso nella predetta busta il listino prezzi corrente o stralcio del medesimo;

Busta "B" recante all'esterno la dicitura "Documentazione Tecnica" nella quale dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Scheda di presentazione dell'offerta tecnica, debitamente compilata, redatta secondo il modello esemplificativo di cui all'allegato (A);
- certificazione CE delle apparecchiature offerte, in originale o in copia autenticata nelle forme previste dalla normativa vigente in merito;
- relazione illustrativa delle caratteristiche tecniche delle attrezzature offerte, e relativi depliant illustrativi che devono riportare, **in maniera chiaramente individuabile**, il modello offerto e la Casa Produttrice, nonché il timbro della Ditta concorrente, se diversa dal Produttore;
- copia dell'offerta economica senza i prezzi offerti.
- referenze, in particolare il numero e la dislocazione di altri sistemi distribuiti nella regione Sicilia ed eventualmente in ambito nazionale;

La consegna dovrà essere effettuata entro 15 gg data ricevimento ordine.

Il ritardo nella consegna comporta, per ogni decade di ritardo, l'applicazione di una penale dello 0,5% del prezzo imponibile dell'apparecchiatura non consegnata.

La valutazione tecnico, funzionale e clinica sarà effettuata da una Commissione interna.

Della valutazione tecnica sarà redatto apposito verbale.

La ditta dovrà presentare una sola proposta.

Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. fine mese data fattura, ed a seguito di collaudo positivo delle apparecchiature fornite.

La presente lettera d'invito non impegna in alcun modo questa Fondazione la quale si riserva la facoltà di procedere o meno all'acquisto di che trattasi senza che codesta Ditta abbia nulla a reclamare o pretendere.

La presente lettera d'invito è affissa all'Albo Pretorio del Comune di Cefalù, all'Albo della Fondazione, C.da Pietrapollastra –Pisciotto – Cefalù e pubblicata sul sito internet della Fondazione www.hsrgiglio.it sezione “Bandi e appalti”.

Il Foro competente, in caso di contenzioso, è quello di Termini Imerese.

Per ulteriori chiarimenti resta a Vs. disposizione l'Ufficio Acquisti di questa Fondazione (tel. 0921/925808).

Allegati:

- A) Scheda di presentazione offerta tecnica;
- B) Criteri di aggiudicazione.

Il Dirigente Servizi Generali ed Acquisti
D.ssa Leonarda Sausa