

Spett.le _____

OGGETTO: Trattativa privata per acquisto di n. 2 Sollewapazienti Elettrici. Lettera d'invito.

Questa Fondazione, senza alcun impegno definitivo, deve procedere all'acquisto di **n. 2 Sollewapazienti Elettrici**, per l'U.O. di Riabilitazione e l'U.O. di Neurologia, con le seguenti caratteristiche:

1. Requisiti tecnico-clinici minimi:

- Barra bilanciata e con 4 punti di sollevamento;
- Carico di lavoro di sicurezza: maggiore o uguale a Kg 200;
- Altezza massima da terra: maggiore o uguale a 1.600 mm;
- Altezza minima da terra: inferiore o uguale a 300 mm;
- Ruote piroettanti con sistema frenante;
- Discesa di emergenza meccanica in caso di guasto dei comandi elettrici;
- Pulsante di arresto di emergenza;
- Indicatore sonoro e display per il controllo dello stato di carica della batteria (indicare la durata della batteria e il tempo di carica);
- Sistema di sicurezza che non consente l'utilizzo in caso di carico troppo elevato;
- Dotato di comando a distanza;
- Possibilità di apertura della base in modo da favorire la deambulazione e la movimentazione.

2. Ulteriori caratteristiche oggetto di valutazione:

- Dimensioni e pesi tali da consentire in modo semplice tutti i tipi di spostamento (indicare le dimensioni e il peso dell'apparecchiatura);
- Possibilità di utilizzo con Barelle a Cucchiaino, Imbracature di diverse dimensioni, ecc. (indicare tutti i dispositivi utilizzabili e le modalità di funzionamento);
- Bilancia elettronica con alloggiamento in posizione favorevole per la lettura;
- Barre ed accessori necessari alla deambulazione del paziente;
- Batteria di ricambio.

N.B. Per ognuna delle caratteristiche tecniche di cui sopra si chiede di rispondere in modo chiaro e conciso.

3. Assistenza tecnica (allegare le informazioni sotto richieste nella busta "B": Offerta tecnica)

- Garanzia non inferiore ad anni 2;
- Tempo di intervento massimo entro le 8 ore lavorative dalla segnalazione del guasto e/o malfunzionamento;
- Tempo di risoluzione del problema (ripristino apparecchiatura o disponibilità di un muletto) non superiore alle 24 ore lavorative dalla chiamata (durante il periodo di garanzia per ogni giorno solare di ritardo verrà applicata una penale pari all'1% del costo d'acquisto);
- Specificare il numero di manutenzioni preventive annue previste dal costruttore (durante il periodo di garanzia tali interventi si considerano incluse nella stessa);
- Tempi di consegna ed installazione.

N.B. Per ognuna delle caratteristiche tecniche di cui sopra si chiede di rispondere in modo chiaro e conciso.

Inoltre si richiede:

- ✓ Manuale utente in italiano
- ✓ Interfaccia utente: in italiano, intuitiva e semplice
- ✓ Listino prezzi ufficiale (depositato alla camera di commercio) di tutti gli eventuali consumabili (indicare la percentuale di sconto praticata alla nostra Fondazione)
- ✓ Listino prezzi ufficiale relativo all'assistenza tecnica e spese di viaggio (indicare la percentuale di sconto praticata alla nostra Fondazione)
- ✓ Proposta tecnico-economica di contratto di assistenza tecnica full-risk
- ✓ Garantire, senza alcun ulteriore aggravio di spesa, l'aggiornamento tecnologico a fronte di modifiche migliorative hardware e software che dovessero avvenire successivamente al collaudo durante tutta la durata del periodo di garanzia
- ✓ Numero e qualifica dei tecnici di zona dedicati all'assistenza tecnica della macchina con indicata la sede operativa

Al fine di procedere ad una corretta valutazione dell'apparecchiatura offerta, questa Fondazione si riserva la possibilità di richiederne la visione, con dimostrazione pratica.

Premesso quanto sopra, si invita Codesta Ditta a far pervenire, a questa Fondazione, entro il termine perentorio delle ore 13,00, del giorno **04/06/2006** la migliore offerta che è disposta a praticare, comprensiva di ogni e qualsiasi spesa, esclusa la sola IVA della quale deve essere precisata l'aliquota vigente, in apposito plico chiuso, sigillato contro eventuali manomissioni, e siglato sui lembi di chiusura e deve riportare all'esterno la dicitura "Offerta Sollevapaziente Elettrico"; tale plico dovrà contenere due buste separate:

Busta "A" recante all'esterno la dicitura "Offerta economica":

in tale offerta dovrà essere indicato esclusivamente:

- il prezzo d'offerta complessivo per la fornitura richiesta ed il prezzo di ciascuna parte componente la fornitura;
- il numero del codice fiscale o partita I.V.A. ed il domicilio fiscale di codesta Ditta, nonché l'Ufficio Distrettuale delle II.DD. competente per territorio

Dovrà altresì essere incluso nella predetta busta il listino prezzi corrente o stralcio del medesimo;

Busta “B” recante all'esterno la dicitura “Documentazione Tecnica” nella quale dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- certificazione CE dell'apparecchiatura offerta, in originale o in copia autenticata nelle forme previste dalla normativa vigente in merito;
- relazione illustrativa delle caratteristiche tecniche dell' attrezzatura offerta, e relativi depliant illustrativi che devono riportare, **in maniera chiaramente individuabile**, il modello offerto e la Casa Produttrice, nonché il timbro della Ditta concorrente, se diversa dal Produttore;
- copia dell'offerta economica senza i prezzi offerti.
- referenze, in particolare il numero e la dislocazione di altri sistemi distribuiti nella regione Sicilia ed eventualmente in ambito nazionale;

L'apparecchiatura dovrà rispondere, in ogni sua parte, alle normative vigenti in termini di sicurezza e funzionalità per uso medico (allegare le certificazioni);

La consegna dovrà essere effettuata entro 20 gg data ricevimento ordine.

Il ritardo nella consegna comporta, per ogni decade di ritardo, l'applicazione di una penale dello 0,5% del prezzo imponibile dell'apparecchiatura non consegnata.

La gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. I criteri di aggiudicazione sono dettagliatamente descritti nell' allegato “A” al presente invito.

La valutazione tecnico, funzionale e clinica sarà effettuata da una commissione composta da:

- 1) Presidente, Dr. O. Pennelli - Direttore Area Sanitaria;
- 2) Ing. G. Fatuzzo – Responsabile Servizio di Ingegneria Clinica;
- 3) Dott. G. Galardi – Responsabile dell'U.O. di Riabilitazione o suo delegato;
- 4) Dott. Grimaldi – Responsabile dell'U.O. di Neurologia o suo delegato.

Della valutazione tecnica sarà redatto apposito verbale.

Per quanto sopra l'offerta dovrà contenere tutte le informazioni necessarie perché la Commissione possa valutare ogni punto previsto tra i criteri di aggiudicazione.

La ditta dovrà presentare una sola proposta.

La ditta aggiudicataria si impegna ad effettuare, gratuitamente, una giornata di addestramento del personale utilizzatore presso le UU.OO. richiedenti di questa Fondazione.

Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. fine mese data fattura, ed a seguito di collaudo positivo dell'apparecchiatura fornita.

La presente lettera d'invito non impegna in alcun modo questa Fondazione la quale si riserva la facoltà di procedere o meno all'acquisto di che trattasi senza che codesta Ditta abbia nulla a reclamare o pretendere.

La presente lettera d'invito è affissa all'Albo Pretorio del Comune di Cefalù, all'Albo della Fondazione, C.da Pietrapollastra –Pisciotta – Cefalù e pubblicata sul sito internet della Fondazione www.hsrgiglio.it