

Prot. N. 290/D.A.

Cefalù, li 30 giugno 2006

Spett.le _____

OGGETTO: ~~Ma a'va p'va a pe aff o d n. 1 ro'ia e pe rad oscopa (a co a C'd'ia e) Le ca d'ni o.~~

Questa Fondazione, senza alcun impegno definitivo, deve procedere all'affitto di

- ❑ Intensificatore d'immagine a doppio campo 9" - 6" ad elevata risoluzione
 - indicare le dimensioni nominali ed effettive della finestra di ingresso
 - indicare la risoluzione
 - predisposizione per il centratore laser
- ❑ Collimazione:
 - commutazione automatica scopia-grafia
 - collimazione circolare automatica sul campo di entrata dell'ib
 - collimazione rettangolare
- ❑ Sistema automatico per la gestione dell'esposizione radiologica per l'ottimizzazione del rapporto "qualità immagine/dose impartita"
- ❑ Specificare se è possibile integrare un Monitor sul braccio dell'arco.
- ❑ Portacassette integrato
- ❑ Possibilità di connessione per la segnalazione esterna "room in use"
- ❑ Ruote sterzanti per consentire un agevole movimento parallelo, dotate di deflettori per cavi. Il sistema deve consentire il trasferimento dell'arco a C nelle varie Unità Operative e di conseguenza deve avere una struttura adeguatamente robusta per evitare rotture delle ruote durante il trasporto
- ❑ Tutti i cavi di collegamento devono essere anticorrosione

N.B. Per ognuna delle caratteristiche tecniche di cui sopra, si chiede di rispondere in modo chiaro e conciso, seguendo lo stesso ordine.

7 AZIONI DI LA Q O

- ❑ Carrello workstation, con doppio monitor TFT da almeno 17 " ad elevata risoluzione
 - indicare le caratteristiche dei monitor
- ❑ Possibilità di memorizzare e richiamare immagini dinamiche e statiche
- ❑ Possibilità di fare esami in urgenza (bypassando le procedure di inserimento dati paziente o quanto non necessario ad effettuare immagini)
- ❑ Dispositivo di masterizzazione sia su CD-ROM che DVD e possibilità di memorizzazione delle immagini su supporti tipo chiave USB
- ❑ Possibilità di memorizzare le immagini in formato tipo jpeg, gif, bmp, ecc.
 - elencare i diversi formati
- ❑ Sistema di archiviazione sulla memoria della workstation (almeno 30.000 immagini)
 - indicare la capacità di memorizzazione (n° di immagini)
- ❑ Gestione archivio pazienti (descrivere il sistema)
- ❑ Possibilità di inserimento testo e commenti sulle immagini
- ❑ Gestione delle immagini indipendente per ognuno dei due monitor
- ❑ Funzioni di post-processing per una ampia elaborazione delle immagini acquisite:
 - regolazione automatica e manuale di luminosità e contrasto
 - regolazione della definizione dei contorni in real time
- ❑ Elencare tutti i software di "gestione ed elaborazione dati" in dotazione
- ❑ Elencare tutti i software di "gestione ed elaborazione dati" opzionali
- ❑ Stampante medica per immagini ad alta definizione su formato A4 e ad alta velocità di stampa (possibilmente stampante termica)
 - indicare la velocità di stampa
 - indicare il tipo di carta utilizzata
 - specificare se è possibile fare esami durante la stampa

- ❑ Dispositivo di segnalazione luminosa RX
- ❑ Il sistema deve essere il più leggero, compatto ed ergonomico possibile
- ❑ Tutti i cavi di collegamento devono essere anticalpestio
- ❑

Al fine di procedere ad una corretta valutazione dell' apparecchiatura offerta, questa Fondazione si riserva la possibilità di richiederne la visione, con dimostrazione pratica.

Premesso quanto sopra, si invita Codesta Ditta a far pervenire, a questa Fondazione, entro il termine perentorio delle ore 13,00, del giorno **14 luglio 2016** la migliore offerta che è disposta a praticare, comprensiva di ogni e qualsiasi spesa, esclusa la sola IVA della quale deve essere precisata l'aliquota vigente, in apposito plico chiuso, sigillato contro eventuali manomissioni, e siglato sui lembi di chiusura e deve riportare all'esterno la dicitura "Offerta Arco a C"; tale plico dovrà contenere due buste separate:

Busta A: Offerta economica

in tale offerta dovrà essere indicato esclusivamente:

- il Costo di locazione mensile dell'attrezzatura in oggetto (comprensivo del costo di assistenza tecnica full-risk) e il prezzo dell'eventuale riscatto del bene al termine del rapporto di noleggio;
- il numero del codice fiscale o partita I.V.A. ed il domicilio fiscale di codesta Ditta, nonché l'Ufficio Distrettuale delle II.DD. competente per territorio;

Dovrà altresì essere incluso nella predetta busta il listino prezzi corrente dell'attrezzatura e di ciascuna parte componente o stralcio del medesimo.

Busta B: Documentazione tecnica nella quale dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- dichiarazione di conformità, del sistema offerto, alle normative vigenti;
- relazione illustrativa delle caratteristiche tecniche delle attrezzature offerte, e relativi depliant illustrativi che devono riportare, **in una copia chiara e indelebile**, il modello offerto e la Casa Produttrice, nonché il timbro della Ditta concorrente, se diversa dal Produttore;
- copia dell'offerta economica senza i prezzi offerti.
- referenze, in particolare il numero e la dislocazione di altri sistemi distribuiti nella regione Sicilia ed eventualmente in ambito nazionale;

La consegna dovrà essere effettuata entro 20 gg data ricevimento ordine.

Il ritardo nella consegna comporta, per ogni decade di ritardo, l'applicazione di una penale dello 0,5% del prezzo imponibile dell'apparecchiatura non consegnata.

La gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. I criteri di aggiudicazione sono dettagliatamente descritti nell'allegato "A" al presente invito.

La valutazione tecnico, funzionale e clinica sarà effettuata da una commissione composta da:

- 1) Presidente, il Direttore dell'Area Sanitaria;
- 2) Il Responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica o suo delegato.
- 3) Responsabile U.O. Radiologia o suo delegato;

Della valutazione tecnica sarà redatto apposito verbale.

Per quanto sopra l'offerta dovrà contenere tutte le informazioni necessarie perché la Commissione possa valutare ogni punto previsto tra i criteri di aggiudicazione.

La ditta dovrà presentare una sola proposta.

La ditta aggiudicataria si impegna ad effettuare, gratuitamente, almeno tre giornate di addestramento del personale utilizzatore presso le UU.OO. richiedenti di questa Fondazione.

Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. fine mese data fattura, ed a seguito di collaudo positivo dell'apparecchiatura fornita. La fatturazione avrà cadenza mensile.

La presente lettera d'invito non impegna in alcun modo questa Fondazione la quale si riserva la facoltà di procedere o meno all'acquisto di che trattasi senza che codesta Ditta abbia nulla a reclamare o pretendere.

La presente lettera d'invito è affissa all'Albo Pretorio del Comune di Cefalù, all'Albo della Fondazione, C.da Pietrapollastra –Pisciotto – Cefalù e pubblicata sul sito internet della Fondazione www.hsrgiglio.it sezione “Bandi e appalti”.

Il Foro competente, in caso di contenzioso, è quello di Termini Imerese.

Per ulteriori chiarimenti resta a Vs. disposizione l'Ufficio Acquisti di questa Fondazione (tel. 0921/920201).

Allegati:

A) Criteri di aggiudicazione.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

D.ssa Leonarda Sausa