



Cefalù, li 10/11/2017

## Chiarimenti relativi alla gara n. 6718952

Con riferimento alla procedura di gara n. 6718952, a seguito di richiesta di chiarimenti pervenute si precisa quanto segue:

- 1) In merito alla valutazione di cui al punto 5 dell'art. 5 del capitolato "...provette tappate.. sicurezza operatori" che è necessario che l'operatore non debba mai manipolare la provetta stappata né in fase pre-analitica né analitica. Conseguentemente si conferma la possibilità di utilizzare un sistema pre-analitico che consenta quanto sopra riportato.
- 2) Si conferma che il punteggio relativo al punto 4 dell'art. 5 del Capitolato è riferito, come espressamente citato nel capitolato, ai soli tecnici relativi al "Sistema Principale per routine/specialistica Integrato/Modulare";
- 3) Si conferma che i punteggi relativi all'art. 5 del Capitolato sono riferiti al "Sistema Principale per routine/specialistica Integrato/Modulare", ad eccezione dei punti 13 e 17, che si estendono agli eventuali strumenti aggiuntivi secondari, come già precisato nei precedenti chiarimenti.
- 4) Si conferma che il 60% dei test della tabella 1.B corrispondono a 23 test.

Cordialmente,

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Dott. Antonio Luca Salemi