



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALU'

Cod. Fisc. e P. Iva 05205490823
Viale Giuseppe Giardina (C.da Pietrapollastra / Pisciotto) - 90015 Cefalù

Provvedimento Dir. Strategica n. 2017/846 del 27.11. 2017

Oggetto: Affidamento Fornitura ed installazione (sostituzione) di n. 1 Tubo radiologico, in uso presso la Radiologia della Fondazione.

Riferimenti Apparecchiatura: Sistema Radiologico Digitale XRD-L-Wallstand, Inventario:

Sist.043, n. di sistema: H5382007

Affidamento ex art.63 comma 2, lettera b2) del D.Lgs 50/2016

IL SETTORE PROPONENTE

SETTORE TECNICO - INGEGNERIA
CLINICA

Il RUP

Ing. Giuseppe Fatuzzo

VISTO PER VERIFICA E CONTROLLO

Il Capo Staff

Carmela Durante

VISTO IL PROVVEDIMENTO

Il Servizio Amministrazione Contabilità e Bilancio
Conferma

La disponibilità nel bilancio per l'anno 2017
Si assume l'impegno ad inserire le relative somme, per
i successivi anni, nei bilanci di competenza.

Dott. Antonio Di Maggio

In data 27.11.2017 nei locali della
Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Vittorio Virgilio

PREMESSO CHE:

- in data 20/11/2017 è stata prodotta, da parte del Servizio di Ingegneria Clinica della Fondazione in accordo con il Servizio di radiologia, richiesta di sostituzione del dispositivo in oggetto;
- la richiesta in oggetto è completa degli opportuni visti ed autorizzazioni;

CONSIDERATO:

- che l'apparecchiatura di cui in oggetto (marca GE, mod. Revolution XRD) in uso presso la Radiologia della Fondazione è coperta da contratto di assistenza tecnica, prot. UP2015/6852, con la ditta GE ma che lo stesso non prevede la sostituzione di parti consumabili, tra cui il tubo RX;
- che in data 26/10/2017 la ditta GE, manutentrice dell'apparecchiatura di cui sopra, a seguito di intervento tecnico n. 242921C584, ha diagnosticato la parziale rottura del tubo RX ed il conseguente parziale funzionamento;
- che il parziale funzionamento di cui sopra, limita le prestazioni tecnico-funzionale e di conseguenza l'efficacia clinica;
- che non si può escludere una rottura definitiva ed improvvisa del tubo RX, con conseguente fermo macchina;
- che per effetto del contratto di cui sopra e per la tipologia di tecnologia implementata dall'apparecchiatura, si vengono a configurare delle condizioni di infungibilità tecnica, per cui è opportuno che sia la ditta GE (produttrice/fornitrice dell'apparecchiatura, nonché affidataria del contratto di assistenza tecnica) a fornire ed installare il tubo richiesto;
- che per quanto sopra, il Servizio di Ingegneria Clinica ha provveduto a richiedere alla ditta GE, preventivo di spesa per la fornitura ed installazione del tubo;
- che la ditta GE ha prodotto preventivo n. 72835921/01 del 30/10/2017 pari a €17.529,41 + IVA al 22%;
- che, a seguito di richiesta da parte del Servizio di Ingegneria Clinica, la ditta GE ha prodotto offerta migliorativa n. 72835921/02 del 17/11/2017 pari a € 15.425,88 + IVA al 22% ;
- che la suddetta offerta (migliorativa) si ritiene congrua ed in linea con acquisti analoghi precedentemente effettuati.

Per tutto quanto sopra riportato

SI PROPONE

- di approvare il preventivo di spesa della ditta GE, con affidamento ex art.63 comma 2, lettera b2) del D.Lgs 50/2016, per la fornitura ed installazione del tubo RX (MX100 09 new exchange Unit) giusto preventivo n. 72835921/02 del 17/11/2017 per un importo complessivo pari a € 18.819,57 (IVA al 22% inclusa);
- di approvare lo schema di contratto allegato.

Il Direttore Generale

VISTA la superiore proposta

APPROVA

- la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come formulata dal proponente;
- ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, la nomina dell'ing. Giuseppe Fatuzzo quale Responsabile Unico del presente procedimento.

Dà mandato al RUP designato, ing. Giuseppe Fatuzzo, a provvedere a tutti gli adempimenti di legge necessari.

Si dichiara il seguente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale
Prof. Vittorio Virgilio

