

Spett.le \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**OGGETTO: Trattativa privata per il noleggio di n. 17 pompe a siringa. Lettera d'invito.**

Questa Fondazione, senza alcun impegno definitivo, deve procedere all'affitto di **n. 17 Pompe a siringa**, con scadenza in data 30/06/2008 e con decorrenza dalla data dell'ordine, riservandosi la facoltà di procedere al riscatto del bene allo scadere di tale periodo di noleggio, per le UU.OO. di questa Fondazione, con le seguenti caratteristiche:

**1) CARATTERISTICHE TECNICHE OGGETTO DELLA VALUTAZIONE**

- Range di velocità: almeno **da 0.1 ml/h a 900 ml/h**.
- Possibilità di utilizzare siringhe di diverse dimensioni e marca (indicare le diverse tipologie di siringhe utilizzabili)
- Possibilità di impostazione software del tipo di siringa utilizzata
- Allarmi sia visivi che acustici: errato posizionamento della siringa, batteria scarica, scollegamento dalla rete di alimentazione, occlusione, siringa quasi vuota
- Possibilità di configurazioni personalizzate
- Sistema integrato di batterie ricaricabili, a lunga durata, per il trasporto del paziente e per garantire la funzionalità s

e

- Durante il periodo di noleggio la ditta dovrà effettuare le verifiche di sicurezza elettrica (CEI 62-5) e verifiche particolari (CEI 62-99), secondo la periodicità espressa dalle normative di riferimento
- Tempo di consegna ed installazione

N.B. Per ognuna delle caratteristiche tecniche di cui sopra, si chiede di rispondere in modo chiaro e conciso, seguendo lo stesso ordine.

Inoltre si richiede:

- ✓ Manuale utente in italiano.
- ✓ Interfaccia utente: in italiano, intuitiva e semplice.
- ✓ Listino prezzi ufficiale (depositato alla camera di commercio) di tutti gli eventuali consumabili (indicare la percentuale di sconto praticata alla nostra Fondazione).
- ✓ Garantire, senza alcun ulteriore aggravio di spesa, l'aggiornamento tecnologico a fronte di modifiche migliorative hardware e software che dovessero avvenire successivamente al collaudo durante tutta la durata del periodo di garanzia.
- ✓ Listino prezzi ufficiale relativo all'assistenza tecnica e spese di viaggio post-noleggio dopo l'eventuale riscatto (indicare la percentuale di sconto praticata alla nostra Fondazione)
- ✓ Proposta tecnico-economica di contratto di assistenza tecnica full-risk post-noleggio dopo l'eventuale riscatto
- ✓ Numero e qualifica dei tecnici di zona dedicati all'assistenza tecnica della macchina con indicata la sede operativa.
- ✓ il sistema, oltre a possedere la marcatura CE, deve assolutamente rispondere in ogni sua parte alle normative vigenti in termini di sicurezza e funzionalità per uso medicale (allegare certificazioni).

Al fine di procedere ad una corretta valutazione dell'apparecchiatura offerta, questa Fondazione si riserva la possibilità di richiederne la visione, con dimostrazione pratica.

Premesso quanto sopra, si invita Codesta Ditta a far pervenire, a questa Fondazione, entro il termine perentorio delle ore 13,00, del giorno **18 luglio 2006** la migliore offerta che è disposta a praticare, comprensiva di ogni e qualsiasi spesa, esclusa la sola IVA della quale deve essere precisata l'aliquota vigente, in apposito plico chiuso, sigillato contro eventuali manomissioni, e siglato sui lembi di chiusura e deve riportare all'esterno la dicitura "Offerta pompe a siringa"; tale plico dovrà contenere due buste separate:

**Busta "A" recante all'esterno la dicitura "Offerta economica":**

in tale offerta dovrà essere indicato esclusivamente:

- il Costo di locazione mensile dell'attrezzatura in oggetto (comprensivo del costo di assistenza tecnica) e il prezzo dell'eventuale riscatto del bene al termine del rapporto di noleggio;
- il numero del codice fiscale o partita I.V.A. ed il domicilio fiscale di codesta Ditta, nonché l'Ufficio Distrettuale delle II.DD. competente per territorio.

Dovrà altresì essere incluso nella predetta busta il listino prezzi corrente dell'attrezzatura e di ciascuna parte componente o stralcio del medesimo.

**Busta “B” recante all’esterno la dicitura “Documentazione Tecnica”** nella quale dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- dichiarazione di conformità, del sistema offerto, alle normative vigenti;
- relazione illustrativa delle caratteristiche tec