

Spett.le _____

OGGETTO: Fornitura in economia di n. 2 Defibrillatori/Monitor per le UU.OO. di questa Fondazione. Lettera d'invito.

Questa Fondazione, senza alcun impegno definitivo, deve procedere all'acquisto ed installazione di **n. 2 Defibrillatori/Monitor** da destinare alle UU.OO. di questa Fondazione "Istituto San Raffaele - G.Giglio di Cefalù", con le seguenti caratteristiche:

A) CARATTERISTICHE TECNICO-FUNZIONALI E CLINICHE MINIME

Unità Defibrillatore/monitor portatile multiparametrico, bifasico (compatta e leggera)
Modalità di defibrillazione sia manuale che semiautomatica
Controllo automatico dell'impedenza del paziente
Modalità di sincronismo
Allarmi sia visivi che acustici, così come previsto dalle normative vigenti
Piastre esterne con indicatore di contatto e sterilizzabili (adulto/pediatrici)
Filtro elettrobisturi per sala operatoria
Tempo di carica della batteria: Indicare il tempo di carica al 90% e al 100%
Modulo per la defibrillazione interna
Cardioversione sincronizzata
Display per la visualizzazione delle forme d'onda, di valori numerici e messaggi
Regolazione del volume segnalazione allarmi
Regolazione dell'ampiezza ECG
Stampante integrata
Modulo SpO₂ completo di cavo e sensore
Modulo alimentatore CA integrato
Modulo porta piastre integrato
Modulo porta batterie integrato
Autonomia batteria: almeno 50 scariche alla massima energia erogabile
Tempo di ricarica della batteria: il più breve possibile
Cavo ECG a 3 derivazioni
Almeno n° 3 set di elettrodi ECG monouso
Almeno n° 3 rotoli di carta

Per ognuno dei punti sopraelencati si richiede di indicare, in modo chiaro e conciso, la relativa proposta e la presenza o meno delle caratteristiche richieste, seguendo lo stesso ordine.

B) ULTERIORI CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE

Possibilità di integrare il modulo per la misura della CO₂
Disponibilità di piastre interne di diversa misura con e senza interruttore
Possibilità di collegare piastre monouso

Per ognuno dei punti sopraelencati si richiede di indicare, in modo chiaro e conciso, la relativa proposta e la presenza o meno delle caratteristiche richieste, seguendo lo stesso ordine.

C) ASSISTENZA TECNICA

1. Garanzia non inferiore a 2 (due) anni (indicare le condizioni di garanzia).
2. Tempo di intervento max entro le 8 ore lavorative dalla segnalazione del guasto e/o malfunzionamento.
3. Tempo di risoluzione del problema (ripristino apparecchiatura o disponibilità di un muletto) non superiore alle 16 ore lavorative dalla chiamata (durante il periodo di garanzia per ogni giorno solare di ritardo verrà applicata una penale pari al 1% del costo di acquisto).
4. Almeno numero una manutenzione preventiva in un anno (specificare il numero di manutenzioni preventive annue previste dal costruttore) N.B. Durante il periodo di garanzia tali interventi si considerano inclusi nella stessa.

Si allega, a titolo esemplificativo, il modello da utilizzare per la presentazione dell'offerta tecnica (allegato A).

Inoltre si richiede (documenti e dichiarazioni da inserire nella busta della documentazione tecnica Busta "B"):

- ✓ Manuale utente in italiano di tutto il sistema;
- ✓ Interfaccia utente: in italiano, intuitiva e semplice;
- ✓ Listino prezzi ufficiale (depositato alla camera di commercio) di tutti gli eventuali consumabili, (indicare la percentuale di sconto praticata alla nostra Fondazione);
- ✓ Listino prezzi ufficiale relativo all'assistenza tecnica e spese di viaggio (indicare la percentuale di sconto praticata alla nostra Fondazione);
- ✓ Proposta tecnico-economica di contratto di assistenza tecnica full-risk post-garanzia;
- ✓ Garantire, senza alcun ulteriore aggravio di spesa, l'aggiornamento tecnologico a fronte di modifiche migliorative hardware e software che dovessero avvenire successivamente al collaudo durante tutta la durata del periodo di garanzia;
- ✓ Numero e qualifica dei tecnici di zona dedicati all'assistenza tecnica della macchina con indicata la sede operativa;
- ✓ Almeno N° 3 giorni di training al personale utilizzatore e al personale tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica, da effettuare secondo le esigenze della Fondazione.
- ✓ Schemi di disposizione e di installazione dell'apparecchiatura, con indicate tutte le informazioni tecniche (alimentazione, potenze, tipologia di connessione elettrica, ecc.) necessarie ad una corretta installazione;
- ✓ Schede tecniche di sterilizzazione di eventuali componenti/accessori che necessitano di sterilizzazione.

L'apparecchiatura offerta deve possedere la marcatura CE, in particolare deve assolutamente rispondere in ogni sua parte alle normative vigenti in termini di sicurezza e funzionalità per uso medicale (allegare certificazioni).

Al fine di procedere ad una corretta valutazione della strumentazione, questa Fondazione si riserva la possibilità di visionare, con dimostrazione pratica, i prodotti offerti in gara, pena esclusione dalla procedura.

La gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. I criteri di aggiudicazione sono dettagliatamente descritti nell' **allegato "B"** al presente invito.

Premesso quanto sopra, si invita Codesta Ditta a far pervenire, a questa Fondazione, entro il termine delle ore 13,00, del giorno **26 ottobre 2007** la migliore offerta che è disposta a praticare, comprensiva di ogni e qualsiasi spesa, esclusa la sola IVA della quale deve essere precisata l'aliquota vigente, in apposito plico chiuso, sigillato contro eventuali manomissioni, e siglato sui lembi di chiusura e deve riportare all'esterno la dicitura **"Offerta Defibrillatori/Monitor"**; tale plico dovrà contenere due buste separate:

Busta "A" recante all'esterno la dicitura "Offerta economica":

in tale offerta dovrà essere indicato esclusivamente:

- il prezzo d'offerta per l'intera fornitura richiesta ed il prezzo di ciascuna parte componente la fornitura;
- il numero del codice fiscale o partita I.V.A. ed il domicilio fiscale di codesta Ditta, nonché l'Ufficio dell' Agenzia delle Entrate competente per territorio.
- certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio competente, con non fallenza e dichiarazione antimafia.

Dovrà altresì essere incluso nella predetta busta il listino prezzi corrente o stralcio del medesimo;

Busta "B" recante all'esterno la dicitura "Documentazione Tecnica" nella quale dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Scheda di presentazione dell'offerta tecnica, debitamente compilata, redatta secondo il modello esemplificativo di cui all'allegato (A);
- certificazione CE delle apparecchiature offerte, in originale o in copia autenticata nelle forme previste dalla normativa vigente in merito;
- relazione illustrativa delle caratteristiche tecniche delle attrezzature offerte, e relativi depliant illustrativi che devono riportare, **in maniera chiaramente individuabile**, il modello offerto e la Casa Produttrice, nonché il timbro della Ditta concorrente, se diversa dal Produttore;
- copia dell'offerta economica senza i prezzi offerti.
- referenze, in particolare il numero e la dislocazione di altri sistemi distribuiti nella regione Sicilia ed eventualmente in ambito nazionale;

La consegna dovrà essere effettuata entro e non oltre 20 gg dalla data di ricevimento dell'ordine.

Il ritardo nella consegna comporta, per ogni decade di ritardo, l'applicazione di una penale dello 0,5% del prezzo imponibile delle apparecchiature non consegnate.

La valutazione tecnica, funzionale e clinica sarà effettuata da una Commissione interna.

Gli eventuali termini di consegna inferiori verranno valutati dalla suddetta Commissione in base ai criteri di cui all' **allegato "B"**.

Della valutazione tecnica sarà redatto apposito verbale.

La ditta dovrà presentare una sola proposta.

Il pagamento sarà effettuato a 90 gg. fine mese data fattura, ed a seguito di collaudo positivo delle apparecchiature fornite.

La presente lettera d'invito non impegna in alcun modo questa Fondazione la quale si riserva la facoltà di procedere o meno all'acquisto di che trattasi senza che codesta Ditta abbia nulla a reclamare o pretendere.

La presente lettera d'invito è affissa all'Albo Pretorio del Comune di Cefalù, all'Albo della Fondazione, C.da Pietrapollastra –Pisciotto – Cefalù e pubblicata sul sito internet della Fondazione www.hsrgiglio.it sezione “Bandi e appalti”.

Il Foro competente, in caso di contenzioso, è quello di Termini Imerese.

Per ulteriori chiarimenti resta a Vs. disposizione l'Ufficio Acquisti di questa Fondazione (tel. 0921/920756).

Allegati:

- A) Scheda di presentazione offerta tecnica;
- B) Criteri di aggiudicazione.

Il Dirigente Servizi Generali ed Acquisti
D.ssa Leonarda Sausa