



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALU'

Cod. Fisc. e P. Iva 05205490823
Viale Giuseppe Giardina (C.da Pietrapollastra / Pisciotto) - 90015 Cefalù

Provvedimento Dir. Strategica n. 2018^{B24} del 23/04/2018

Oggetto: Fornitura urgente di n. 2 Imaging Plates dimensioni cm 35 x 43 per sistema CR Computed Radiography, riproduttore di pellicole radiografiche Marca Fuji Modello CR - IR 348CL lite, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b) 2) del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

IL SETTORE PROPONENTE

Servizio di Ingegneria Clinica

IL RUP

Dott. Antonio Luca Salemi

VISTO

X Il Capo Staff

Carmela Durante

[Signature] / 20.4.18

VISTO IL PROVVEDIMENTO

Il Settore Economico Finanziario e del Bilancio

Conferma

La regolarità contabile del provvedimento in linea con gli ordinativi di spesa coerenti con il bilancio di previsione per l'anno 2018.

Dott.ssa Maria Cucco

[Signature]

In data 23/04/2018 nei locali della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù

IL DIRETTORE GENERALE

Prof. Vittorio Virgilio

PREMESSO CHE :

- che con nota del 16/04/2018, acquisita dall'Ufficio Acquisti con Prot. UA2018/216E del 16/04/2018 il Responsabile f.f. del Servizio di Radiologia e Medicina Nucleare dr. Ildebrando D'Angelo ha richiesto una fornitura urgente di n. 2 Imaging Plates (IP) dimensioni cm 35 x 43 per sistema CR Computed Radiography, riproduttore di pellicole radiografiche Marca Fuji Modello CR – IR 348CL lite, per un importo complessivo presunto di € 2.000,00 oltre IVA al 22% (€ 2.440,00 con IVA al 22% inclusa);
- che la richiesta riveste carattere di urgenza come attestato dal dr. I. D'Angelo;
- che la richiesta di acquisto urgente è autorizzata dalla Direzione Sanitaria e dalla Direzione Generale ed è altresì completa dell'individuazione quale RUP del Dott. Antonio Luca Salemi;

CONSIDERATO CHE:

- il fisico sanitario Ing. Vincenzo Salamone ha segnalato delle disuniformità al limite dell'accettabilità per i plates attualmente utilizzati in reparto, soprattutto per quelli utilizzati per l'esecuzione di esami della colonna in toto;
- è stato richiesto in data 18/04/2018 preventivo in urgenza alla ditta FUJIFILM Italia S.p.A. quale produttore esclusivo di Imaging Plates per sistema CR Computed Radiography, riproduttore di pellicole radiografiche Marca Fuji Modello CR – IR 348CL lite;
- la ditta FUJIFILM Italia S.p.A. ha fornito offerta Prot. n. 2018000443 del 18/04/2018 pervenuta all'Ufficio Acquisti il 19/04/2018 il cui costo complessivo per n. 2 Imaging Plate formato cm 35 x 43 è di € 1.002,40 oltre IVA al 22%

per tutto quanto sopra riportato

SI PROPONE

- l'attivazione di fornitura urgente di n. 2 Imaging Plates (IP) dimensioni cm 35 x 43 per sistema CR Computed Radiography, riproduttore di pellicole radiografiche Marca Fuji Modello CR – IR 348CL lite, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b) 2) del D. lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., alla ditta FUJIFILM Italia S.p.A. per un importo complessivo di € 1.002,40 oltre IVA al 22% (**€ 1.222,928 IVA al 22% inclusa**), **con un risparmio di € 1.217,072 IVA al 22% inclusa**, come da schema di contratto allegato;

Il Direttore Generale

APPROVA

- la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come formulata dal proponente;

Si nomina quale Direttore dell'esecuzione del contratto, l'Ing. Giuseppe Fatuzzo Responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica;

Si dà mandato al RUP, Dott. Antonio Luca Salemi, di provvedere agli adempimenti di legge necessari;

Si autorizza il Servizio Economico Finanziario alla ratifica della spesa in urgenza per un importo massimo pari ad **€ 1.222,928 IVA al 22% inclusa** all'interno del budget assegnato;

Si dichiara il seguente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale
Prof. Vittorio Virgilio

