

Tabella "A" - Caratteristiche tecniche del sistema di sollevamento del paziente a letto

CONDIZIONI MINIME

CONDIZIONI	OCCASIONE DI UTILIZZO
1. Struttura stabile ad arco e con ruote per permettere un corretto sostegno del paziente e mantenere costante, durante il cammino, l'entità del peso sottratto al paziente;	
2. Peso minimo sostenuto: 150 Kg;	
3. Possibilità di variare, facilmente, il peso sottratto al paziente;	
4. Bilancia integrata con display per visualizzare sia il peso del paziente che quello sottratto;	
5. Il sistema deve permettere l'imbracatura del paziente, anche dalla posizione seduta;	
6. Il sistema deve essere meccanico e non avere nessuna connessione elettrica;	
7. Il sistema deve seguire, facilmente, il paziente nei suoi movimenti;	
8. Ruote bloccanti;	
9. Presenza di supporti, per gli arti superiori, regolabili e rimuovibili;	
10. Possibilità di regolazione, in altezza, dell'intera struttura;	
11. Possibilità di utilizzo con tappeto rotante (larghezza del tappeto: circa 88 cm);	
12. Scelta di imbracature di diverse misure sia per pazienti adulti che pediatrici. (Elencare le varie tipologie e i relativi costi)	
13. La ditta fornitrice dovrà fornire, insieme al sistema, almeno una imbracatura standard per l'utilizzo su pazienti adulti. N.B.: La Fondazione si riserva di ordinare contestualmente all'aggiudicazione o successivamente, eventuali altre tipologie di imbracature.	

CONDIZIONI GARANZIA ANNUA NZA CNCA – Condizioni

CONDIZIONI	OPERE CNCA previste
<p>Garanzia non inferiore a 2 (due) anni (indicare le condizioni di garanzia)</p>	
<p>Tempo max di risoluzione del problema (ripristino apparecchiatura o disponibilità di un muletto): 24 ore lavorative dalla chiamata (durante il periodo di garanzia per ogni giorno solare di ritardo verrà applicata una penale pari al 1% del costo di acquisto)</p>	
<p>Almeno numero una manutenzione preventiva in un anno (specificare il numero di manutenzioni preventive annue previste dal costruttore) N.B.: Durante il periodo di garanzia tali interventi si considerano inclusi nella stessa.</p>	

Per ognuno dei suddetti punti si chiede alla ditta di indicare, nella colonna accanto, in modo chiaro e conciso, la relativa proposta e/o la presenza o meno delle caratteristiche richieste, utilizzando la stessa unità di misura specificata.