

FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

VERBALE
GARA 11 LOTTI
DISPOSITIVI PER MEDICAZIONE E DISINFEZIONE
N° RDO 1956848

Cefalù 05/07/2018



Sono presenti:

- Dott. Carmelo Di Giorgio – **Farmacia** – (Organo monocratico)
- Dott. Emanuele Matteini – **Infermiere**

Tutti i presenti, valutata l'integrità e la completezza della documentazione tecnico-amministrativa, alle ore 15:00, danno inizio ai lavori di valutazione della conformità dei campioni presentati dalle ditte partecipanti:

LOTTO 1:

DITTE	VALUTAZIONE	ANNOTAZIONI
COLOPLAST	Conforme	
CONVATEC	Conforme	
FARMAC-ZABBAN	Conforme	
LOHMANN & RAUSCHER	Conforme	

LOTTO 2:

DITTE	VALUTAZIONE	ANNOTAZIONI
3M ITALIA	Conforme	
COLOPLAST	Conforme	
FARMAC-ZABBAN	Conforme	
SMITH & NEPHEW SRL	Conforme	

LOTTO 3:

DITTE	VALUTAZIONE	ANNOTAZIONI
3M ITALIA	NON Conforme	Non presenta ne alginato ne argento ionico

LOTTO 4:

DITTE	VALUTAZIONE	ANNOTAZIONI
COLOPLAST	Conforme	
CONVATEC ITALIA	NON Conforme	Misure presentate non confacenti con il capitolato
SMITH & NEPHEW SRL	Conforme	

LOTTO 5:

DITTE	VALUTAZIONE	ANNOTAZIONI
3M ITALIA	Conforme	

LOTTO 6:

DITTE	VALUTAZIONE	ANNOTAZIONI
3M ITALIA	NON Conforme	Dispositivo non corrispondente a quanto richiesto in capitolato
PROMEDICAL	Conforme	
SMITH & NEPHEW SRL	NON Conforme	Dispositivo non corrispondente a quanto richiesto in capitolato

LOTTO 7:

DITTE	VALUTAZIONE	ANNOTAZIONI
PROMEDICAL	Conforme	

LOTTO 8:

DITTE	VALUTAZIONE	ANNOTAZIONI
B. BRAUN	NON Conforme	Soluzione richiesta contenente 10g di iodio ogni 100 ml come da chiarimento del 24.05.2018
NUOVA FARMEC	Conforme	
FARMAC- ZABBAN	NON Conforme	Non utilizzabile su cute lesa

LOTTO 9:

DITTE	VALUTAZIONE	ANNOTAZIONI
CANTEL MEDICAL	NON Conforme	Non contiene alcool etilico, come richiesto in capitolato
NUOVA FARMEC	Conforme	



LOTTO 10:

DITTE	VALUTAZIONE	ANNOTAZIONI
CANTEL MEDICAL	Conforme	
NUOVA FARMEC	Conforme	

LOTTO 11:


DITTE	VALUTAZIONE	ANNOTAZIONI
B. BRAUN	NON Conforme	Concentrazione di etanolo superiore a quanto richiesto
NUOVA FARMEC	Conforme	

Terminate le valutazioni della campionatura presentata, alle ore 17:45 vengono definitivamente chiusi i lavori.

Letto, firmato e sottoscritto.

Dott. Di Giorgio Carmelo

Dott. Emanuele Matteini



Two handwritten signatures in blue ink are present. The top signature is 'Carmelo Di Giorgio' and the bottom signature is 'Emanuele Matteini'. Both signatures are written over horizontal lines.