



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Verbale relativo alla procedura per l'attivazione di fornitura biennale di dispositivi vari per interventistica chirurgica in 7 lotti per l'U.O. di Chirurgia della Fondazione. Prot. UA2018/343U del 15/06/2018. LETTURA VERBALE CONFORMITA' E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

L'anno duemiladiciotto, il giorno 09 del mese di Agosto, alle ore 10:20 presso la Sala "S. Gabriele Arcangelo" sita presso la Galleria del Vento della Fondazione sono presenti:

- il Dott. Guido Martorana, quale organo monocratico nominato con nota prot. UP2018/5093U del 03/07/2018;
 - Il Dott. Antonio Luca Salemi, RUP della Procedura, quale supporto amministrativo dell'organo monocratico;
- al fine di effettuare in seduta pubblica la valutazione delle offerte pervenute.

Sono presenti, quali rappresentanti delle ditte:

- il Sig. Salvatore Blando, ditta SGM, senza delega.

Le ditte partecipanti sono state invitate all'odierna seduta di gara a mezzo mail del 31/07/2018, inoltrata dal RUP.

Si richiama il verbale del giorno 19/07/2018 con il quale l'Organo Monocratico, a seguito di apertura dei plichi di offerta pervenuti, analisi della documentazione amministrativa e completezza della documentazione tecnica presentata, ha chiuso la seduta di gara riservandosi di analizzare la conformità delle offerte tecniche rispetto a quanto richiesto nel capitolato di gara.

L'Organo Monocratico procede, quindi, alla lettura del verbale di seduta riservata, che si allega e fa parte integrante del presente verbale, dal quale risulta quanto segue:

- **Lotto 1:** Johnson & Johnson Medical S.p.A.: Conforme;
- **Lotto 2:** deserto
- **Lotto 3:** Assut Europe S.p.A.: Conforme;
- **Lotto 4:** SGM Medical S.r.l.: Conforme; Assut Europe: Non Conforme (vedasi motivazione nel verbale);
- **Lotto 5:** deserto
- **Lotto 6:** Baxter S.p.A.: conforme;
- **Lotto 7:** Giovanni Scibilia e Figlio S.p.A.: conforme; Assut Europe: Non Conforme (vedasi motivazione nel verbale);

L'Organo monocratico procede, quindi, con l'apertura delle offerte economiche ritenute conformi in linea tecnica, dando atto dei seguenti prezzi complessivi offerti distinti per lotto:

Lotto 1: Johnson & Johnson Medical S.p.A., euro 90.120,00 oltre IVA;

Lotto 3: Assut Europe S.p.A., euro 5.692,00 oltre IVA

Lotto 4: SGM Medical S.r.l., euro 42.136,00 oltre IVA

Lotto 6: Baxter S.p.A., euro 15.600,00 oltre IVA

Lotto 7: Giovanni Scibilia e Figlio S.p.A., euro 25.440,00 oltre IVA

L'Organo monocratico aggiudica alle suddette ditte, in via provvisoria, i suddetti lotti.

Del che il presente verbale, chiuso alle ore 10:45 letto, confermato e sottoscritto,

IL SUPPORTO AMMINISTRATIVO

Il Rappresentante della Ditta SGM:

L'ORGANO MONOCRATICO



Fondazione Istituto San Raffaele
Ospedale G. Giglio di Cefalù

BLOCCO OPERATORIO

Al R.U.P Dott. Luca Salemi
Fondazione San Raffaele G. Giglio di Cefalù
Sede

Oggetto: **Valutazione tecnica affidamento fornitura biennale di dispositivi vari per interventistica chirurgica.**

Lotto 1	Conforme	Non conforme (con motivazione)
Johnson&Johnson	Conforme	
Lotto 2		
Nessuna Offerta		
Lotto 3		
Assut Europe	Conforme	
Lotto 4		
SGM	Conforme	
Assut Europe		Non Conforme : Il dispositivo offerto è Sterilizzato con Raggi Gamma invece che con Ossido di Etilene come richiesto nel Capitolato Tecnico; La membrana risulta ottenuta usando un processo (chimico-fisico-enzimatico), invece il capitolato tecnico prevede il non trattamento chimico (non Cross-Link)
Lotto 5		
Nessuna Offerta		
Lotto 6		
Baxter	Conforme	
Lotto 7		
Giovanni scibilia e Figlio S.P.A	Conforme	
Assut Europe		Non Conforme: la ditta non ha offerto e non ha presentato il campione relativo alla cellulosa ossidata rigenerata non sfogliabile tessuta compatta richiesta dal capitolato. Infatti è stato presentato il campione della sola cellulosa in forma fibrillare. Tra la documentazione tecnica non sono presenti gli studi clinici in vivo richiesti dal capitolato che comprovino l'attività battericida del prodotto. In ogni caso a seguito della prova del campione, il prodotto viene giudicato inidoneo per mancanza di proprietà emostatiche sufficienti e per scarsa adattabilità all'utilizzi in laparoscopia.

Cordialmente

Cefalù li 20/07/2018

Il Responsabile dell'U.O.